

품목신고번호	수신 19-1245호
품목명	치과근관치료용줄
모델명	REF 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	치과 진료 시 근관 치료에 사용되는 파일
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함

사용방법

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 유효기간, 포장상태 및 이상여부를 확인한다.
2. 제품의 파손여부를 확인한다.
3. 알맞은 크기를 선택한다.
4. 근관치료 시 근관에 위치한 타액이나 혈흔 등을 흡수, 건조시킨다.

나. 사용방법

* 단계별 사용 지침

- 1) 방사선 사진 작업을 통해 작업길이를 예상한다.
- 2) 모든 근관의 오리피스를 드러내기에 충분한 보수적인 접근을 준비한다.
- 3) GLYDE™ FILE PREP 와 같은 윤활제가 있는 상태에서 # 010 K 파일과 함께 허널의 2/3 관을 확인하고 관개한다.
- 4) 500rpm, 1.50Ncm 의 오리피스에 다르다.
 채널(canal)의 세척제를 사용하면 TruNatomy™ Orifice Modifier를 2-3번 완만한 진폭으로 움직여 채널의 안쪽으로 2-5 mm 정도 확대시킬 수 있다. 코로나 세 번째가 형성 될 때까지 반복한다. 장비에는 7mm의 커팅 플루트가 있으며, 이는 채널 오리피스를 초과해서는 안된다. 채널을 관개하고 정기적으로 플루트를 청소한다.
- 5) # 010 K- 파일로 근관 전체를 스카우트하고 EIF (전자 정점 탐지기)를 사용하여 방사선 사진과 함께 작업 길이 (WL)를 결정하고 개호를 확인하고 개통(patency) 여부를 확인한다.
- 6) 채널에 있는 세척제로 TruNatomy™ Glide를 사용하여 2-3번 움직여 2-5mm 정도의 완만한 진폭으로 재현 할 수 있는 글라이드 경로를 만들고 확인한다. 이전에 확인 된 EAL호 확인된 WL에 도달 할 때까지 관개하고 반복한다.
- 7) 항상 TruNatomy™ PRIME file (500 rpm / 1.5 Ncm)으로 웨이핑을 시작하며, 차아염소산 나트륨이 존재하고 2-3번의 이하로 움직여 안쪽으로 채널의 2-5mm이 되도록 한다. WL에 필요한만큼 관개하고 반복한다.
 원하는 길이에 도달하면 파일을 제거하여 치열 정공이 과도하게 확대되지 않도록 한다.
- 8) 정기적으로 운하를 관개하고 제거시 파편을 절단하는 파일을 청소한다.
- 9) TruNatomy™ PRIME file이 쉽게 진행되지 않으면 # 010 K- 파일로 관개 개통을 확인하고 TruNatomy



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com

™ SMALL file로 바꿔사용한다.

10) 풀기와 곧게 펴기의 존재에 대해 절단시 플루트 절단을 정기적으로 검사하십시오. 변형이 발견되면 폐기하고 새로운 TruNatomy ™ 파일을 사용하십시오.

11) TruNatomy ™ SMALL file을 차아염소산 나트륨 존재하에, 2-3번 이하로 부드럽게 움직여 약 2-5 mm 까지 확대하고 사용한 파일을 제거한다. TruNatomy ™ PRIME file 경우와 같이 원하는 WL까지 인 - 아웃 동작을 반복하여 작업 길이에 맞게 모양을 최적화한다. *

원하는 길이에 도달하면 파일을 제거하여 치열 정공이 과도하게 확대되지 않도록 한다.

12) 모양이 확인되면 3-D 살균 절차를 진행한다.

13) 전용 TruNatomy ™ paper point를 사용하여 근관 및 전용 TruNatomy ™ Conform Fit ™ Gutta Percha point 를 건조시킨다.

* 만약 TruNatomy ™ PRIME file이 치근플루트의 상아질 잔해가 없는 길이까지 느슨하다면, TruNatomy ™ MEDIUM file로 계속해서 진행한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 소독, 세척 및 멸균 : 치과 기구의 재처리 과정

1) 일반사항

'멸균'(Sterile)으로 표시된 기구는 특별한 조치 없이 바로 사용할 수 있습니다. '멸균'이 표시되지 않은 다른 모든 기구는 본 사용 설명서(DFU)에 나온 단계별 사용 지침(III번 항목)의 4~8번 내용에 따라 처음 사용하기 전에 세척 및 멸균해야 합니다.

본 제품은 DFU에 따라 재처리 과정을 거쳐야 합니다. 오염에 따른 위생 및 안전 문제를 예방하기 위해 재사용할 때마다 세척 및 멸균부터 해야 합니다.

예외 기구:

플라스틱 포스트는 멸균할 수 없으며, 상온에서 5분 동안 농도 2.5% 이상의 NaOCl에 담가서 소독해야 합니다.

작업	방법	경고 및 주의사항
1. 분해	- 기구를 분해하십시오(해당되는 경우).	- 실리кон 스톱을 제거 후 버리십시오.
2. 사전 소독	- 모든 기구를 사용 직후 소독액에 담그십시오. 0.4% 농도의 Prolystica® 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 에 15분 동안 담그는 것이 좋습니다. 고밀도 폴리에틸렌이나 스테인리스강으로 만든 트레이를 사용하십시오.	- 제조업체에서 제공한 지침과 농도 및 담금 시간을 따르십시오. 농도가 너무 높으면 기구의 부식 등 문제가 발생할 수 있습니다. - 사전 소독액은 판매업체가 제공한 용액이어야 하며, 판매업체가 지정한 희석 범위에서 사용해야 합니다. 이 용액은 단백질 분해 효소를 함유하고 있거나 이를 혼합하여 사용해야 합니다. - 사전 소독액은 혈액 불순물이 고정되지 않도록 알데히드를 함유하지 않아야 하며, 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다. 오염 또는 미생물 노출에 의한 효력 감소가 발생하지 않도록 정기적으로 사전 소독액을 교체하십시오. - 기구에서 사용할 수 없는 페놀 등의 성분이 함유된 사전 소독액은 사용하지 마십시오. - 기구에 묻은 불순물은 나일론, 폴리프로필렌 또는 아크릴로 만든 부드러운 브러시로 미리 닦는 것이 좋습니다. 눈에 보이는 불순물이 제거될 때까지 브러시로 직접 닦으십시오.
3. 헹굼	- 상온에서 흐르는 물을 이용해 1분 이상 추가로 헹구십시오.	- 헹굼 작업에서는 수돗물을 사용하십시오. - 사전 소독액에 부식 방지제가 함유되어 있으면 세척 직전에 헹굼을 하는 것이 좋습니다.
4a. 세척 소독기를 이용한 자동 세척	- 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 스테인리스강 또는 티타늄으로 만든 용기, 키트 또는 지지대에 기구를 놓으십시오. - 세척 소독기에 기구를 놓고 지정된 횟수만큼 실행하십시오(값 > 3000 또는 90°C (194°F)에서 5분 이상). - 세척 성질이 있는 세제 용액을 사용하십시오(Neodisher Mediclean Forte 0.4% 권장).	- 파손, 구부러짐 등의 결함이 있는 기구는 모두 폐기하십시오. - 세척 소독기에 기구 또는 포스트를 놓을 때 서로 닿지 않도록 키트, 지지대 또는 용기를 사용하십시오. - 세제 용액의 제조업체가 제공한 지침과 농도를 따르십시오. - 세척 소독기의 사용 지침을 따르고 매번 사용 후 제조업체가 명시한 처리 기준을 충족했는지 확인하십시오. - 마지막 헹굼 시에는 달이온수를 사용하십시오. 다른 단계에서는 제조업체에서 지정한 물 기준을 따르시기 바랍니다. - EN ISO 15883에 따라 승인된 세척 소독기만 사용하고, 정기적으로 유지관리 및 점검하십시오. - 그리스 제거, 박테리아 및 진균 소독, 부식 방지 성질이 있는 계면활성제가 함유된 알칼리성 세제를 사용하시기 바랍니다. VAH/DGHM, CE, FDA에서 효력을 인정 받은 세제만 해당 DFU에 따라 사용하십시오. 세제는 알데히드를 함유하지 않아야 하고 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다.
4b.i. 초음파 기구를 이용한 직접 세척	- 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 스테인리스강, 폴리프로필렌 또는 티타늄으로 만든 용기, 키트 또는 지지대에 기구를 놓으십시오. - 세척 성질이 있는 세제 용액을 사용하십시오(Neodisher Mediclean Forte 2% 권장). 초음파 기구를 보조로 사용하고 가능하면 15분 이상 세제 용액에 기구를 담그십시오.	- 기구에 육안으로 보이는 불순물이 묻지 않아야 합니다. - 기구에 묻은 불순물은 나일론, 폴리프로필렌 또는 아크릴로 만든 부드러운 브러시로 닦아서 없애야 합니다. - 파손, 구부러짐, 풀림 등의 결함이 있는 기구는 모두 폐기하십시오. - 세척 용액 제조업체가 제공한 지침, 물 기준, 농도, 세척 시간을 따르십시오. - 그리스 제거, 박테리아 및 진균 소독, 부식 방지 성질이 있는 계면활성제가 함유된 알칼리성 세제를 사용하시기 바랍니다. VAH/DGHM, CE, FDA에서 효력을 인정 받은 세제만 세제 제조사의 DFU에 따라 사용하십시오. - 세제는 알데히드를 함유하지 않아야 하고 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다.
4b.ii. 헹굼	- 상온에서 흐르는 물을 이용해 1분 이상 추가로 헹구십시오.	- 헹굼 작업에서는 달이온수를 사용하십시오. - 전단계에서 사용한 세척액에 부식 방지제가 함유되어 있으면 오토클레이브 직전에 헹굼을 하는 것이 좋습니다.
4b.iii. 건조	- 기구는 검사 및 포장 전에 완벽하게 건조시켜야 합니다.	- 일회용 부직포로 물기를 닦으십시오. - 육안으로 보이는 습기가 완전히 없어질 때까지 건조시키십시오. - 기구의 연결 또는 공동 부분을 효과적으로 건조하려면 특별한 주의해야 합니다.
5. 점검	- 새 실리кон 스톱을 포함하여 기구를 조립하십시오(해당되는 경우). - 기구의 기능을 점검하십시오. - 500 푼스 이상의 조명에서 육안으로 기구를 점검하면서 문제가 있는지 확인하십시오.	- 지지본한 기구는 다시 세척해야 합니다. - 실리кон 스톱은 재사용하지 마십시오. - 위에 나온 일반 권장사항의 4번 항목에서 언급된 문제가 있는 기구는 폐기하십시오.

6.	포장	<ul style="list-style-type: none"> - 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 키트, 지지대 또는 용기에 기구를 넣고 '멸균 파우치'로 포장하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> - 증기 멸균을 할 경우 종이 플라스틱 파우치로 이중 포장해야 합니다. 파우치가 증기 멸균에 적합하고 ISO 11607 및 EN 868-5에 따라 검증 및 제작되었는지 확인하십시오. - 습기 및 열(141°C, 286°F)에 강하고 ISO 11607을 준수하는 포장재를 사용하십시오. - 멸균 중에 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 주의하십시오. 키트, 지지대 또는 용기를 사용하십시오. - 상자 안에 닿지 않은 날카로운 기구는 포장재를 뚫지 않도록 실리콘 튜브에 넣으십시오. - 파우치 제조업체의 권장사항에 따라 파우치를 밀봉하십시오. 열 밀봉 장치를 사용하는 경우 일정 요건을 충족하고 보정된 장치를 검증된 과정에 따라 사용해야 합니다. - 파우치 제조업체가 제공한 파우치 유효기간을 확인하십시오.
7.	멸균	<ul style="list-style-type: none"> - 사용할 수 있는 멸균 방법은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 132°C (269.6°F), 4분 • 134°C (273.2°F), 3분 • 134°C (273.2°F), 18분 - 프리온의 활성화를 방지하기 위해 134°C/273.2°F에서 18분 동안 증기 멸균을 진행하시기 바랍니다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 기구 및 포스트는 포장 라벨에 따라 멸균해야 합니다. - 오토클레이브 1회에 여러 개의 기구를 멸균할 경우 멸균기의 최대 부하를 초과하지 않도록 주의하십시오. - 멸균기 제조업체의 권장사항에 따라 파우치를 증기 멸균기에 넣으십시오. - 포화 증기를 이용하고 EN 13060(B등급, 소형 멸균기) 및 EN 285(대형 멸균기)의 요건을 충족하는 사전 진공 공기 제거 증기 멸균기만 사용하십시오. - 건조 시간을 최소 20분으로 하여 검증된 멸균 과정을 ISO 17665에 따라 사용하십시오. - 멸균기의 유지관리 절차를 따르는 책임은 소유자에게 있으며, 이때 의료기구 멸균 요건의 요건(예: 유지관리 계획, 자격 조건, EN 285, 부록 2에 따른 응축수 및 물의 허용 기준)을 준수해야 합니다. - 멸균 과정의 효율 및 허용 기준(포장 무결성, 습기가 없는 상태, 포장 변색 없음, 긍정적인 물리 화학적 지표, 실제 주기 매개변수 적합성, 레퍼런스 주기 매개변수)을 관리하십시오. 18분 동안 134°C(273.2°F)로 멸균할 경우 포장에 문제가 있는지 철저히 확인해야 합니다. - 포장재 제조업체의 추적 가능한 기록을 저장하고 유효기간을 지정하십시오. - 현지 규정에 따라 멸균 시간을 줄일 수 있지만, 이 경우 프리온이 활성화될 수 있습니다.
8.	보관	<ul style="list-style-type: none"> - 습기가 없고 직사광선이 비치지 않는 청결한 장소에 멸균 포장된 기구를 보관하십시오. 15~25°C(59~77°F)인 상온에서 보관하시기 바랍니다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 멸균 후에는 '멸균 장벽'인 포장에 문제가 없도록 제품을 주의해서 다루십시오. - 포장이 개봉되거나 손상되거나 젖은 경우 멸균 상태가 유지되지 않을 수 있습니다. - 포장재 및 의료기구를 사용하기 전에 포장과 기구에 문제가 없고, 습기가 없고, 유효기간이 지나지 않았는지 확인하십시오. 손상된 경우 완전히 재작업해야 합니다.

2) 권장사항

- (1) VAH/DGHM, CE, FDA에서 소독 효과를 인정받은 세제 용액만 제조사의 DFU에 따라 사용하십시오. 금속 기구의 경우 부식 방지 소독제 및 세척제를 사용하는 것이 좋습니다.
- (2) 안전을 위해 개인보호장구(장갑, 보호경, 마스크)를 착용하십시오.
- (3) 첫 번째 사용 및 추가 사용 시 그리고 손상되거나 지저분해진 기구를 사용할 때 제품을 세척 및 멸균할 책임은 사용자에게 있습니다.
- (4) 안전을 위해 가능한 한 한번만 사용하시기를 권장합니다. 기구를 재사용할 경우 5회 이상 사용하지 않는 것이 좋습니다. 재처리 후에는 사용 전에 변형(구부러짐, 풀림), 파손, 부식, 색상 코드 또는 마크 손실과 같은 문제가 있는지 확인해야 합니다. 이러한 문제가 발생하면 필수 안전 수준에 따라 사용할 수 없다는 뜻이므로 해당 기구를 폐기해야 합니다.

Dentsply Sirona 근관 형성 기구의 권장 사용횟수는 다음과 같습니다.

근관유형	NiTi 기구
휘어진 각도가 매우 크거나 (30° 초과) S자 모양의 근관	최대 2 근관
상당히 휘어진 (10°~30°) 근관	최대 4 근관
약간 휘어지거나 (10° 미만) 직선 모양의 근관	최대 8 근관

- (5) 자동 세척 소독기, 수동 세척 등 처리 방법에 관계없이 최종 헹굼 단계에서는 탈이온수를 사용해야 합니다. 다른 헹굼 단계에서는 수돗물을 사용해도 됩니다.
- (6) 플라스틱 손잡이가 있는 기구, NiTi 기구에는 화학적 변형을 유발할 수 있는 과산화수소(H₂O₂) 용액을 묻혀서는 안 됩니다.
- (7) 환자와 접촉하는 NiTi 기구의 활성 부분만 5%의 농도를 넘지 않는 NaOCl 용액에 담가야 합니다.
- (8) 사전 소독 또는 세척 전이나 세척 중에는 기구를 건조시키지 마십시오. 건조된 생물학적 물질은 제거하기 어려울 수 있습니다.
- (9) 재처리가 가능한 기구만 사용하십시오.
- (10) 기구에 직접 라벨이나 식별 마크를 붙이지 마십시오.

사용 시 주의사항

1. 주의 사항

- 사용전 포장을 확인하여 오염된 경우, 사용하지 않습니다.
- 시범 사용으로, 토크 제어모터를 추천합니다.
- 모든 TruNatomy™ 로터리 파일들은 모터 스피드 500rpm, 1.5N 토크에서 사용해야 합니다.
- 제품을 사용하기 전에, 콘트라앵글 헤드부분이 잘 연결되어 있는지 확인합니다.
- 본품은 브러시를 사용하지 않습니다.
- 치근첨단부와 곡률이 큰 부위에서는 주의하십시오.
- 안전을 위해 개인보호장구(장갑, 보호경, 마스크)를 착용하십시오.
- 이 기구를 차아염소산나트륨 용액에 담그면 안 됩니다.
- 시술 중에 근관에 고인 물을 충분히 자주 빼내십시오.
- 본 제품은 재현 가능한 글라이드 경로를 설정할 경우에만 사용하십시오.
- 제시된 사용방법으로 작업길이를 설정하며, 마무리 파일을 사용하도록 합니다.
- TruNatomy™ 시스템의 최대 준비크기는 MEDIUM 사이즈의 파일입니다. 그러나 더 큰 사이즈가 필요하다면, NiTi 수동파일을 사용할 것을 권장합니다.

2. 단계별 주의사항

작업	방법	경고 및 주의사항
1. 분해	- 기구를 분해하십시오(해당되는 경우).	- 실리콘 스톱을 제거 후 버리십시오.
2. 사전 소독	- 모든 기구를 사용 직후 소독액에 담그십시오. 0.4% 농도의 Prolystica® 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 에 15분 동안 담그는 것이 좋습니다. 고밀도 폴리에틸렌이나 스테인리스강으로 만든 트레이를 사용하십시오.	- 제조업체에서 제공한 지침과 농도 및 담금 시간을 따르십시오. 농도가 너무 높으면 기구의 부식 등 문제가 발생할 수 있습니다. - 사전 소독액은 판매업체가 제공한 용액이어야 하며, 판매업체가 지정한 희석 범위에서 사용해야 합니다. 이 용액은 단백질 분해 효소를 함유하고 있거나 이를 혼합하여 사용해야 합니다. - 사전 소독액은 혈액 불순물이 고정되지 않도록 알데히드를 함유하지 않아야 하며, 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다. 오염 또는 미생물 노출에 의한 효력 감소가 발생하지 않도록 정기적으로 사전 소독액을 교체하십시오. - 기구에서 사용할 수 없는 페놀 등의 성분이 함유된 사전 소독액은 사용하지 마십시오. - 기구에 묻은 불순물은 나일론, 폴리프로필렌 또는 아크릴로 만든 부드러운 브러시로 미리 닦는 것이 좋습니다. 눈에 보이는 불순물이 제거될 때까지 브러시로 직접 닦으십시오.
3. 헹굼	- 상온에서 흐르는 물을 이용해 1분 이상 추가로 헹구십시오.	- 헹굼 작업에서는 수돗물을 사용하십시오. - 사전 소독액에 부식 방지제가 함유되어 있으면 세척 직전에 헹굼을 하는 것이 좋습니다.
4a. 세척 소독기를 이용한 자동 세척	- 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 스테인리스강 또는 티타늄으로 만든 용기, 키트 또는 지지대에 기구를 놓으십시오. - 세척 소독기에 기구를 놓고 지정된 횟수만큼 실행하십시오(값 > 3000 또는 90°C (194°F)에서 5분 이상). - 세척 성질이 있는 세제 용액을 사용하십시오(Neodisher Mediclean Forte 0.4% 권장).	- 파손, 구부러짐 등의 결함이 있는 기구는 모두 폐기하십시오. - 세척 소독기에 기구 또는 포스트를 놓을 때 서로 닿지 않도록 키트, 지지대 또는 용기를 사용하십시오. - 세제 용액의 제조업체가 제공한 지침과 농도를 따르십시오. - 세척 소독기의 사용 지침을 따르고 매번 사용 후 제조업체가 명시한 처리 기준을 충족했는지 확인하십시오. - 마지막 헹굼 시에는 탈이온수를 사용하십시오. 다른 단계에서는 제조업체에서 지정한 물 기준을 따르시기 바랍니다. - EN ISO 15883에 따라 승인된 세척 소독기만 사용하고, 정기적으로 유지관리 및 점검하십시오. - 그리스 제거, 박테리아 및 진균 소독, 부식 방지 성질이 있는 계면활성제가 함유된 알칼리성 세제를 사용하시기 바랍니다. VAH/DGHM, CE, FDA에서 효과를 인정 받은 세제만 해당 DFU에 따라 사용하십시오. 세제는 알데히드를 함유하지 않아야 하고 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다.
또는		
4b.i 초음파 기구를 이용한 직접 세척	- 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 스테인리스강, 폴리프로필렌 또는 티타늄으로 만든 용기, 키트 또는 지지대에 기구를 놓으십시오. - 세척 성질이 있는 세제 용액을 사용하십시오(Neodisher Mediclean Forte 2% 권장). 초음파 기구를 보조로 사용하고 가능하면 15분 이상 세제 용액에 기구를 담그십시오.	- 기구에 육안으로 보이는 불순물이 묻지 않아야 합니다. - 기구에 묻은 불순물은 나일론, 폴리프로필렌 또는 아크릴로 만든 부드러운 브러시로 닦아서 없애야 합니다. - 파손, 구부러짐, 풀림 등의 결함이 있는 기구는 모두 폐기하십시오. - 세척 용액 제조업체가 제공한 지침, 물 기준, 농도, 세척 시간을 따르십시오. - 그리스 제거, 박테리아 및 진균 소독, 부식 방지 성질이 있는 계면활성제가 함유된 알칼리성 세제를 사용하시기 바랍니다. VAH/DGHM, CE, FDA에서 효과를 인정 받은 세제만 세제 제조사의 DFU에 따라 사용하십시오. - 세제는 알데히드를 함유하지 않아야 하고 부식 억제제인 디에탄올아민 또는 트리에탄올아민이 없어야 합니다.
4b.ii 헹굼	- 상온에서 흐르는 물을 이용해 1분 이상 추가로 헹구십시오.	- 헹굼 작업에서는 탈이온수를 사용하십시오. - 전단계에서 사용한 세척액에 부식 방지제가 함유되어 있으면 오토클레이브 직전에 헹굼을 하는 것이 좋습니다.
4b.iii 건조	- 기구는 검사 및 포장 전에 완벽하게 건조시켜야 합니다.	- 일회용 부직포로 물기를 닦으십시오. - 육안으로 보이는 습기가 완전히 없어질 때까지 건조시키십시오. - 기구의 연결 또는 공동 부분을 효과적으로 건조하려면 특별한 주의해야 합니다.
5. 점검	- 새 실리콘 스톱을 포함하여 기구를 조립하십시오(해당되는 경우). - 기구의 기능을 점검하십시오. - 500 룩스 이상의 조명에서 육안으로 기구를 점검하면서 문제가 있는지 확인하십시오.	- 지지분한 기구는 다시 세척해야 합니다. - 실리콘 스톱은 재사용하지 마십시오. - 위에 나온 일반 권장사항의 4번 항목에서 언급된 문제가 있는 기구는 폐기하십시오.

6.	포장	<ul style="list-style-type: none"> - 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 키트, 지지대 또는 용기에 기구를 넣고 '멸균 파우치'로 포장하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> - 증기 멸균을 할 경우 종이 플라스틱 파우치로 이중 포장해야 합니다. 파우치가 증기 멸균에 적합하고 ISO 11607 및 EN 868-5에 따라 검증 및 제작되었는지 확인하십시오. - 습기 및 열(141°C, 286°F)에 강하고 ISO 11607을 준수하는 포장재를 사용하십시오. - 멸균 중에 기구 또는 포스트가 서로 닿지 않도록 주의하십시오. 키트, 지지대 또는 용기를 사용하십시오. - 상자 안에 담지 않은 날카로운 기구는 포장재를 뚫지 않도록 실리콘 튜브에 넣으십시오. - 파우치 제조업체의 권장사항에 따라 파우치를 밀봉하십시오. 열 밀봉 장치를 사용하는 경우 일정 요건을 충족하고 보정된 장치를 검증된 과정에 따라 사용해야 합니다. - 파우치 제조업체가 제공한 파우치 유효기간을 확인하십시오.
7.	멸균	<ul style="list-style-type: none"> - 사용할 수 있는 멸균 방법은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 132°C (269.6°F), 4분 • 134°C (273.2°F), 3분 • 134°C (273.2°F), 18분 - 프리온의 활성화를 방지하기 위해 134°C/273.2°F에서 18분 동안 증기 멸균을 진행하시기 바랍니다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 기구 및 포스트는 포장 라벨에 따라 멸균해야 합니다. - 오토클레이브 1회에 여러 개의 기구를 멸균할 경우 멸균기의 최대 부하를 초과하지 않도록 주의하십시오. - 멸균기 제조업체의 권장사항에 따라 파우치를 증기 멸균기에 넣으십시오. - 포화 증기를 이용하고 EN 13060(B등급, 소형 멸균기) 및 EN 285(대형 멸균기)의 요건을 충족하는 사전 진공 공기 제거 증기 멸균기만 사용하십시오. - 건조 시간을 최소 20분으로 하여 검증된 멸균 과정을 ISO 17665에 따라 사용하십시오. - 멸균기의 유지관리 절차를 따르는 책임은 소유자에게 있으며, 이때 의료기구 멸균 요건의 요건(예: 유지관리 계획, 자격 조건, EN 285, 부록 2에 따른 응축수 및 물의 허용 기준)을 준수해야 합니다. - 멸균 과정의 효율 및 허용 기준(포장 무결성, 습기가 없는 상태, 포장 변색 없음, 긍정적인 물리 화학적 지표, 실제 주기 매개변수 적합성, 레퍼런스 주기 매개변수)을 관리하십시오. 18분 동안 134°C(273.2°F)로 멸균할 경우 포장에 문제가 있는지 철저히 확인해야 합니다. - 포장재 제조업체의 추적 가능한 기록을 저장하고 유효기간을 지정하십시오. - 현지 규정에 따라 멸균 시간을 줄일 수 있지만, 이 경우 프리온이 활성화될 수 있습니다.
8.	보관	<ul style="list-style-type: none"> - 습기가 없고 직사광선이 비치지 않는 청결한 장소에 멸균 포장된 기구를 보관하십시오. 15~25°C(59~77°F)인 상온에서 보관하시기 바랍니다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 멸균 후에는 '멸균 장벽'인 포장에 문제가 없도록 제품을 주의해서 다루십시오. - 포장이 개봉되거나 손상되거나 젖은 경우 멸균 상태가 유지되지 않을 수 있습니다. - 포장재 및 의료기구를 사용하기 전에 포장과 기구에 문제가 없고, 습기가 없고, 유효기간이 지나지 않았는지 확인하십시오. 손상된 경우 완전히 재작업해야 합니다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	특별한 보관 상태는 요구 되지 않는다.
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	