

품목신고번호	서울수신 12-1084호
품목명	컨디셔너
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	상아질의 스미어층을 제거 또는 처치하기 위하여 사용하는 산성 물질
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 1. 사용 전 준비사항 -와동 등의 치아표면을 Prophy-paste 등으로 깨끗이 소제한다. 2. 사용방법 -NRC를 적용팁에 묻혀서 원하는 부위에 도포한 후 20초 정도 가만히 둔다. -초과된 부분은 면봉이나 부드러운 바람으로 제거한다. 이 때 Dentin 부분은 건조시키지 않도록 주의한다. -접착제를 도포한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 마개를 완전히 닫고 24°C 이하의 온도에서 보관한다. -화기에 주의한다.	
사용 시 주의사항 1. 사용시 주의사항 -치과용으로만 사용해야 한다. -인화성물질을 함유하고 있으므로 화기로부터 멀리해야 한다. -눈이나 피부에 접촉하지 않도록 주의해야 한다. -직, 간접적인 치수 도포에는 사용하지 말아야 한다. -치수와 가까운 상아질 부위에는 사용하지 말아야 한다. 2. 유효기간: 제조일로부터 3년 3. 저장방법 -24°C이하의 온도에서 차광 보관한다. -환기가 잘되는 장소에서 보관하고 화기로부터 멀리해야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	-사용 후 마개를 완전히 닫고 24°C 이하의 온도에서 보관한다. -화기에 주의한다.
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임