

품목신고번호	서울수신 14-2270 호
품목명	치과용방습기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동))
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
제조사(제조국)	Dentsply Limited (영국)
사용목적	치과 시술 시 고무방습기에 구멍을 뚫거나 치과용 고무방습기 클램프를 치아에 위치시키는데 사용되는 기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 제품의 포장상태를 확인한다. 사용 전 소독한다. (평균온도: 134°C) 나. 사용방법 핀치를 사용하여 러버댐에 구멍을 뚫은 후 포셉을 사용하여 러버댐과 러버댐 클램프를 구강 내에 위치시킨다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 실온에서 보관한다.	
사용 시 주의사항 사용 전 소독한다. (평균온도: 134°C)	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	