

품목신고번호	서울수신 14-2271 호
품목명	치과용고무방습기클램프
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
제조사(제조국)	Dentsply Limited (영국)
사용목적	노출시킨 치아의 치경부에 러버댐을 늘린 상태로 유지하는 클램프
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 제품의 포장상태를 확인한다. 사용 전 소독한다. (멸균온도: 134°C) 나. 사용방법 구강 내에 러버댐을 위치시킨 후 러버댐 클램프를 사용하여 노출시킨 치아의 치경부에 러버댐을 늘린 상태로 잡아준다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 실온에서 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 사용 전 소독한다. (멸균온도: 134°C)	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	