

**【품목명】**치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 04-2097호

**【사용목적】**치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

**【사용방법】**

1. 시술기구 및 재료를 소독한다
2. 수술에 적합한 시술기구 및 재료를 결정한다.
3. 수술부위의 위치를 설정한 후 시술기구 및 재료의 손잡이부분을 가볍게 쥐고 수술하고자 하는 부위에 시술기구를 정확하게 위치시킨다.
4. 시술기구 및 재료가 수술부위에 정확히 위치된 것이 확인되었으면 채택된 시술기구 및 재료를 유효 적절하게 사용하여 수술을 시작한다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

**【사용시 주의사항】**

1. 수술 30분 전에는 반드시 소독을 실시하여야 한다.
2. 수술부위에 손상이 가지 않도록 시술기구 및 재료를 다룰 때에는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
3. 사용 후에는 깨끗이 세척을 하여 항상 청결한 상태가 유지 되도록 해야 하며, 직사광선을 피하여 습기가 없는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

**【보관 또는 저장방법】**상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

**【중량 또는 포장 단위】**1개

**【제조번호/제조연월】**제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2019/12