




Explanation of symbols used by Dentsply Sirona _____	English	1
Explication des symboles utilisés par Dentsply Sirona _____	Français	9
Legenda dei simboli usati da Dentsply Sirona _____	Italiano	17
Legende der von Dentsply Sirona verwendeten Symbole _____	Deutsch	25
Explicación de los símbolos usados por Dentsply Sirona _____	Español	33
Explicação dos símbolos usados pela Dentsply Sirona _____	Português	41
Verklaring van de symbolen die worden gebruikt door Dentsply Sirona _____	Nederlands	49
Förklaring av de symboler som Dentsply Sirona använder _____	Svenska	57
Forklaring på symboler, der anvendes af Dentsply Sirona _____	Dansk	65
Forklaring av symboler som brukes av Dentsply Sirona _____	Norsk	73
Dentsply Sironan käyttämien symbolien merkitykset _____	Suomi	81
Objaśnienie symboli używanych przez Dentsply Sirona _____	Polski	89
„Dentsply Sirona“ naudojamų simbolių paaiškinimas _____	Lietuvių k.	97
Dentsply Sirona izmantoto simbolu skaidrojumi _____	Latviešu	105
Dentsply Sirona poolt kasutatavate sümbolite selgitused _____	Eesti	113
Vysvětlení symbolů používaných společnostmi Dentsply Sirona _____	Český	121
Vysvetlenie symbolov používaných spoločnosťou Dentsply Sirona _____	Slovenský	129
A Dentsply Sirona által használt szimbólumok magyarázata _____	Magyar	137
Explicarea simbolurilor utilizate de Dentsply Sirona _____	Română	145
Objašnjenje simbola koje upotrebljava društvo Dentsply Sirona _____	Hrvatski	153
Objašnjenje simbola koje koristi firma Dentsply Sirona _____	Srpski	161
Objašnjenje simbola koje koristi Dentsply Sirona _____	Bosanski	169
Objašnjenje simbola koje koristi Dentsply Sirona _____	Crnogorski	177
Shpjegim i simboleve të përdorura nga Dentsply Sirona _____	Shqip	185
Пояснение на символите, използвани от Dentsply Sirona _____	Български	193
Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται από την Dentsply Sirona _____	Ελληνικά	201
Значение символов, используемых Dentsply Sirona _____	Русский	209
Dentsply Sirona tarafından kullanılan simgelerin açıklaması _____	Türkçe	217
شرح الرموز التي تستخدمها Dentsply Sirona _____	العربية	225

	Manufacturer: Indicates the medical device legal manufacturer [for a Medical Device]. Indicates the procedure pack producer [for a Procedure Pack].
 or 	Keep dry: Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperature limit: Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed. This symbol is accompanied by temperature values.
	Keep away from sunlight: Indicates a medical device that needs protection from light sources. This symbol can also mean "Keep away from heat".
	Caution: Indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
	CE marking: Device is in conformity with the applicable requirements set out in this Regulation and other applicable Union harmonisation legislation providing for its affixing, Class I medical devices.
	CE marking with Notified Body identification number: Device is in conformity with the applicable requirements set out in this Regulation and other applicable Union harmonisation legislation providing for its affixing, Class IIa, IIb, III medical devices.
	Do not reuse: Indicates a medical device that is intended for one single use only or for use on a single patient during a single procedure.










 or 	Use-by date: Indicates the date after which the medical device is not to be used. This symbol is accompanied by a date to indicate that the medical device should not be used after the end of the year, month or day shown. The date is expressed in YYYY-MM-DD (or YYYY-MM) format.
	Batch code: Indicates the manufacturer's batch code. This symbol is accompanied by the manufacturer's batch code adjacent to the symbol.
	Catalogue number: Indicates the manufacturer's catalogue number (SKU). This symbol is accompanied by the manufacturer's catalogue number adjacent to the symbol.
	Authorized representative: Identifies the authorized representative in the European Community, United Kingdom or Switzerland. "XX" is replaced by EU for European Community, UK for United Kingdom, or CH for Switzerland.
	Prescription Use Only: Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed health-care practitioner.
 ↓ www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use: Indicates the need for the user to consult the instructions for use. This symbol could be accompanied by the electronic IFU website address.
	Consult Instructions For Use: Indicates the need for the user to consult the Instructions For Use.
	IFU Replacement: Please replace your existing Instructions for Use with the most current version.






	Refer to instruction manual/ booklet: Signifies the instruction manual/ booklet must be read.
	Waste stream disposal status: Do not dispose of electronic prod- ucts in the general waste stream.
	Battery disposal: Do not dispose of battery in municipal waste. The symbol indicates separate collection for battery is required.
	General symbol for recover/ recyclable: To indicate that the marked item or its material is part of a recovery or recycling process.
	General warning sign: To signify a general warning.
	Information: Indicates where information is to be obtained.
	Distributor: Identifies the distributor of a product. This symbol shall be used adjacent to the name and address of the distributor.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importer: Indicates the entity importing the medical device into the locale.
	Opened packages are not replaced: Indicates that, based on our returns policy, opened packages are not replaced.
	Handle with Care, do not throw: Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully, do not throw.






	Fragile, handle with care: Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully.
	Keep upright: Indicates the correct positioning of a package in transport and/or storage.
	Medical Device: According to European Medical Device Regulation (MDR)
	Serial number: Indicates the manufacturer's serial number. This symbol is accompanied by the manufac- turer's serial number adjacent to the symbol.
	Quantity: Indicates the quantity of product included in the package.
	Sterilized using radiation: Indicates a medical device that has been sterilized using irradia- tion.
	Radiopaque
	Material symbol: Identifies a material or substance contained in a product or the material from which the product is made. "XXX" is replaced by mate- rial letter code or a word.
	Highly flammable: Medical device contains materials that are highly flammable. Appro- priate caution should be taken.
	Health hazard: Indicates acutely toxic (harmful) irritant to skin, eyes or respiratory tract. Skin sensitizer and hazard- ous to the ozone layer.






	Serious health hazard: Indicates a serious health hazard risk.
	Type BF applied part: To identify a type BF applied part complying with IEC 60601-1.
	Class II equipment: To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
	Sterilizable up to the temperature specified: Indicates that the equipment can be sterilized to a maximum temperature as indicated.
	Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at temperature specified: Indicates that the instrument is sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at the specified temperature.
	Atmospheric pressure limitation: Indicates the range of atmospheric pressure to which the medical device can be safely exposed. This symbol is accompanied by pressure values.
	Humidity limitation: Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed. This symbol is accompanied by humidity values.
	Rotary motion: Identifies the control or the indicator for rotary motion.
	PCT Gost: Indicates the product complies to GOST-R regulations. Gost: Gosudarstvennyi standards or the Russian equivalent of ANSI.






	Nanomaterial: Indicates a device that contains nanomaterials.
	CSA Logo: Indicates product has been tested against applicable North American standards requirements. CSA: Canadian Standard Association.
	UL Symbol: Indicates product complies with UL (Underwriters Laboratories) standards for product safety.
	Underwriters Laboratories Compliant: Indicates the component has met the quality standards given by Underwriters Laboratories in USA and Canada.
	PAP 21 (Solid cardboard): The use of this symbol is subject to the Packaging Act and defines the packaging material. It helps the end user to identify the material and return it to the correct recycling cycle.
	MET certified for US and Canada.
	e-mark: Prepackaged (or prepacked) products sold in any EU country must provide information on the package specifying the nominal quantity (weight or volume) of their contents. Examples of prepackaged products include: Cosmetics, Cleaning products, Drinks, Food.





	Cavity width (a) must be less than 2/3 of the inter-cuspal distance (b)		ITG Illustrated Technique Guide
	Agitate adhesive slightly with applicator tip		IFU Instructions for Use
	5 sec Remove solvent		i-shade label
	Curing light energy output and curing time instruction		Cloud shades
	Curing light energy output		Shade guide
	Curing time		Shade Guide Holder
	Curing time [s]		Compules® Tips Gun
	Curing time (s) and maximum layer thickness (mm) of filling material to allow proper curing		Compules® Tip
	Maximum layer thickness (mm) of filling material to allow proper curing		Compula® Tip



	Capsule Extruder 2
	Capsule
	AutoMate® III: Tightening Device
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Catch-Trays
	AutoMatrix®: Matrix Bands
	Applicator Tip Flocked Applicator Tip
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Universal Ring




	Palodent® V3: Wedge
	Palodent® V3: WedgeGuard (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Forceps
	Palodent® V3: Pin Tweezers
	X-Post®
	Paper Points
	Asorbent Cotton Rolls
	Syringe
	Syringe






	Syringe
	Syringe
	Syringe
	Syringe
	Conditioner Syringe
	Mixing Syringe
	Syringe
	Automix Syringe
	Intraoral Tip


	Syringe Tip
	Applicator Needle
	Applicator Tip
	Applicator Needles for DeTrey® Conditioner 36
	Cannula, with silicone stop
	Intraoral Mixing Tip
	Mixing Tip
	Cannula
	Finger Grip
	Cartridge
	Mixing Tip
	Mixing Tip
	Intraoral Tip
	Hard Cartridge
	Mixing Tip


	Bayonet Ring
	Tube A/Tube B
	Applicator Dish
	CliXdish™
	Mixing pad
	Powder measure
	Scoop
	Box of Base/Catalyst
	Tri-layer bottle with flip-top-cap
	Single Unit Dose


	Adhesive bottle
	Glass Bottle for Liquid
	Glass Bottle for Powder
	Water dispensing bottle
	1 Drop
	1 Scoop
	Dosage: scoops : drops
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Charging Base


	SmartLite® Focus®: Rechargeable Battery Pack
	SmartLite® Focus®: Eye Protection Shields
	SmartLite®: Sleeves
	SmartLite® Focus®: Power Connector incl. Adapters
	Refill Box



Dosage		Level Powder without Pressure
		2 x 25 ml Powder
		34 ml H₂O
		Medium Tray
Handling		Loosen Powder in Tub turning the box over at least two times
		Mix max. 30 Sec.
		max. 1 Min. working time
		min. 1 Min. setting time


	Fabricant : Indique le fabricant légal du dispositif médical [pour un dispositif médical]. Indique le producteur du nécessaire [pour un nécessaire].
	Conserver au sec : Indique qu'un dispositif médical doit être protégé de l'humidité.
	Limite de température : Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. Ce symbole est accompagné de valeurs de température.
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil : Indique qu'un dispositif médical doit être protégé des sources de lumière. Ce symbole peut également indiquer « Conserver à l'abri de la chaleur ».
	Attention : Indique qu'une précaution est nécessaire lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande près de l'emplacement du symbole, ou que la situation actuelle nécessite l'attention ou une action de l'opérateur pour éviter des conséquences indésirables.
	Marquage CE : Le dispositif est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement et à toute autre législation d'harmonisation de l'Union applicable prévoyant son apposition de dispositifs médicaux de classe I.
	Marquage CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié : Le dispositif est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement et à toute autre législation d'harmonisation de l'Union applicable prévoyant son apposition de dispositifs médicaux de classe IIa, IIb, III.









	Ne pas réutiliser : Indique un dispositif médical destiné à un usage unique ou à être utilisé sur un seul patient au cours d'une seule procédure.
	Date limite d'utilisation : Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé. Ce symbole est accompagné d'une date qui indique que le dispositif médical ne doit pas être utilisé après la fin de l'année, du mois et du jour indiqués. La date est exprimée au format AAAA-MM-JJ (ou AAAA-MM).
	Code de lot : Indique le code de lot du fabricant. Ce symbole est accompagné du code de lot du fabricant à côté du symbole.
	Référence catalogue : Indique la référence sur le catalogue du fabricant (SKU). Ce symbole est accompagné de la référence catalogue du fabricant à côté du symbole.
	Représentant autorisé : Identifie le représentant autorisé dans la Communauté européenne, le Royaume-Uni ou la Suisse. « XX » est remplacé par EU pour la Communauté européenne, par UK pour le Royaume-Uni ou par CH pour la Suisse.
	Utilisation sur prescription uniquement : Attention : Selon la loi fédérale (États-Unis), ce dispositif ne peut être vendu qu'à un praticien autorisé sur prescription de celui-ci.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique : Indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi. Ce symbole peut être accompagné de l'adresse du site internet des instructions d'utilisation électroniques.





	Consulter le mode d'emploi : Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
	Remplacement du mode d'emploi : Veuillez remplacer votre mode d'emploi actuel par la version la plus récente.
	Se reporter au manuel/livret d'instructions : Pour indiquer que le manuel/livret d'instructions doit être lus.
	État d'élimination du flux de déchets : Ne pas jeter les produits électroniques dans le flux général des déchets.
	Élimination de la batterie: Ne pas jeter la batterie dans les déchets municipaux. Le symbole indique qu'une collecte séparée de la batterie est nécessaire.
	Symbole général pour récupérer/recyclable : Pour indiquer que l'élément identifié ou son matériau fait partie d'un processus de récupération ou de recyclage.
	Panneau d'avertissement général : Pour indiquer un avertissement général.
	Information : Indique où obtenir des informations.
	Distributeur : Identifie le distributeur d'un produit. Ce symbole doit être utilisé en regard du nom et de l'adresse du distributeur.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importateur : Indique l'organisme qui importe le dispositif médical.





	Les emballages ouverts ne sont pas remplacés : Indique que selon la politique de retour, les emballages ouverts ne sont pas remplacés.
	Manipuler avec précaution, ne pas jeter : Indique un dispositif médical susceptible d'être brisé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution. Ne pas jeter.
	Fragile, manipuler avec précaution : Indique qu'un dispositif médical peut être cassé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution.
	Haut : Indique le bon positionnement d'un colis lors du transport et/ou du stockage.
	Dispositif médical : Selon les termes du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR)
	Numéro de série : Indique le numéro de série du fabricant. Ce symbole est accompagné du numéro de série du fabricant à côté du symbole.
	Quantité : Indique le nombre de produits contenus dans l'emballage.
	Stérilisé par irradiation : Indique un dispositif médical qui a été stérilisé par irradiation.
	Radio-opaque
	Symbole du matériau : Identifie un matériau ou une substance contenue dans un produit ou le matériau à partir duquel le produit est fabriqué. « XXX » est remplacé par un code à lettres du matériau ou un mot.





	Hautement inflammable : Le dispositif médical contient des matériaux hautement inflammables. Des précautions appropriées doivent être prises.
	Danger pour la santé : Indique un irritant extrêmement toxique nocif) pour la peau, les yeux ou les voies respiratoires. Allergène cutané et produit dangereux pour la couche d'ozone.
	Grave danger pour la santé : Indique un grave danger pour la santé.
	Partie appliquée de type BF : Pour identifier une partie appliquée de type BF conforme à la norme CEI 60601-1.
	Équipement de classe II : Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II selon la norme CEI 61140.
	Stérilisable jusqu'à la température spécifiée : Indique que l'équipement peut être stérilisé à la température maximale indiquée.
	Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée : Indique que l'instrument est stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.
 XXXX hPa XXXX hPa	Limite de pression atmosphérique : Indique la fourchette de pression atmosphérique à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. Ce symbole est accompagné de valeurs de pression.
 XX% XX%	Limite d'humidité : Indique la fourchette d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. Ce symbole est accompagné de valeurs d'humidité.




	Mouvement rotatif : Identifie la commande ou l'indicateur de mouvement rotatif.
	PCT Gost : Indique que le produit est conforme à la certification GOST-R. Gost : Normes gosudarstvennyi ou équivalent russe des normes ansi.
	Nanomatériau : Indique qu'un appareil contient des nanomatériaux.
	Logo CSA : Indique que le produit a été testé conformément aux exigences des normes nord-américaines applicables. CSA : Canadian Standard Association (Association Canadienne de normalisation).
	Symbole UL : Indique que le produit est conforme aux normes UL (Underwriters Laboratories) en matière de sécurité.
	Conforme aux Underwriters Laboratories : Indique que le composant a satisfait aux normes de qualité données par les Underwriters Laboratories aux États-Unis et au Canada.
	PAP 21 (carton non ondulé) : L'utilisation de ce symbole est soumise à la loi relative aux emballages et définit le matériau d'emballage. Ce symbole aide l'utilisateur final à identifier le matériau pour le remettre dans le bon circuit de recyclage.
	Certifié MET pour les États-Unis et le Canada.
	e-mark : Des informations précisant la quantité nominale (poids ou volume) du contenu doivent impérativement figurer sur l'emballage des produits pré-emballés vendus dans tout pays de l'UE (EU). Exemples de produits pré-emballés : Produits cosmétiques, produits de nettoyage, boissons, aliments.




	La largeur de la cavité (a) doit impérativement être inférieure à 2/3 de la distance intercuspidale (b)		GTI Guide technique illustré
	Remuer légèrement l'adhésif avec l'embout applicateur		Mode d'emploi
	5 s Éliminer le solvant		Autocollant i-shade
	Puissance de la lampe à polymériser et instruction relative au temps de polymérisation		Teintes Cloud
 mW/cm ² ≥ XXX ou  mW/cm ² ≥ XXX	Puissance de la lampe à polymériser	 1 x	Teintier
 ou sec	Temps de polymérisation	 2 x	Support pour teintier
	Temps de polymérisation [s]		Compules® Tips Gun
	Temps de polymérisation (s) et épaisseur de couche maximale (mm) du matériau d'obturation pour permettre une bonne polymérisation		Compules® Tip
	Épaisseur de couche maximale (mm) du matériau d'obturation pour permettre une bonne polymérisation		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Capsule
	AutoMate® III: Dispositif de serrage
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Bac récepteur
	AutoMatrix®: Bandes de matrice
	Embout applicateur Embout applicateur floqué
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Anneau universel




	Palodent® V3: Coin
	Palodent® V3: Coin avec bouclier de protection (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Précelle
	Palodent® V3: Pince pour mise en place
	X-Post®
	Pointes papier
 Length 37 mm	Rouleaux de coton absorbants
	Seringue
	Seringue






	Seringue
	Seringue
	Seringue
	Seringue
	Seringue de Conditioner
	Seringue auto-mélangeuse
	Seringue
	Seringue Automix
	Embout intra-oral



	Embout de seringue
	Aiguille d'application
	Embout applicateur
	Aiguille d'application pour DeTrey® Conditioner 36
	Canule, avec butée en silicone
	Embout mélangeur intra-oral
	Embout mélangeur
	Canule
	Bride pour les doigts
	Cartouche
	Embout mélangeur
	Embout mélangeur
	Embout intra-oral
	Cartouche dure
	Embout mélangeur


	Anneau à baïonnette
	Tube A/Tube B
	Godet d'application
	CliXdish™
	Bloc de mélange
	Doseur poudre
	Cuillère
	Boîte de Base/Catalyseur
	Flacon tricouche avec bouchon à charnière
	Unidose

	Flacon d'adhésif
	Flacon en verre pour liquide
	Flacon en verre pour poudre
	Pissette à eau
	1 goutte
	1 godet
	Dosage : godets : gouttes
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus® : Base de chargement


	SmartLite® Focus® : Bloc-batterie rechargeable
	SmartLite® Focus® : Écrans de protection des yeux
	SmartLite® : Manchons
	SmartLite® Focus : Connecteur d'alimenta- tion et adaptateurs
	Boîte de recharge





Dosage		Niveler la poudre sans la tasser
		2 x 25 ml de poudre
		34 ml H₂O
		Porte-empreinte medium
Manipulation		Aérer la poudre dans le récipient en retournant la boîte au moins deux fois
		Mélanger pendant 30 s maxi.
		Temps de travail 1 min maxi.
		Temps de prise 1 min min.


	Produttore: Indica il produttore legale del dispositivo medico [nel caso di un dispositivo medico]. Indica il produttore del gruppo di procedure [nel caso di un gruppo di procedure].
	Conservare all'asciutto: Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.
	Limite di temperatura: Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro. Questo simbolo è accompagnato dai valori della temperatura.
	Tenere lontano dalla luce del sole: Indica che il dispositivo medico deve essere protetto da fonti luminose. Questo simbolo può anche significare "Tenere lontano da fonti di calore".
	Attenzione: Indica che è necessario prestare attenzione quando si aziona il dispositivo o il comando in prossimità del punto in cui è collocato il simbolo, oppure che la situazione attuale richiede la consapevolezza o l'intervento dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate.
	Marchio CE: Il dispositivo conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e ad altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili che ne prevedono l'apposizione, dispositivi medici di classe I.
	Marchio CE con numero di identificazione dell'organismo notificato: Il dispositivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e ad altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili che ne prevedono l'apposizione, dispositivi medici di classe IIa, IIb, III.










	Non riutilizzare: Indica un dispositivo medico destinato a un uso singolo o a un singolo paziente durante un'unica procedura.
	Data di scadenza: Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non deve essere utilizzato. Questo simbolo è accompagnato da una data che indica che il dispositivo medico non deve essere utilizzato dopo la fine dell'anno, del mese o del giorno specificati. La data è riportata nel formato AAAA-MM-GG (o AAAA-MM).
	Codice lotto: Indica il codice del lotto del produttore. Questo simbolo è accompagnato dal codice lotto del produttore, riportato accanto al simbolo.
	Numero di catalogo: Indica il numero di catalogo del produttore (SKU). Questo simbolo è accompagnato dal numero di catalogo del produttore, riportato accanto al simbolo.
	Rappresentante autorizzato: Identifica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea, nel Regno Unito o in Svizzera. "XX" è sostituito da EU per la Comunità Europea, UK per il Regno Unito o CH per la Svizzera.
	Prodotto soggetto esclusivamente a prescrizione: Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un professionista del settore sanitario abilitato.
	Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni per l'uso elettroniche: Indica la necessità di consultare le istruzioni per l'uso. Questo simbolo potrebbe essere accompagnato dall'indirizzo del sito web a cui accedere per consultare le Istruzioni per l'Uso in formato elettronico.






	Consultare le istruzioni per l'uso: Indica la necessità per l'utente di consultare le Istruzioni per l'uso.
	Sostituzione delle istruzioni per l'uso: Sostituire le Istruzioni per l'uso esistenti con la versione più recente.
	Fare riferimento al manuale/libretto di oppure istruzioni: Significa che è necessario leggere il manuale/libretto di istruzioni.
	Stato di smaltimento del flusso di rifiuti: Non smaltire i prodotti elettronici nel flusso dei rifiuti generici.
	Smaltimento delle batterie: Non smaltire la batteria nei rifiuti urbani. Il simbolo indica che è necessaria la raccolta differenziata per la batteria.
	Simbolo generale per recupero/riciclabile: Indica che l'elemento contrassegnato o il suo materiale fa parte di un processo di recupero o riciclaggio.
	Segnale di avvertenza generica: Indica un'avvertenza generica.
	Informazioni: Indica una fonte di informazioni.
	Distributore: Identifica il distributore di un prodotto. Questo simbolo deve essere riportato accanto al nome e all'indirizzo del distributore.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importatore: Indica la società che importa il dispositivo medico.




	Le confezioni aperte non sono sostituibili: Indica che, in base al regolamento di restituzione dell'azienda, le confezioni aperte non vengono sostituite.
	Maneggiare con cura, non lanciare: Indica un dispositivo medico che può essere rotto o danneggiato se non maneggiato con cura, non lanciare.
	Fragile, maneggiare con cura: Indica un dispositivo medico che può rompersi o danneggiarsi se non viene maneggiato con cura.
	Mantenere in verticale: Indica la posizione corretta in cui deve oppure essere mantenuta una confezione durante il trasporto e/o lo stoccaggio.
	Dispositivo medico: Secondo il Regolamento europeo Dispositivi Medici (MDR)
	Numero di serie: Indica il numero di serie del produttore. Questo simbolo è accompagnato dal numero di serie del produttore, riportato accanto al simbolo.
	Quantità: Indica la quantità di prodotto inclusa nella confezione.
	Sterilizzato mediante irradiazione: Indica un dispositivo medico che è stato sterilizzato mediante irradiazione.
	Radiopaco
	Simbolo del materiale: Identifica un materiale o una sostanza contenuta in un prodotto o il materiale di cui il prodotto è composto. "XXX" è sostituito dal codice in lettere corrispondente al materiale o da una parola.








	Altamente infiammabile: Il dispositivo medico contiene materiali altamente infiammabili. Adottare la dovuta cautela.
	Nocivo per la salute: Indica una sostanza con tossicità acuta fortemente irritante (dannosa) per la cute, gli occhi o le vie respiratorie. Si tratta inoltre di una sostanza sensibilizzante della cute e pericolosa per lo strato di ozono.
	Grave rischio per la salute: Indica un grave rischio per la salute.
	Parte applicata di tipo BF: Identifica una parte applicata di tipo BF conformemente alla norma IEC 60601-1.
	Apparecchiature di classe II: Identifica le apparecchiature che soddisfano i requisiti di sicurezza specificati per le apparecchiature di Classe II conformemente alla norma IEC 61140.
	Sterilizzabile fino alla temperatura specificata: Indica che l'apparecchiatura può essere sterilizzata fino alla temperatura massima indicata.
	Sterilizzabile in uno sterilizzatore a vapore (autoclave) alla temperatura specificata: Indica che lo strumento può essere sterilizzato in uno sterilizzatore a vapore (autoclave) alla temperatura specificata.
 XXXX hPa XXXX hPa	Limite di pressione atmosferica: Indica l'intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro. Questo simbolo è accompagnato dai valori della pressione.
 XX% XX%	Limite di umidità: Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro. Questo simbolo è accompagnato dai valori dell'umidità.



	Movimento rotatorio: Identifica il controllo o l'indicatore per il movimento rotatorio.
	PCT Gost: Indica che il prodotto è conforme alle norme GOST-R. Gost: Indica le norme tecniche della Federazione Russa equivalenti alle norme ANSI.
	Nanomateriale: Indica un dispositivo contenente nanomateriali.
	Logo CSA: Indica che il prodotto è stato sottoposto ai test previsti dalle norme nordamericane. CSA: Canadian Standard Association.
	Simbolo UL: Indica che il prodotto è conforme agli standard di sicurezza UL (Underwriters Laboratories).
	Conforme agli Underwriters Laboratories: Indica che il componente ha soddisfatto gli standard di qualità forniti da Underwriters Laboratories negli Stati Uniti e in Canada.
	PAP 21 (cartone non ondulato): L'uso di questo simbolo è soggetto al regolamento sugli imballaggi e definisce il materiale di imballaggio. Assiste l'utente finale nell'identificare il materiale e reintrodurlo nel circuito di riciclaggio appropriato.
	Certificazione MET per USA e Canada.
	e-mark: I prodotti preconfezionati (o preimballati) venduti in qualsiasi Paese dell'UE (EU) devono riportare i dati relativi alla quantità nominale (peso o volume) del loro contenuto sulla confezione. Esempi di prodotti preconfezionati: Cosmetici, prodotti per la pulizia, bevande, alimenti.




	La larghezza della cavità (a) deve essere inferiore ai 2/3 della distanza intercuspidale (b)		GTI Guida tecnica illustrata
	Agitare leggermente l'adesivo con il puntale di applicazione		Istruzioni per l'uso
	5 s Rimuovere il solvente		Etichetta i-shade
	Intensità della lampada fotopolimerizzante e istruzioni sul tempo di polimerizzazione		Tinte Cloud
	Intensità della lampada fotopolimerizzante		Scala colori
	Tempo di polimerizzazione		Supporto scala colori
	Tempo di polimerizzazione [s]		Compules® Tips Gun
	Tempo di polimerizzazione (s) e spessore massimo (mm) dello strato di materiale da otturazione per permettere una corretta polimerizzazione		Compules® Tip
	Spessore massimo (mm) dello strato di materiale da otturazione per permettere una corretta polimerizzazione		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Capsula
	AutoMate® III: Strumento di serraggio
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Vassoio di raccolta
	AutoMatrix®: Bande delle matrici
	Puntale di applicazione Puntale di applicazione a fiocco
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Anello universale




	Palodent® V3: Cuneo
	Palodent® V3: Cunei di protezione (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Pinzette
	Palodent® V3: Pinze di posizionamento
	X-Post®
	Punte di carta
	Rotolo di cotone assor- bente
	Siringa
	Siringa






	Siringa
	Siringa
	Siringa
	Siringa
	Siringa Conditioner
	Siringa miscelatrice
	Siringa
	Siringa Automix
	Puntali intraorali

	Puntale siringa
	Cannule di applicazione
	Applicator Tip
	Cannule di applica- zione per DeTrey® Conditioner 36
	Cannula, con arresto in silicone
	Puntale miscelatore intraorale
	Puntale miscelatore
	Cannula
	Appoggio per le dita
	Cartuccia
	Puntale miscelatore
	Puntale miscelatore
	Puntali intraorali
	Cartuccia rigida
	Puntale miscelatore


	Anello a baionetta
	Tubo A/Tubo B
	Disco di applicazione
	CliXdish™
	Blocchetto di miscelazione
	Misurino per polvere
	Misurino
	Scatola di base/catalizzatore
	Flacone triplo strato con tappo a scatto
	Monodose


	Flacone adesivo
	Flacone in vetro per liquido
	Flacone in vetro per polvere
	Flacone erogatore acqua
	1 goccia
	1 misurino
	Dosaggio: misurini : gocce
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Base di ricarica


	SmartLite® Focus®: Batteria ricaricabile
	SmartLite® Focus®: Schermi ottici
	SmartLite®: Guaine SmartLite®
	SmartLite® Focus®: Spina di alimentazione con adattatori
	Scatola di rifornimento


Dosaggio		Livellare la polvere senza premere
		2 misurini da 25 ml di polvere
		34 ml H₂O
		Portaimpronte medio
Manipola- zione		Decompattare la pol- vere nel contenitore capovolgendo la sca- tola almeno due volte
		Miscelare massimo 30 secondi
		Tempo di lavorazione massimo 1 minuto
		Tempo di presa minimo 1 minuto






Legende der von Dentsply Sirona verwendeten Symbole



	Hersteller: Gibt den gesetzlich verantwortlichen Hersteller des Medizinprodukts an [für ein Medizinprodukt]. Gibt den Hersteller des Behandlungssets an [für ein Behandlungssset].
 oder 	Trocken lagern: Kennzeichnet ein Medizinprodukt, dass vor Feuchtigkeit zu schützen ist.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturgrenze: Gibt den Temperaturbereich an, dem das Medizinprodukt gefahrlos ausgesetzt werden kann. Das Symbol wird durch Temperaturwerte ergänzt.
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen: Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das vor Lichtquellen geschützt werden muss. Dieses Symbol kann auch "Vor Hitze schützen" bedeuten.
	Achtung: Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit oder das Eingreifen des Anwenders erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung: Das Gerät entspricht den geltenden Anforderungen dieser Verordnung und anderen geltenden EU-Harmonisierungsgesetzen, die die Anbringung der Kennzeichnung regeln; Medizinprodukte Klasse I.
	CE-Kennzeichnung mit Identifikationsnummer der benannten Stelle: Das Gerät entspricht den geltenden Anforderungen dieser Verordnung und anderen geltenden EU-Harmonisierungsgesetzen, die die Anbringung der Kennzeichnung regeln; Medizinprodukte Klasse IIa, IIb, III.










	Nicht wiederverwenden: Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das zur einmaligen Verwendung oder zur Verwendung an einem einzigen Patienten während eines einzigen Eingriffs bestimmt ist.
 oder 	Verwendbar bis: Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. Das Datum neben dem Symbol weist darauf hin, dass das Medizinprodukt nach Ablauf des angegebenen Jahres, Monats oder Tages nicht mehr verwendet werden darf. Das Datum wird im Format JJJJ-MM-TT (oder JJJJ-MM) angegeben.
	Chargenbezeichnung: Gibt die Chargenbezeichnung des Herstellers an. Neben dem Symbol wird die Chargenbezeichnung des Herstellers angegeben.
	Katalognummer: Gibt die Katalognummer (SKU) des Herstellers an. Dieses Symbol wird durch die Katalognummer des Herstellers neben dem Symbol ergänzt.
	Bevollmächtigter Vertreter: Bezeichnet den bevollmächtigten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz. "XX" wird durch EU für die Europäische Gemeinschaft, UK für das Vereinigte Königreich oder CH für die Schweiz ersetzt.
	Verschreibungspflichtig: Vorsicht: Dieses Produkt darf nach US-amerikanischem Bundesrecht nur durch eine medizinische Fachkraft oder auf Veranlassung einer solchen verkauft werden.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Gebrauchsanweisung oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung einsehen sollte. Neben diesem Symbol wird mitunter die Adresse der elektronischen IFU-Website angegeben.






	Gebrauchsanweisung beachten: Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss.
	Austausch der Gebrauchsanweisung: Bitte tauschen Sie die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung durch die aktuellste Version aus.
 oder 	Gebrauchsanweisung/Handbuch beachten: Gibt an, dass die Bedienungsanleitung/das Handbuch gelesen werden muss.
	Status der Entsorgung im Abfallstrom: Elektronische Produkte nicht im allgemeinen Abfallstrom entsorgen.
	Batterieentsorgung: Batterie nicht im kommunalen Abfall entsorgen. Das Symbol gibt an, dass eine getrennte Sammlung für die Batterie erforderlich ist.
	Allgemeines Symbol für Wiederverwertung/Recycling: Kennzeichnet, dass der Artikel oder seine Materialien Teil eines Verwertungs- oder Recyclingprozesses sind.
	Allgemeines Warnhinweissymbol: Kennzeichnet einen allgemeinen Warnhinweis.
	Information: Gibt an, wo Informationen zu finden sind.
	Vertriebshändler: Kennzeichnet den Vertriebshändler eines Produkts. Dieses Symbol ist neben dem Namen und der Adresse des Vertriebshändlers zu verwenden.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importeur: Gibt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt in das betreffende Land importiert.



	Geöffnete Packungen nicht ersetzbar: Gibt die Rückgabebestimmungen an: Geöffnete Packungen werden nicht ersetzt.
	Vorsicht! Bitte nicht werfen: Weist auf ein Medizinprodukt hin, das bei unvorsichtiger Handhabung leicht zerbrechen oder beschädigt werden kann. Nicht werfen.
	Zerbrechlich, mit Vorsicht handhaben: Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das bei unvorsichtiger Handhabung zerbrechen oder beschädigt werden kann.
	Stets aufrecht halten: Gibt die korrekte Positionierung einer Packung bei Transport und/oder Lagerung an.
	Medizinprodukt: Gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR)
	Seriennummer: Gibt die Seriennummer des Herstellers an. Dieses Symbol wird durch die Seriennummer des Herstellers neben dem Symbol ergänzt.
	Menge: Gibt die Anzahl der in diesem Paket enthaltenen Produkte an.
	Sterilisiert durch Bestrahlung: Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das mittels Bestrahlung sterilisiert wurde.
	Röntgendicht
	Materialsymbol: Bezeichnet ein Material oder einen Stoff, der in einem Produkt enthalten ist, bzw. das Material, aus dem das Produkt hergestellt wurde. "XXX" wird durch den Buchstabencode des Werkstoffs oder ein Wort.






	Leicht entzündbar: Medizinprodukt enthält Materialien, die leicht entzündbar sind. Entsprechende Vorsicht ist geboten.
	Gesundheitsrisiko: Gibt an, dass das Produkt akut toxisch (schädlich), reizend für Haut, Augen oder Atemwege ist. Hautsensibilisierer und ozon-schichtschädigend.
	Gesundheitsgefährdend: Weist auf ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko hin.
	Anwendungsteil Typ BF: Kennzeichnet ein Anwendungsteil Typ BF gemäß IEC 60601-1.
	Gerät Schutzklasse II: Kennzeichnet Geräte, die die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Schutzklasse II gemäß IEC 61140 erfüllen.
	Sterilisierbar bis zur angegebenen Temperatur: Gibt an, dass das Produkt bis zu der angegebenen Maximaltemperatur sterilisiert werden kann.
	In einem Dampfsterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur sterilisierbar: Gibt an, dass das Instrument in einem Dampfsterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur sterilisierbar ist.
	Luftdruckgrenze: Gibt den Luftdruckbereich an, dem das Medizinprodukt gefahrlos ausgesetzt werden kann. Das Symbol wird durch Luftdruckwerte ergänzt.
	Feuchtigkeitsgrenze: Gibt den Feuchtigkeitsbereich an, dem das Medizinprodukt gefahrlos ausgesetzt werden kann. Das Symbol wird durch Feuchtigkeitswerte ergänzt.





	Rotation: Kennzeichnet die Steuerung oder die Anzeige für eine Rotation.
	PCT Gost: Gibt an, dass das Produkt den GOST-R-Bestimmungen entspricht. Gost: Gossudarstweny-Normen oder das russische Äquivalent zu ANSI.
	Nanomaterial: Kennzeichnet ein Produkt, das Nanomaterialien enthält.
	CSA-Logo: Gibt an, dass das Produkt gemäß den Anforderungen der geltenden nordamerikanischen Normen getestet wurde. CSA: Canadian Standard Association (Kanadische Normungsorganisation).
	UL-Symbol: Gibt an, dass das Produkt den UL-Normen (Underwriters Laboratories) für Produktsicherheit entspricht.
	Underwriters Laboratories Konform: Gibt an, dass die Komponente den Qualitätsstandards der Underwriters Laboratories in den USA und Kanada entspricht.
	PAP 21 (Vollpappe): Die Verwendung dieses Symbols unterliegt dem Verpackungsgesetz und bestimmt das Verpackungsmaterial. Es hilft dem Endverbraucher, das Material zu identifizieren und wieder dem richtigen Recycling-Kreislauf zuzuführen.
	MET-zertifiziert für die USA und Kanada.
	e-Zeichen: In einem EU-Land verkaufte Erzeugnisse in Fertigpackungen müssen auf der Verpackung Angaben zur Nennfüllmenge (Gewicht oder Volumen) des Inhalts tragen. Beispiele für Erzeugnisse in Fertigpackungen sind: Kosmetika, Reinigungsmittel, Getränke, Lebensmittel.




	Die Kavitätenbreite (a) muss geringer sein als 2/3 des interkuspidalen Abstands (b)		Bebilderte technische Anleitung
	Kleber mit der Applikatorspitze vorsichtig umrühren		Gebrauchsanweisung
	5 Sek. Lösungsmittel entfernen		i-shade-Label
	Lichtleistung des Polymerisationsgeräts und Hinweise zur Polymerisationszeit		Cloud-Farben
	Lichtleistung des Polymerisationsgeräts		Farbschlüssel
	Polymerisationszeit		Farbschlüsselhalter
	Polymerisationszeit [s]		Compules® Tips Gun
	Polymerisationszeit (s) und maximale Schichtdicke (mm) des Füllmaterials für eine ordnungsgemäße Aushärtung		Compules® Tip
	Maximale Schichtdicke (mm) des Füllmaterials für eine ordnungsgemäße Aushärtung		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsel
	AutoMate® III: Matrizenspanner
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Auffangkörbchen
	AutoMatrix®: Matrizenbänder
	Applikatorspitze Beflockte Applikator- spitze
	Palodent® V3: Matrize
	Palodent® V3: Universalring




	Palodent® V3: Keil
	Palodent® V3: Keilschutz (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Applikationszange
	Palodent® V3: Spezialpinzette
	X-Post®
	Papierspitzen
 Length 37 mm	Saugfähige Watterollen
	Spritze
	Spritze







	Spritze
	Spritze
	Spritze
	Spritze
	Conditioner-Spritze
	Mischspritze
	Spritze
	Automix-Spritze
	Intraoralspitzen


	Spritzenspitze
	Applikationsnadel
	Applikatorspitze
	Applikatornadel für DeTrey® Conditioner 36
	Kanüle mit Silikonstopper
	Intraorale Mischkanüle
	Mischkanüle
	Kanüle
	Fingergriff
	Kartusche
	Mischkanüle
	Mischkanüle
	Intraoralspitzen
	Hartkartusche
	Mischkanüle


	Bajonettring
	Tube A/Tube B
	Applikationsschale
	CliXdish™
	Anmischblock
	Pulvermaß
	Messlöffel
	Box mit Base/Katalysator
	Dreilagige Flasche mit Klappverschluss
	Einzeldosis


	Adhäsiv-Flasche
	Glasflasche für Flüssigkeit
	Glasflasche für Pulver
	Wasserdosierflasche
	1 Tropfen
	1 Messlöffel
	Dosierung: Messlöffel : Tropfen
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Ladestation

	SmartLite® Focus®: Akkupack
	SmartLite® Focus®: Augenschutzfilter
	SmartLite®: Schutzhüllen
	SmartLite® Focus®: Netzstecker inkl. Adapter
	Nachfüllbox






Dosierung		Überschüsse ohne Druck abstreifen
		2 x 25 ml Pulver
		34 ml H₂O
		Mittelgroßer Abform- löffel
Verarbeitung		Aufschütteln des Pul- vers in der Box durch mindestens zweimali- ges Wenden
		Anmischzeit max. 30 Sek.
		Bearbeitungszeit max. 1 Min.
		Abbindezeit min. 1 Min.


	Fabricante: Indica el fabricante legal del producto sanitario [para un producto sanitario]. Indica el productor del paquete de tratamiento [para un paquete de tratamiento].
	Mantener seco: Indica un producto sanitario que debe protegerse de la humedad.
	Límite de temperatura: Indica los límites de temperatura a los que se puede exponer con seguridad el producto sanitario. Este símbolo va acompañado de valores de temperatura.
	Mantener alejado de la luz solar: Indica un producto sanitario que necesita protección frente a fuentes de luz. Este símbolo también puede significar "Mantener alejado del calor".
	Atención: Indica que se debe tener precaución al utilizar el producto o controlar el entorno donde está colocado el símbolo, o que la situación requiere la atención o la intervención del usuario para evitar consecuencias indeseables.
	Marcado CE: El producto cumple con los requisitos aplicables establecidos en este Reglamento y otra legislación de armonización de la Unión aplicable que establece su colocación; productos sanitarios de Clase I.
	Marcado CE con número de identificación del organismo notificado: El producto cumple con los requisitos aplicables establecidos en este Reglamento y otra legislación de armonización de la Unión aplicable que establece su colocación; productos sanitarios de Clase IIa, IIb, III.










	No reutilizar: Indica un producto sanitario destinado a un solo uso o a ser utilizado en un solo paciente durante un único procedimiento.
	Fecha de caducidad: Indica la fecha a partir de la cual no debe utilizarse el producto sanitario. Este símbolo va acompañado de una fecha para indicar que el producto sanitario no debe utilizarse después del final del año, mes o día indicado. La fecha se expresa en formato AAAA-MM-DD (o AAAA-MM).
	Código de lote: Indica el código de lote del fabricante. Este símbolo va acompañado del código de lote del fabricante que figura junto al símbolo.
	Número de catálogo: Indica el número de catálogo del fabricante (SKU). Este símbolo va acompañado del número de catálogo del fabricante que figura junto al símbolo.
	Representante autorizado: Identifica al representante autorizado en la Comunidad Europea, el Reino Unido o Suiza. "XX" se sustituye por EU para la Comunidad Europea, UK para el Reino Unido o CH para Suiza.
	Solo para uso bajo prescripción médica: Precaución: Las leyes federales de EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a odontólogos o por parte de odontólogos autorizados.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Consulte las instrucciones de uso impresas o en formato electrónico: Indica que el usuario debe consultar las instrucciones de uso. Este símbolo puede ir acompañado de la dirección del sitio web de las instrucciones de uso electrónicas.






	Consultar instrucciones de uso: Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	Sustitución de las instrucciones de uso: Sustituya las instrucciones de uso que tenga por su versión más actual.
	Consulte el manual/folleto de instrucciones: Indica que es necesario leer el manual/folleto de instrucciones.
	Estado de eliminación del flujo de residuos: No deseche los productos electrónicos en el flujo de residuos corrientes sin clasificar.
	Eliminación de la batería: No deseche la batería con residuos domésticos sin clasificar. El símbolo indica que la batería debe ser recogida selectivamente.
	Símbolo general para recuperable/reciclable: Indica que el artículo marcado o sus materiales forman parte de un proceso de recuperación o reciclaje.
	Signo de advertencia general: Indica una advertencia general.
	Información: Indica dónde encontrar información.
	Distribuidor: Identifica al distribuidor de un producto. Este símbolo se usará junto al nombre y la dirección del distribuidor.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importador: Indica la entidad encargada de la importación del producto sanitario.



	No se reemplazan los embalajes abiertos: Indica que, de acuerdo con nuestra política de devolución, los embalajes abiertos no se reemplazan.
	Manipule con cuidado, no lo tire: Indica que un dispositivo médico puede romperse o dañarse si no se manipula con cuidado, no lo tire.
	Frágil, manipular con cuidado: Indica un producto sanitario que puede romperse o dañarse si no se manipula con cuidado.
	Mantener en vertical: Indica el posicionamiento correcto de un embalaje durante su transporte o almacenamiento.
	Producto sanitario: De conformidad con el Reglamento europeo sobre productos sanitarios (MDR)
	Número de serie: Indica el número de serie del fabricante. Este símbolo va acompañado del número de serie del fabricante que figura junto al símbolo.
	Cantidad: Indica la cantidad de producto incluida en el paquete.
	Esterilizado mediante radiación: Indica un producto sanitario que ha sido esterilizado mediante irradiación.
	Radiopaco
	Símbolo de material: Identifica un material o una sustancia presente en un producto o el material del que está hecho dicho producto. "XXX" se sustituye por un código de letras del material o una palabra.








	Altamente inflamable: El producto sanitario contiene materiales altamente inflamables. Se debe tener la precaución adecuada.
	Riesgo sanitario: Indica un irritante agudamente tóxico (nocivo) para la piel, los ojos o las vías respiratorias. Sensibilizante cutáneo y peligroso para la capa de ozono.
	Peligro grave para la salud: Indica un riesgo de peligro grave para la salud.
	Pieza aplicada de tipo BF: Identifica una pieza aplicada de tipo BF que cumpla con IEC 60601-1.
	Equipo de clase II: Identifica equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para equipos de Clase II según IEC 61140.
	Esterilizable hasta la temperatura especificada: Indica que el equipo se puede esterilizar hasta la temperatura máxima indicada.
	Esterilizable en un esterilizador a vapor (autoclave) a la temperatura especificada: Indica que el instrumento es esterilizable en un esterilizador a vapor (autoclave) a la temperatura especificada.
 XXXX hPa	Límite de presión atmosférica: Indica el intervalo de presión atmosférica al que puede exponerse el producto sanitario con seguridad. Este símbolo va acompañado de valores de presión.
 XX%	Límite de humedad: Indica el intervalo de humedad al que puede exponerse el producto sanitario de forma segura. Este símbolo va acompañado de valores de humedad.




	Movimiento rotatorio: Identifica el control o el indicador del movimiento rotatorio.
	PCT Gost: Indica que el producto cumple con la normativa GOST-R. Gost: Normas Gosudarstvennyy o el equivalente ruso de ANSI.
	Nanomaterial: Indica que un producto contiene nanomateriales.
	Logotipo CSA: Indica que el producto ha sido comprobado de conformidad con los requisitos de las normas norteamericanas. CSA: Canadian Standard Association.
	Símbolo UL: Indica que el producto cumple con las normas UL (Underwriters Laboratories) de seguridad de producto.
	Conforme a Underwriters Laboratories: Indica que el componente ha satisfecho las normas de calidad proporcionadas por Underwriters Laboratories en EE. UU. y Canadá.
	PAP 21 (cartón compacto): El uso de este símbolo está sujeto a la ley estadounidense de embalajes y define el material del embalaje. Es una ayuda para que el usuario final identifique el material y lo devuelva al ciclo de reciclaje correcto.
	Certificado MET para EE. UU. y Canadá.
	Certificado E-Mark: Los productos preenvasados (o preempaquetados) comercializados en cualquier país de la UE (EU) tienen que proporcionar información en el embalaje que especifique la cantidad nominal (peso o volumen) del contenido. Entre los ejemplos de productos preempaquetados se encuentran: los productos cosméticos, de limpieza, bebidas y comida.



	La anchura de la cavidad (a) debe ser inferior a 2/3 de la distancia intercus- pídea (b)		GTI Guía técnica ilustrada
	Agitar ligeramente el adhesivo con la punta aplicadora		IU Instrucciones de uso
	5 s Quitar el disolvente		Etiqueta i-shade
	Salida de energía de la lámpara de fotopolimeri- zación e instrucción del tiempo de fotopolimeri- zación		Colores Cloud
	Salida de energía de la lámpara de fotopolimeri- zación		Guía de colores
	Tiempo de fotopolimeri- zación		Soporte de la guía de colores
	Tiempo de fotopolimeri- zación [s]		Compules® Tips Gun
	Tiempo de fotopolime- rización (s) y máximo espesor de capa (mm) del material de relleno para permitir una poli- merización adecuada		Compules® Tip
	Máximo espesor de capa (mm) del material de relleno para permitir una polimerización adecuada		Compula® Tip



	Capsule Extruder 2
	Cápsula
	AutoMate® III: Dispositivo tensor
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Bandeja de recogida
	AutoMatrix®: Bandas matrices
	Punta del aplicador Punta del aplicador flocada
	Palodent® V3: Matriz
	Palodent® V3: Anillo universal




	Palodent® V3: Cuña
	Palodent® V3: Protector de cuña (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Pinzas de alfiler
	Palodent® V3: Pinzas de colocación
	X-Post®
	Puntas de papel
 Length 37 mm	Torundas de algodón absorbentes
	Jeringa
	Jeringa






	Jeringa
	Jeringa
	Jeringa
	Jeringa
	Jeringa Conditioner
	Jeringa de mezcla
	Jeringa
	Jeringa Automix
	Punta intraoral

	Punta de jeringa
	Aguja del aplicador
	Punta del aplicador
	Aguja del aplicador para el DeTrey® Conditioner 36
	Cánula con tope de silicona
	Punta de mezcla intraoral
	Punta de mezcla
	Cánula
	Agarre para dedo
	Cartucho
	Punta de mezcla
	Punta de mezcla
	Punta intraoral
	Cartucho rígido
	Punta de mezcla

	Anillo de bayoneta
	Tubo A/Tubo B
	Placa del aplicador
	CliXdish™
	Bloc de mezcla
	Medida de polvo
	Cacito
	Caja de base/catalizador
	Bote de triple capa con tapa de apertura rápida
	Dosis unitaria


	Frasco de adhesivo
	Frasco para el líquido
	Frasco para el polvo
	Frasco dispensador de agua
	1 gota
	1 cacito
	Dosis: cacitos : gotas
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Base de carga

	SmartLite® Focus®: Bloque de batería recar- gable
	SmartLite® Focus®: Pantalla protectora
	SmartLite®: Fundas
	SmartLite® Focus®: Conector de alimenta- ción incl. adaptadores
	Caja de repuesto






Dosis		Alisar el polvo sin presión
		2 x 25 ml de polvo
		34 ml H ₂ O
		Cubeta mediana
Manipulación		Soltar el polvo dando la vuelta a la caja al menos dos veces
		Mezclar como máx. 30 s
		Tiempo de trabajo máx. 1 min
		Tiempo de fraguado mín. 1 min

	Fabricante: Indica o fabricante legal do dispositivo médico [para um Dispositivo Médico]. Indica o produtor do pacote de procedimentos [para um Pacote de Procedimentos].
 ou 	Manter seco: Indica um dispositivo médico que necessita de proteção contra humidade.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Limite de temperatura: Indica os limites de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto de forma segura. Este símbolo é acompanhado por valores de temperatura.
	Manter afastado da luz solar direta: Indica um dispositivo médico que precisa de proteção contra fontes de luz. Este símbolo também pode significar “Manter afastado do calor”.
	Cuidado: Indica que é necessário cuidado ao operar o dispositivo ou controlo perto de onde o símbolo está colocado, ou que a situação atual requer uma consciencialização ou ação do operador para evitar consequências indesejáveis.
	Marcação CE: O dispositivo está em conformidade com os requisitos aplicáveis estabelecidos no presente regulamento e outra legislação de harmonização aplicável da União Europeia que prevê a sua afixação, dispositivos médicos de Classe I.
	Marcação CE com número de identificação do organismo notificado: O dispositivo está em conformidade com os requisitos aplicáveis estabelecidos no presente regulamento e outra legislação de harmonização aplicável da União Europeia que prevê a sua afixação, dispositivos médicos de Classe IIa, IIb, III.









	Não reutilizar: Indica um dispositivo médico destinado a uma única utilização ou para ser utilizado num único paciente durante um único procedimento.
 ou 	Data de validade: Indica a data após a qual o dispositivo médico não deve ser utilizado. Este símbolo é acompanhado por uma data para indicar que o dispositivo médico não deve ser utilizado após o final do ano, mês ou dia indicados. A data é expressa no formato AAAA-MM-DD (ou AAAA-MM).
	Código do lote: Indica o código do lote do fabricante. Este símbolo é acompanhado pelo número de lote do fabricante adjacente ao símbolo.
	Número de catálogo: Indica o número do catálogo do fabricante (SKU). Este símbolo é acompanhado pelo número de catálogo do fabricante adjacente ao símbolo.
	Representante autorizado: Identifica o representante autorizado na Comunidade Europeia, Reino Unido ou Suíça. “XX” é substituído por EU para Comunidade Europeia, UK para Reino Unido, ou CH para Suíça.
	Utilização apenas com prescrição: Atenção: a lei federal (dos E.U.A.) apenas permite a venda deste dispositivo a, ou a pedido de, um profissional de saúde autorizado.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónicas: Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização. Este símbolo pode ser acompanhado pelo endereço eletrónico do site das instruções de utilização.






	Consultar as instruções de utilização: Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização.
	Substituição das instruções de utilização: Substitua a versão existente das instruções de utilização pela versão mais recente.
	Consultar o manual/folheto de instruções: Para indicar que o manual/folheto de instruções deve ser lido.
	Estado de eliminação do fluxo de resíduos: Não colocar os produtos eletrónicos no fluxo de resíduos geral.
	Descarte de bateria: Não colocar a bateria juntamente com resíduos urbanos. O símbolo indica que a bateria tem de ser recolhida separadamente.
	Símbolo geral para produto recuperável/reciclável: Para indicar que o produto marcado ou o seu material faz parte de um processo de recuperação ou reciclagem.
	Sinal de aviso geral: Para indicar um aviso geral.
	Informação: Indica onde pode ser obtida a informação.
	Distribuidor: Identifica o distribuidor de um produto. Este símbolo é utilizado junto do nome e da morada do distribuidor.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importador: Indica a entidade que importa o dispositivo médico.



	Embalagens abertas não são substituídas: Indica que, segundo a política de devolução, as embalagens abertas não são substituídas.
	Manusear com cuidado, não atirar: Indica um dispositivo médico que pode partir-se ou sofrer danos se não for manuseado com cuidado ou se for atirado.
	Frágil, manipular com cuidado: Indica que o dispositivo médico pode partir-se ou ser danificado se não for manuseado cuidadosamente.
	Manter na vertical: Indica a posição correta de uma embalagem durante o transporte e/ou o armazenamento.
	Dispositivo médico: Em conformidade com a diretiva europeia "Dispositivos médicos" (MDR)
	Número de série: Indica o número de série do fabricante. Este símbolo é acompanhado pelo número de série do fabricante adjacente ao símbolo.
	Quantidade: Indica a quantidade de produto contida na embalagem.
	Esterilização com radiação: Indica um dispositivo médico que foi esterilizado por irradiação.
	Radiopaco
	Símbolo de material: Identifica um material ou substância contida num produto ou o material do qual o produto é feito. "XXX" é substituído pelo código alfabético do material ou uma palavra.






	Altamente inflamável: O dispositivo médico contém materiais que são altamente inflamáveis. Devem ser tomadas as devidas precauções.
	Perigo para a saúde: Indica que é um irritante extremamente tóxico (nocivo) para a pele, os olhos ou as vias respiratórias. Sensibilizador cutâneo e perigoso para a camada de ozono.
	Perigo grave para a saúde: Indica um risco grave para a saúde.
	Peça aplicada tipo BF: Para identificar uma peça aplicada do tipo BF em conformidade com a norma IEC 60601-1.
	Equipamento de Classe II: Para identificar equipamento que cumpra os requisitos de segurança especificados para equipamento de Classe II em conformidade com a norma IEC 61140.
	Esterilizável até à temperatura especificada: Indica que o equipamento pode ser esterilizado até à temperatura máxima indicada.
	Esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada: Indica que o instrumento é esterilizável num esterilizador a vapor (autoclave) à temperatura especificada.
	Limite de pressão atmosférica: Indica o intervalo de pressão atmosférica ao qual o dispositivo médico pode ser exposto de forma segura. Este símbolo é acompanhado por valores de pressão.
	Limite de humidade: Indica o intervalo de humidade ao qual o dispositivo médico pode ser exposto de forma segura. Este símbolo é acompanhado por valores de humidade.




	Movimento rotativo: Identifica o controlo ou o indicador para o movimento rotativo.
	Gost PCT: Indica que o produto cumpre os regulamentos GOST-R. Gost: Normas Gosudarstvenii ou o equivalente russo da ANSI.
	Nanomaterial: Indica que o dispositivo contém nanomateriais.
	Logótipo CSA: Indica que o produto foi testado segundo os requisitos das normas norte-americanas aplicáveis. CSA: Canadian Standard Association.
	Símbolo UL: Indica que o produto cumpre as normas UL (Underwriters Laboratories) relativas à segurança do produto.
	Em conformidade com a Underwriters Laboratories: Indica que o componente cumpriu as normas de qualidade estabelecidas pela Underwriters Laboratories nos E.U.A. e Canadá.
	PAP 21 (cartão compacto): A utilização deste símbolo está sujeita à lei das embalagens e define o material da embalagem. Ajuda o utilizador final a identificar o material e a direcioná-lo para o ciclo de reciclagem correto.
	MET certificado para os EUA e o Canadá.
	Marcação e: Os produtos pré-embalados (em embalagem principal ou secundária) vendidos em qualquer país da UE (EU) têm de ter informações na embalagem a especificar a quantidade nominal (peso ou volume) do respetivo conteúdo. Produtos pré-embalados são, por exemplo: Cosméticos, produtos de limpeza, bebidas, alimentos.




	A largura da cavidade (a) tem de ser inferior a 2/3 da distância intercúspide (b)		GTI Guia de técnicas ilustrado
	Agitar o adesivo ligeiramente com a ponta do aplicador		IdU Instruções de utilização
	5 s Remover o solvente		Rótulo i-shade
	Saída de energia de fotopolimerização e instruções de tempo de polimerização		Tonalidades Cloud
 mW/cm² ≥ XXX ou  mW/cm² ≥ XXX	Saída de energia de fotopolimerização		Guia de tonalidades
	Tempo de polimerização		Suporte para guia de tonalidades
	Tempo de polimerização [s]		Compules® Tips Gun
	Tempo(s) de polimerização e espessura máxima (mm) da camada de material de preenchimento para uma boa polimerização		Compules® Tip
	Espessura máxima (mm) da camada de material de preenchimento para uma boa polimerização		Compula® Tip




	Capsule Extruder 2
	Cápsula
	AutoMate® III: Dispositivo tensor
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Tabuleiro de recolha
	AutoMatrix®: Bandas de matriz
	Ponta de aplicador Ponta de aplicador flocada
	Palodent® V3: Matriz
	Palodent® V3: Anel universal








	Palodent® V3: Cunha
	Palodent® V3: Guarda de cunha (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Alicates de aplicação
	Palodent® V3: Pinça auxiliar de colocação
	X-Post®
	Pontas de papel
 Length 37 mm	Rolos de algodão absor- ventes
	Seringa
	Seringa

	Seringa
	Seringa
	Seringa
	Seringa
	Seringa Conditioner
	Seringa de mistura
	Seringa
	Seringa Automix
	Ponta Intraoral


	Ponta de seringa
	Agulha de aplicador
	Ponta aplicadora
	Agulha aplicadora para DeTrey® Conditioner 36
	Cânula, com batente de silicone
	Ponta de mistura intraoral
	Ponta de mistura
	Cânula
	Pega de dedo
	Cartucho
	Ponta de mistura
	Ponta de mistura
	Ponta intraoral
	Cartucho duro
	Ponta de mistura

	Anel de baioneta		Frasco de adesivo
	Tubo A/Tubo B		Frasco de vidro para líquido
	Prato de aplicador		Frasco de vidro para pó
	CliXdish™		Frasco dispensador de água
	Bloco de mistura		1 gota
	Medida de pó		1 colher
	Colher		Dosagem: colheres : gotas
	Caixa de base/catalisador		Frasco de três camadas com tampa articulada
	Dose individual		SmartLite® Focus®
			SmartLite® Focus®: Base de carregamento


	SmartLite® Focus®: Conjunto de baterias recarregáveis
	SmartLite® Focus®: Proteções para os olhos
	SmartLite®: Mangas
	SmartLite® Focus®: Conector elétrico incluindo adaptadores
	Caixa de recarga


Dosagem		Nivelar o pó sem pressionar
		2 x 25 ml de pó
		34 ml de H ₂ O
		Moldeira média
Manusea- mento		Soltar o pó no reci- piente virando a caixa ao contrário, pelo menos, duas vezes
		Misturar no máx. 30 s.
		máx. 1 min de tempo de trabalho
		mín. 1 min de tempo de presa




Verklaring van de symbolen die worden gebruikt door Dentsply Sirona


	Fabrikant: Geeft de legale fabrikant van het medische apparaat aan [voor een medisch apparaat]. Geeft de producent van het procedurepakket aan [voor een procedurepakket].
 of 	Droog bewaren: Geeft een medisch hulpmiddel aan dat moet worden beschermd tegen vocht.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Grenswaarde voor temperatuur: Geeft de temperatuurgrenswaarde aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. Dit symbool gaat vergezeld van temperatuurwaarden.
	Uit de buurt van zonlicht houden: Geeft een medisch apparaat aan dat moet worden beschermd tegen lichtbronnen. Dit symbool kan ook betekenen "Blijf uit de buurt van hitte".
	Attentie: Geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van de plaats waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie de volledige aandacht van de gebruiker vereist of dat deze actie moet ondernemen om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	CE-markering: Het hulpmiddel is conform de toepasselijke vereisten die staan uiteengezet in deze verordening en andere toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Europese Unie voor de symbolen voor medische hulpmiddelen van klasse I.
	CE-markering met identificatienummer van aangemelde instantie: Het hulpmiddel is conform de toepasselijke vereisten die staan uiteengezet in deze verordening en andere toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Europese Unie voor de symbolen voor medische hulpmiddelen van klasse IIa, IIb, III.










	Niet opnieuw gebruiken: Geeft een medisch apparaat aan dat bedoeld is voor eenmalig gebruik of voor gebruik bij een enkele patiënt tijdens een enkele procedure.
 or 	Houdbaarheidsdatum: Geeft de datum aan waarna het medische apparaat niet meer mag worden gebruikt. Dit symbool gaat vergezeld van een datum om aan te geven dat het medische apparaat niet meer mag worden gebruikt na het einde van het weergegeven jaar, de maand of de dag. De datum wordt uitgedrukt in het formaat JJJJ-MM-DD (of JJJJ-MM).
	Batchcode: Geeft de batchcode van de fabrikant aan. Dit symbool gaat vergezeld van de batchcode van de fabrikant naast het symbool.
	Catalogusnummer: Geeft het catalogusnummer (SKU) van de fabrikant aan. Dit symbool gaat vergezeld van het catalogusnummer van de fabrikant naast het symbool.
	Gemachtigde vertegenwoordiger: Identificeert de gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. "XX" wordt vervangen door EU voor de Europese Gemeenschap, UK voor het Verenigd Koninkrijk of CH voor Zwitserland.
	Alleen op recept te gebruiken: Pas op: volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegd arts worden verkocht.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Raadpleeg de gebruiksinstructies of raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing: Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksinstructies moet raadplegen. Dit symbool kan vergezeld gaan van het adres van de elektronische IFU-website.






	Zie de instructies voor gebruik: Geeft aan dat de gebruiker de instructies voor gebruik moet raadplegen.
	Vervanging van de gebruiksaanwijzing: Vervang uw bestaande gebruiksaanwijzing alstublieft door de meest actuele versie.
	Raadpleeg de instructiehandleiding/het instructieboekje: Geeft aan dat de instructiehandleiding/het instructieboekje moet worden gelezen.
	Status restafval: Producten niet bij het gewone huisafval weggooien.
	Batterij afvoeren: De batterij niet met het huisvuil weggooien. Dit symbool geeft aan dat de batterij apart moet worden ingezameld.
	Algemeen symbool voor terugwinning/recyclebaar: Geeft aan dat het gemarkeerde item of het materiaal van dat item onderdeel is van een terugwinnings- of recyclingproces.
	Algemeen waarschuwingsteken: Geeft een algemene waarschuwing aan.
	Informatie: Geeft aan waar informatie kan worden verkregen.
	Distributeur: Geeft de distributeur van het product aan. Dit symbool moet naast de naam en het adres van de distributeur staan.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importeur: Geeft de entiteit aan die het medische hulpmiddel importeert.



	Geopende verpakkingen worden niet vervangen: Geeft aan dat geopende verpakkingen niet worden vervangen.
	Hanteer voorzichtig, niet mee gooien: Geeft aan dat een medisch instrument kan breken of beschadigd kan raken als het niet voorzichtig gehanteerd wordt, niet meer gooien.
	Breekbaar, voorzichtig behandelen: Geeft een medisch hulpmiddel aan dat kapot of beschadigd kan raken als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.
	Rechtop houden: Geeft aan hoe de verpakking moet worden vervoerd en/of opgeslagen.
	Medisch hulpmiddel: Volgens de Europese richtlijn medische hulpmiddelen (MDR)
	Serienummer: Geeft het serienummer van de fabrikant aan. Dit symbool gaat vergezeld van het serienummer van de fabrikant naast het symbool.
	Hoeveelheid: Geeft het aantal producten aan dat in de verpakking zit.
	Gesteriliseerd door middel van straling: Geeft aan dat het medische apparaat is gesteriliseerd met behulp van straling.
	Radiopaak
	Materiaalsymbool: Identificeert een materiaal of stof in een product of het materiaal waarvan het product is gemaakt. "XXX" wordt vervangen door een materiaallettercode of een woord.





	Zeer ontvlambaar: Medisch hulpmiddel dat licht ontvlambare materialen bevat. De nodige voorzichtigheid is geboden.
	Gezondheidsrisico: Geeft acuut giftige (schadelijke) stoffen aan die irriterend zijn voor huid, ogen of luchtwegen. De stoffen zijn sensibiliserend voor de huid en gevaarlijk voor de ozonlaag.
	Ernstig gevaar voor de gezondheid: Geeft een ernstig risico voor de gezondheid aan.
	Type BF toegepast onderdeel: Geeft een type BF toegepast onderdeel aan dat voldoet aan IEC 60601-1.
	Klasse II-apparatuur: Geeft apparatuur aan die voldoet aan de veiligheidseisen zoals die zijn gespecificeerd voor Klasse II-apparatuur conform IEC 61140.
	Steriliseerbaar tot de aangegeven temperatuur: Geeft aan dat het product kan worden gesteriliseerd tot een maximale temperatuur zoals aangegeven.
	Steriliseerbaar in een stoomsterilisator (autoclaaf) bij de aangegeven temperatuur: Geeft aan dat het product bij de aangegeven temperatuur kan worden gesteriliseerd in een stoomsterilisator (autoclaaf).
	Grenswaarde voor atmosferische druk: Geeft het bereik van atmosferische druk aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. Dit symbool gaat vergezeld van drukwaarden.
	Grenswaarde voor luchtvochtigheid: Geeft het vochtigheidsbereik aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. Dit symbool gaat vergezeld van vochtigheidswaarden.





	Ronddraaiende beweging: Geeft het bedieningselement of de indicator aan voor de rond-draaiende beweging.
	PCT GOST: Geeft aan dat het product voldoet aan de GOST-R-voorschriften. GOST: Gosudarstvenii Standards ofwel de Russische equivalent van ANSI.
	Nanomateriaal: Geeft aan dat het apparaat nanomaterialen bevat.
	CSA-logo: Geeft aan dat het product is getest aan de hand van de toepasselijke Noord-Amerikaanse normen. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-symbool: Geeft aan dat het product voldoet aan de UL-normen (Underwriters Laboratories) voor productveiligheid.
	Voldoet aan Underwriters Laboratories: Geeft aan dat het onderdeel voldoet aan de kwaliteitsnormen van Underwriters Laboratories in de VS en Canada.
	PAP 21 (niet-golfkarton): Gebruik van dit symbool valt onder de wet inzake verpakkingen en definieert het verpakkingsmateriaal. Het helpt de eindgebruiker het materiaal te identificeren en het in de juiste recycling-cyclus te retourneren.
	MET gecertificeerd voor VS en Canada.
	e-markering: Voorverpakte producten die in een EU-land worden verkocht, moeten informatie op de verpakking verschaffen die de nominale hoeveelheid (gewicht of volume) van de inhoud specificeert. Voorbeelden van voorverpakte producten zijn: Cosmetica, reinigingsproducten, dranken, voedsel.




	De breedte van de caviteit (a) mag niet groter zijn dan 2/3 van de intercuspidale afstand (b)		GTH Geïllustreerde technische handleiding
	Roer met de applicator-tip licht door de vloeistof		GA Gebruiksaanwijzing
	5 sec. Verwijderen van het oplosmiddel		i-shade-etiket
	Vermogen polymerisatie-lamp en instructie uithardingsduur		Cloud-kleurtinten
	Vermogen polymerisatielamp		Kleurtintsleutel
	Uithardingsduur		Houder kleurtintsleutel
	Uithardingsduur [s]		Compules® Tips Gun
	Uithardingsduur (s) en maximale laagdikte (mm) van het vulmateriaal voor goede uitharding		Compules® Tip
	Maximale laagdikte (mm) van het vulmateriaal voor goede uitharding		Compula® Tip



	Capsule Extruder 2
	Capsule
	AutoMate® III: Matrixspanner
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Kniptangopvangbakje
	AutoMatrix®: Matrixbanden
	Applicatietip
	Gevlokte applicatietip
	Palodent® V3: Matrix
	Palodent® V3: Universele ring




	Palodent® V3: Wig
	Palodent® V3: Wigbeschermer (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Applicatietang
	Palodent® V3: Speciale pincet
	X-Post®
	Papierpunten
 Length 37 mm	Absorberende wattenrol- len
	Spuut
	Spuut






	Spuit
	Spuit
	Spuit
	Spuit
	Conditioner-spuit
	Mengspuit
	Spuit
	Automix-spuit
	Intraorale tips

	Spuittip
	Applicatiennaald
	Applicatietip
	Applicatornaald voor DeTrey® Conditioner 36
	Canule, met silicone stop
	Intraorale mengtip
	Mengtip
	Canule
	Vingergreep
	Patroon
	Mengtip
	Mengtip
	Intraorale tips
	Harde patroon
	Mengtip

	Bajonetring
	Buis A/Buis B
	Applicatieschaaltje
	CliXdish™
	Mengblok
	Poedermaatschepje
	Maatschep
	Bakje basis/katalysator
	Drielaags fles met klikdop
	Dosisverpakking

	Fles adhesief
	Glazen flesje voor vloeistof
	Glazen flesje voor poeder
	Waterdoseerfles
	1 druppel
	1 maatschepje
	Dosering: maatschepjes : druppels
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Laadstation


	SmartLite® Focus®: Oplaadbare batterij
	SmartLite® Focus®: Lichtschermpjes
	SmartLite®: Beschermhulzen
	SmartLite® Focus®: Netvoedingsstekker en adapters
	Navuldoos


Dosering		Strijk het poeder af zonder druk uit te oefenen
		2 x 25 ml poeder
		34 ml H ₂ O
		Middelgrote lepel
Hantering		Maak het poeder in het bakje los door het bakje minimaal twee keer om te keren terwijl het dichtzit
		Meng max. 30 sec.
		max. 1 min. verwerkingsduur
		min. 1 min. uithardingsduur





Förklaring av de symboler som Dentsply Sirona använder


	Tillverkare: Avser den lagliga tillverkaren av medicintekniska produkter [för en medicinsk apparat]. Avser tillverkaren av procedurpaket [för ett procedurpaket].
 eller 	Förvaras torrt: Indikerar en medicinteknisk produkt som måste skyddas mot fukt.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturgräns: Anger den temperaturgränsen som den medicintekniska produkten säkert kan utsättas för. Denna symbol åtföljs av ett temperaturvärden.
	Håll borta från solljuset: Indikerar en medicinsk apparat som behöver skyddas från solljuset. Denna symbol kan också betyda "Håll borta från värme".
	Varning: Indikerar att försiktighet är nödvändig när man använder enheten eller reglaget nära där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver operatörens medvetenhet eller operatörens åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
	CE-märkning: Produkten uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och annan tillämplig unionslagstiftning om harmonisering för medicintekniska produkter, klass I.
	CE-märkning med det anmälda organets identifikationsnummer: Produkten uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och annan tillämplig unionslagstiftning om harmonisering för medicintekniska produkter, klass IIa, IIb, III.
	Får inte återanvändas: Avser en medicinteknisk produkt som endast är avsedd för en enstaka användning eller för användning på en enda patient under en enstaka procedur.










 eller 	Sista förbrukningsdag: Avser efter vilket datum den medicintekniska produkten inte ska användas. Denna symbol åtföljs av ett datum som anger att den medicinska produkten inte ska användas efter slutet av året, månaden eller dagen som visas. Datumformat: YYYY-MM-DD (eller YYYY-MM).
	Partikod: Avser tillverkarens batchkod. Denna symbol åtföljs av tillverkarens batchkod bredvid symbolen.
	Katalognummer: Avser tillverkarens katalognummer (SKU). Denna symbol åtföljs av tillverkarens katalognummer bredvid symbolen.
	Auktoriserad representant: Identifierar den auktoriserade representanten i Europeiska gemenskapen, Storbritannien eller Schweiz. "XX" ska ersättas med EU för Europeiska gemenskapen, UK för Förenade kungariket eller CH för Schweiz.
	Endast på recept: Varning! Enligt USA:s federala lagar får produkten endast säljas av eller på ordination av legitimerad tandläkare.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen: Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen. Denna symbol kan åtföljas av den webbplats där elektronisk dokumentation kan hämtas.
	Läs användarinstruktionen: Anger att användaren behver läsa användarinstruktionen.
	Byte av bruksanvisningen: Byt ut din nuvarande bruksanvisning mot den senaste versionen.






 eller 	Se användarinstruktionen/broschyren: Anger att användarinstruktionen/ broschyren måste läsas.
	Avfallshanteringsstatus: Kassera inte elektroniska produkter i det vanliga avfallet.
 NiMH	Avfallshantering av batteri: Kasta inte batteriet i kommunalt avfall. Symbolen indikerar att batteriet måste hanteras separat.
	Allmän symbol för att återställa/återvinna: Anger att det markerade föremålet eller dess material ingår i en återställnings- eller återvinningsprocess.
	Allmän varningsskylt: Betecknar en allmän varning.
	Information: Anger var information ska erhållas.
	Distributör: Identifierar produkt Distributören. Denna symbol ska användas intill distributörens namn och adress.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importör: Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten.
	Öppnade förpackningar ersätts inte: Anger att returpolicy inte omfattar öppnade förpackningar.
	Hanteras varsamt, får ej kastas runt: Indikerar att en medicinsk enhet kan gå sönder eller ta skada om den inte hanteras varsamt, den får ej kastas runt.




 eller	Ömtålig, hanteras försiktigt: Indikerar en medicinteknisk produkt som kan gå sönder eller skadas om den inte hanteras försiktigt.
	Håll upprätt: Anger rätt placering av en förpackning under transport och/ eller lagring.
	Medicinteknisk produkt: Enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR)
	Serienummer: Anger tillverkarens serienummer. Denna symbol åtföljs av tillverkarens serienummer bredvid symbolen.
	Antal: Anger antal produkter i förpackningen.
	Steriliseras med strålning: Indikerar en medicinsk apparat som har steriliserats med hjälp av irradiation.
	Röntgentät
	Materialsymbol: Identifierar ett material eller ämne som ingår i en produkt eller det material som produkten är tillverkad av. "XXX" ersätts med materialbokstavs-kod eller ett ord.
	Mycket brandfarligt: Den medicintekniska produkten innehåller material som är mycket brandfarliga. Lämplig försiktighet bör iakttagas.
	Hälsorisk: Indikerar att ämnet är akut giftigt (skadligt) irriterande för hud, ögon eller luftvägar. Kan irritera huden och är farligt för ozonskiktet.






	Allvarlig hälsorisk: Anger en allvarlig hälsorisk.
	Patientansluten del, typ BF: Anger en patientansluten del av typ BF som överensstämmer med IEC 60601-1.
	Klass II-utrustning: Anger att utrustningen uppfyller säkerhetskraven för klass II-utrustning enligt IEC 61140.
	Kan steriliseras upp till den angivna temperaturen: Indikerar att utrustningen kan steriliseras till en maximal temperatur som anges.
	Steriliserbar i ångsterilisator (autoklav) vid angiven temperatur: Anger att instrumentet kan steriliseras i en ångsterilisator (autoklav) vid den angivna temperaturen.
	Atmosfärisk tryckbegränsning: Anger det intervall för atmosfäriskt tryck som den medicintekniska produkten säkert kan utsättas för. Denna symbol åtföljs av ett tryckvärde.
	Fuktighetsbegränsning: Anger det intervall av luftfuktighet som den medicintekniska produkten säkert kan exponeras. Denna symbol åtföljs av ett fuktighetsvärde.
	Rotationsrörelse: Identifierar kontrollen eller indikatorn för rotationsrörelsen.
	PCT Gost: Indikerar att produkten uppfyller GOST-R-förordningarna. Gost: Gosudarstvennyi standarder eller den ryska motsvarigheten till ANSI.




	Nanomaterial: Anger en enhet som innehåller nanomaterial.
	CSA-logotyp: Indikerar att produkten har testats enligt tillämpliga nordamerikanska standardkrav. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-symbol: Indikerar att produkten uppfyller UL (Underwriters Laboratories)-standarderna för produktsäkerhet.
	Uppfyller krav från Underwriters Laboratories: Anger att komponenten har uppfyllt kvalitetsstandarderna från Underwriters Laboratories i USA och Kanada.
	PAP 21 (Kraftigt papp): Användningen av denna symbol omfattas av förpackningslagen och definierar förpackningsmaterialet. Den hjälper användaren att identifiera materialet och återlämna det till korrekt återvinningssykel.
	MET-certifierad för USA och Kanada.
	e-markering: Färdigförpackade (eller förpackade) produkter som säljs i alla EU-länder ska vara försedda med information på förpackningen som specificerar innehålls nominella kvantitet (vikt eller volym). Exempel på färdigförpackade produkter inkluderar: Kosmetika, rengöringsprodukter, drycker, livsmedel.



	Kavitetens bredd (a) måste vara mindre än 2/3 av avståndet mellan kusparna (b)		Illustrerad teknikvägledning
	Rör försiktigt om adhesivet med applikatorspetsen		Bruksanvisning
	5 sek. Avlägsna lösningsmedlet		i-shade-etikett
	Härdningslampans utenergi och anvisningar om härdningstid		Cloud-nyanser
	Härdningslampans utenergi		Nyansväljare
	Härdningstid		Hållare till nyansväljare
	Härdningstid [sek.]		Compules® Tips Gun
	Härdningstid (sek.) och fyllnadsmaterialets maximala tjocklek (mm) för att uppnå ordentlig härdning		Compules® Tip
	Fyllnadsmaterialets maximala tjocklek (mm) för att uppnå ordentlig härdning		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsel
	AutoMate® III: Matrisåtdragare
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Uppsamlingsbricka
	AutoMatrix®: Matrisband
	Applikatorspets Mjuk applikatorspets
	Palodent® V3: Matris
	Palodent® V3: Universalring




	Palodent® V3: Kil
	Palodent® V3: Kilskydd (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Tång
	Palodent® V3: Pincetter
	X-Post®
	Pappersspetsar
 Length 37 mm	Absorberande bomulls- rullar
	Spruta
	Spruta






	Spruta
	Spruta
	Spruta
	Spruta
	Conditionerspruta
	Blandningsspruta
	Spruta
	Automix-spruta
	Intraorala spetsar


	Sprutspets
	Applikatornålar
	Applikatorspets
	Applikatornålar för DeTrey® Conditioner 36
	Kanyl med silikonstopp
	Intraoral blandnings-spets
	Blandningsspets
	Kanyl
	Fingerfäste
	Patron
	Blandningsspets
	Blandningsspets
	Intraorala spetsar
	Hård patron
	Blandningsspets


	Bayonettring
	Tub A/Tub B
	Applikatorkopp
	CliXdish™
	Blandningsplatta
	Pulvermått
	Måttskopa
	Bas/katalysator-låda
	Trelagersflaska med snäpplock
	Endosförpackning



	Adhesivflaska
	Glasflaska för vätska
	Glasflaska för pulver
	Vattenflaska
	1 droppe
	1 skopa
	Dosering: skopor : droppar
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Laddare

	SmartLite® Focus®: Uppladdningsbar batterisats
	SmartLite® Focus®: Ljusskydd
	SmartLite®: Hygienskydd
	SmartLite® Focus®: Elkontakt inkl. adaptrar
	Refill-låda

Dosering		Stryk pulvret jämnt utan att trycka
		2 x 25 ml pulver
		34 ml vatten
		Medium avtrycks-sked
Hantering		Bryt upp pulvret i burken genom att vända förpackningen upp och ned minst två gånger
		Blanda i högst 30 sek.
		Högst 1 min arbetstid
		Minst 1 min stelningstid

	Producent: Angiver den lovlige producent af medicinsk udstyr [for et medicinsk udstyr]. Angiver producenten af procedurepakken [for en procedurepakke].
 eller 	Opbevares tørt: Angiver et medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturgrænse: Angiver temperaturgrænserne, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. Dette symbol er ledsaget af temperaturværdier.
	Må ikke opbevares i direkte sollys: Angiver et medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod lyskilder. Dette symbol kan også betyde "Holdes væk fra varme".
	Forsigtig: Angiver, at der skal udvises forsigtighed, når enheden eller betjeningselementet betjenes tæt på det sted, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver opmærksomhed eller handling fra operatørens side for at undgå uønskede konsekvenser.
	CE-mærkning: Enheden overholder de gældende krav i dette regulativ og anden gældende EU-harmoniseringslovgivning med forskrifter om dens fastgørelse – medicinsk udstyr i klasse I.
	CE-mærkning med identifikationsnummer til anmeldt organ: Enheden overholder de gældende krav i dette regulativ og anden gældende EU-harmoniseringslovgivning med forskrifter om dens fastgørelse – medicinsk udstyr i klasse IIa, IIb, III.
	Må ikke genbruges: Angiver et medicinsk udstyr, der kun er beregnet til engangsbrug eller til brug på en enkelt patient under en enkelt procedure.









 eller 	Sidste anvendelsesdato: Angiver den dato, efter hvilken det medicinske udstyr ikke må anvendes. Dette symbol er ledsaget af en dato, der angiver, at det medicinske udstyr ikke må anvendes efter udgangen af det år, den måned eller den dag, der er angivet. Datoen er i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (eller ÅÅÅÅ-MM).
	Batchkode: Angiver producentens batchkode. Dette symbol ledsages af producentens batchkode ved siden af symbolet.
	Katalognummer: Angiver producentens katalognummer (SKU). Dette symbol ledsages af producentens katalognummer ved siden af symbolet.
	Autoriseret repræsentant: Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab, Storbritannien eller Schweiz. "XX" erstattes af EU for Det Europæiske Fællesskab, UK for Storbritannien og CH for Schweiz.
	Skal ordineres af en læge: Advarsel: Amerikansk lov begrænser denne enhed til kun at måtte sælges af eller på bestilling af en autoriseret praktiserende læge.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Se brugsanvisningen eller se elektronisk brugsanvisning: Angiver behovet for, at brugeren skal konsultere brugsanvisningen. Dette symbol kan ledsages af webadressen til den elektroniske brugsanvisning.
	Se brugsvejledningen: Angiver, at brugeren skal læse brugsvejledningen.
	Udskiftning af brugsanvisningen: Udskift venligst den eksisterende brugsanvisning med den nyeste udgave.






 eller 	Henviser til brugsvejledning/ brochure: Angiver, at brugsvejledningen/ brochuren skal læses.
	Status for bortskaffelse af affald: Bortskaf ikke elektroniske produkter i den almene affaldsproces.
	Bortskaffelse af batteri: Batteriet må ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Symbolet angiver, at separat indsamling af batteri er påkrævet.
	Generelt symbol for genbrug/ genanvendelse: Angiver, at den markerede vare eller dens materialer er en del af en genbrugs- eller genanvendelsesproces.
	Generelle advarselstegn: Tilkendegiver en generel advarsel.
	Information: Angiver, hvor der kan findes information.
	Distributør: Angiver distributøren af et produkt. Dette symbol skal angives sammen med distributørens navn og adresse.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importør: Angiver den virksomhed, der importerer det medicinske udstyr til stedet.
	Åbnede pakninger ombyttes ikke: Angiver, at åbnede pakninger ikke ombyttes som følge af vores.
	Forsigtig! Må ikke kastes! Angiver, at der er tale om et medicinsk apparat, som kan gå i stykker eller blive beskadiget, hvis det ikke behandles forsigtigt. Må ikke kastes!



 eller 	Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt: Angiver et medicinsk udstyr, der kan gå i stykker eller beskadiges, hvis det ikke håndteres forsigtigt.
	Denne side opad: Angiver den korrekte placering af en pakke under transport og/eller opbevaring.
	Medicinsk udstyr: I henhold til EU-forordningerne om medicinsk udstyr (MDR)
	Serienummer: Angiver producentens serienummer. Dette symbol ledsages af producentens serienummer ved siden af symbolet.
	Mængde: Angiver produktmængden i pakken.
	Steriliseret ved hjælp af bestråling: Angiver et medicinsk udstyr, der er blevet steriliseret ved hjælp af bestråling.
	Radiopak
	Materialesymbol: Angiver et materiale eller stof indeholdt i et produkt eller det materiale, som produktet er lavet af. „XXX“ erstattes af en bogstavkode for materialet eller et ord.
	Meget brandfarlig: Det medicinske udstyr indeholder meget brandfarlige materialer. Der skal udvises passende forsigtighed.
	Sundhedsfare: Angiver akut toksisk (skadelig) irritation af øjne, hud eller luftveje. Forårsager allergiske hudreaktioner og er skadelig for ozonlaget.






	Alvorlig sundhedsfare: Angiver en alvorlig sundhedsfare.
	Type BF-anvendt del: Til at identificere en type BF-anvendt del, der overholder IEC 60601-1.
	Klasse II-udstyr: Til at identificere udstyr, der opfylder de sikkerhedskrav, som er specificeret for klasse II-udstyr i henhold til IEC 61140.
	Sterilisering op til den angivne temperatur: Angiver, at udstyret kan steriliseres op til den viste maksimumtemperatur.
	Sterilisering i dampsterilisator (autoklave) ved den angivne temperatur: Angiver, at instrumentet kan steriliseres i en dampsterilisator (autoklave) ved den angivne temperatur.
	Maksimalt atmosfærisk tryk: Angiver det atmosfæriske trykområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. Dette symbol er ledsaget af trykværdier.
	Luftfugtighedsbegrænsning: Angiver grænsen for luftfugtighed, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for. Dette symbol er ledsaget af luftfugtighedsværdier.
	Roterende bevægelse: Angiver knap eller indikator for roterende bevægelse.
	PCT Gost: Angiver, at produktet er i overensstemmelse med GOST-R-reglerne. Gost: Gosudarstvennyi-standarder, den russiske pendant til ANSI.




	Nanomateriale: Angiver udstyr, der indeholder nanomaterialer.
	CSA-logo: Angiver, at produktet er testet mod kravene i gældende nordamerikanske standarder. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-symbol: Angiver, at symbolet overholder UL (Underwriters Laboratories) standarder for produktsikkerhed.
	I overensstemmelse med Underwriters Laboratories: Indikerer, at komponenten opfylder kvalitetsstandarderne, der er fastsat af Underwriters Laboratories i USA og Canada.
	PAP 21 (massiv karton): Brugen af dette symbol er underlagt lovgivningen om emballage og definerer emballagematerialet. Det hjælpe slutbrugeren med at identificere materialet og bortskaffe det korrekt i genanvendelsescyklussen.
	MET-certificeret for USA og Canada.
	e-mærke: Præemballerede (eller præpakede) produkter, der sælges i ethvert EU-land, skal have oplysninger emballagen, der angiver den nominelle kvantitet (vægt eller volumen) af indholdet. Eksempler på præemballerede produkter omfatter: Kosmetik, rengøringsprodukter, drikkevarer, madvarer.






	Kavitetsbredden (a) skal være mindre end 2/3 af det intercuspal mellemrum (b)		Teknisk vejledning med illustrationer
	Omrør adhæsivet let med applikatortippen		Brugsanvisning
	5 sek. Fjern opløsningsmiddel		i-shade-mærkat
	Hærdelampes lyseffekt og anvisninger om hærdetid		Cloud-farver
	Hærdelampes lyseffekt		Farveguide
	Hærdetid		Holder til farveguide
	Hærdetid [s]		Compules® Tips Gun
	Hærdetid (s) og fyldningsmaterialets maksimale lagtykkelse (mm) for korrekt hærdning		Compules® Tip
	Fyldningsmaterialets maksimale lagtykkelse (mm) for korrekt hærdning		Compula® Tip




	Capsule Extruder 2
	Kapsel
	AutoMate® III: Matricetilspændingsen- heden
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Opsamlingsbakke
	AutoMatrix®: Matricebånd
	Applikatortip Børsteapplikatortip
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Universalring






	Palodent® V3: Kile
	Palodent® V3: Kilevagt (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Placeringstang
	Palodent® V3: Pincet
	X-Post®
	Paperpoints
 Length 37 mm	Absorberende vattam- poner
	Sprøjte
	Sprøjte


	Sprøjte
	Sprøjte
	Sprøjte
	Sprøjte
	Conditioner-sprøjte
	Blandesprøjte
	Sprøjte
	Automix-sprøjte
	Intraoral Tip


	Sprøjtespids
	Applikatornål
	Applikatorspids
	Applikatornål til DeTrey® Conditioner 36
	Kanyle, med silikone-stop
	Intraoral blandespids
	Blandespids
	Kanyle
	Fingergreb
	Magasin
	Blandespids
	Blandespids
	Intraoral Tip
	Hårdt magasin
	Blandespids



	Bayonetring		Flaske med adhæsiv
	Tube A/Tube B		Glasflaske til væske
	Applikatorplade		Glasflaske til pulver
	CliXdish™		Vanddispenserflaske
	Blandeblok		1 dråbe
	Pulvermål		1 måleskefuld
	Måleske		Dosering: måleskefulde : dråber
	Boks med base/kataly- sator		SmartLite® Focus®
	Trelagsflaske med flip- top-låg		SmartLite® Focus: Oplader
	Engangsdosis		

	SmartLite® Focus®: Genopladelig batteri- pakke
	SmartLite® Focus®: Beskyttelsesskjolde
	SmartLite®: Afdækningsposer
	SmartLite® Focus®: Strømforsyning inkl. adaptere
	Genopfyldningsboks

Dosering		Stryg overskydende pulver væk uden tryk
		2 x 25 ml pulver
		34 ml H₂O
		Mellemstor ske
Håndtering		Løsn pulver i behol- der ved at vende æsken på hovedet mindst to gange
		Bland i maks. 30 sek.
		maks. 1 min. arbejds- tid
		min. 1 min. afbin- dingstid

	Produsent: Angir juridisk produsent av medisinsk enhet [for en medisinsk enhet]. Angir produsenten av prosedyrepakken [for en prosedyrepakke].
 eller 	Oppbevares tørt: Angir en medisinske enhet som må beskyttes mot fuktighet.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturgrense: Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for. Dette symbolet er ledsaget av temperaturverdier.
	Må holdes unna sollys: Indikerer en medisinsk enhet som trenger beskyttelse mot lyskilder. Dette symbolet kan også bety "Holdes unna varme".
	Forsiktig: Angir at forsiktighet er nødvendig når du bruker enheten eller kontrollerer nær der symbolet er plassert, eller at den nåværende situasjonen trenger operatørens bevissthet eller operatørens handling for å unngå uønskede konsekvenser.
	CE-merke: Enheten er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i denne forordningen og i annen gjeldende harmonisert EU-lovgivning som danner grunnlag for denne merkingen av medisinsk utstyr i klasse I.
	CE-merke med ID-nummer til kontrollorgan: Enheten er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i denne forordningen og i annen gjeldende harmonisert EU-lovgivning som danner grunnlag for denne merkingen av medisinsk utstyr i klasse IIa, IIb, III.
	Ikke gjenbruk: Angir en medisinske enhet som kun er beregnet for éngangsbruk eller for bruk på én enkelt pasient under én enkelt prosedyre.










 eller 	Brukes innen: Enheten må brukes innen den angitte datoen. Dette symbolet er ledsaget av en dato for å indikere at den medisinske enheten ikke skal brukes etter slutten av året, måneden eller dagen som vises. Datoen uttrykkes i formatet AAAA-MM-DD (eller AAAA-MM).
	Partinummer: Angir produsentens partinummer. Dette symbolet er ledsaget av produsentens batchkode ved siden av symbolet.
	Katalognummer: Angir produsentens katalognummer (SKU). Dette symbolet er ledsaget av produsentens katalognummer ved siden av symbolet.
	Autorisert representant: Identifiserer den autoriserte representanten i Det europeiske fellesskap, Storbritannia eller Sveits. "XX" erstattes av EU for Det europeiske fellesskap, UK for Storbritannia eller CH for Sveits.
	Reseptbelagt bruk: Advarsel: I henhold til amerikansk føderal lov skal dette utstyret kun selges av eller på bestilling fra godkjent helsepersonell.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Se i den trykte eller elektroniske bruksanvisningen: Indikerer at brukeren bør konsultere bruksanvisningen. Dette symbolet kan ledsages av net-tadressen til den elektroniske bruksanvisningen.
	Se bruksanvisningen: Angir at brukeren må lese bruksanvisningen.
	Bytte ut bruksanvisningen: Bytt ut nåværende bruksanvisning med den nyeste versjonen.






 eller 	Se brukerveiledning/brosjyre: Viser til at brukerveilederen/brosjyren må leses.
	Status for avfallsbehandling: Ikke kast elektroniske produkter i det vanlige avfallet.
 NiMH	Batteriavhending: Ikke kast batteriet i vanlig husholdningsavfall. Symbolet indikerer at batterier skal samles inn separat.
	Generelt symbol for gjenvinning/resirkulering: Angir at den merkede artikkelen eller materialet i denne inngår i en gjenvinnings- eller resirkuleringsprosess.
	Generelle advarselstegn: Tilkendegiver en generell advarsel.
	Informasjon: Viser hvor informasjon kan innhentes.
	Distributør: Viser distributøren for et produkt. Dette symbolet skal vises ved siden av navnet og adressen til distributøren.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importør: Angir hvilken enhet som importerer det medisinske utstyret.
	Åpnede pakker erstattes ikke: Angir at åpnede pakker, basert på våre retningslinjer for retur, ikke erstattes.
	Behandles med forsiktighet, må ikke kastes: Viser til medisinsk utstyr som kan gå i stykker eller skades hvis det ikke behandles med forsiktighet, må ikke kastes.



 eller 	Skjørt – håndteres forsiktig: Angir en medisinsk enhet som kan bli ødelagt eller skadet hvis det ikke håndteres med forsiktighet.
	Oppbevar vertikalt: Viser riktig plassering av en pakke under transport og/eller oppbevaring.
	Medisinsk utstyr: I henhold til EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDR)
	Serienummer: Angir produsentens serienummer. Dette symbolet er ledsaget av produsentens serienummer ved siden av symbolet.
	Antall: Viser antall produkter inkludert i pakningen.
	Sterilisert ved bruk av bestråling: Angir en medisinsk enhet som er sterilisert ved bruk av bestråling.
	Røntgentett
	Materialsymbol: Identifiserer et materiale eller stoff i et produkt eller materialet som produktet er laget av. "XXX" erstattes med materialkode eller et ord.
	Svært brannfarlig: Det medisinske utstyret inneholder materialer som er svært brannfarlige. Forsiktighet skal utvises.
	Helsefare: Viser akutt toksisk (skadelig) irritasjon for hud, øyne eller luftveiene. Hudsensibiliserer og farlig for osonlaget.






	Alvorlig helsefare: Angir alvorlig helsefare.
	Type BF-del: Angir en type BF-del som er i samsvar med IEC 60601-1.
	Klasse II-utstyr: Angir utstyr som oppfyller sikkerhetskravene spesifisert for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	Kan steriliseres opp til temperaturen som er angitt: Viser at utstyret kan steriliseres til maks. temperatur som angitt.
	Steriliserbar i en dampsterilisator (autoklav) ved angitt temperatur: Angir at instrumentet kan steriliseres i en dampsterilisator (autoklav) ved den angitte temperaturen.
	Atmosfærisk trykkgrense: Angir atmosfærisk trykkområde som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for. Dette symbolet er ledsaget av trykkverdier.
	Luftfuktighetsgrense: Angir luftfuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for. Dette symbolet er ledsaget av luftfuktighetsverdier.
	Roterende bevegelse: Viser kontrollen eller indikatoren for roterende bevegelse.
	PCT Gost: Viser at produktet samsvarer med GOST-R-forskriftene. Gost: Gosudarstvennyj-standarder eller det som tilsvarer ANSI under russiske forhold.




	Nanomateriale: Viser at en enhet inneholder nanomaterialer.
	CSA-logo: Viser at produktet er testet mot gjeldende nordamerikanske standardkrav. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-symbol: Viser at produktet samsvarer med UL (Underwriters Laboratories)-standarder for produktsikkerhet.
	I samsvar med Underwriters Laboratories: Angir at komponenten har oppfylt kvalitetsstandardene fra Underwriters Laboratories i USA og Canada.
	PAP 21 (fast bølgepapp): Bruken av dette symbolet er knyttet til emballeringen og definerer forpakkingsmaterialet. Det hjelper sluttbrukeren å identifisere materialet og returnere det til korrekt resirkulering.
	MET sertifisert for US og Canada.
	e-merke: Forhåndseballerte (eller ferdigpakkede) produkter som selges i EU-land, må ha informasjon på forpakningen som spesifiserer nominell kvantitet (vekt eller volum) av innholdet. Eksempler på ferdigpakkede produkter inkluderer kosmetikk, rengjøringsprodukter, drikkevarer, mat.



	Kavitetens bredde (a) må være mindre enn 2/3 av avstanden mellom tyggeknotene (b)		Illustrert teknisk guide
	Rør adhesivet litt med applikatorspissen		Bruksanvisning
	5 sek Fjern løsemiddelet		i-shade-etikett
	Herdelampens utgangseffekt og instruks om herdetid		Cloud-farger
	Herdelampens utgangseffekt		Fargeskala
	Herdetid		Fargeskalaholder
	Herdetid [s]		Compules® Tips Gun
	Herdetid (s) og maks sjikttykkelse (mm) på fyllingsmaterialet for å gi korrekt herding		Compules® Tip
	Maks sjikttykkelse (mm) på fyllingsmaterialet for å gi korrekt herding		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsel
	AutoMate® III: Oppsamlingsbrett
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix®: Catch-tray
	AutoMatrix®: Matrisebånd
	Applikatorspiss Buntet applikatorspiss
	Palodent® V3: Matrise
	Palodent® V3: Universalring




	Palodent® V3: Kile
	Palodent® V3: Kilebeskyttelse (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Applikasjonstang
	Palodent® V3: Pinsett
	X-Post®
	Papirspisser
 Length 37 mm	Absorberende bomulls- ruller
	Sprøyte
	Sprøyte






	Sprøyte
	Sprøyte
	Sprøyte
	Sprøyte
	Conditioner-sprøyte
	Blandesprøyte
	Sprøyte
	Automix-sprøyte
	Intraorale spisser

	Sprøytespiss
	Applikatorkanyler
	Applicatortips
	Applikatorkanyler for DeTrey® Conditioner 36
	Kanyle, med silikon-propp
	Intraoral blandespiss
	Blandespiss
	Kanyle
	Fingergrep
	Patron
	Blandespiss
	Blandespiss
	Intraorale spisser
	Hard patron
	Blandespiss

	Bayonettring
	Tube A/Tube B
	Applikatorskive
	CliXdish™
	Blandeblokk
	Pulvermål
	Beger
	Boks med base/katalysator
	Trelags flaske med patentlukk
	Enhetsdose

	Flaske med adhesiv
	Glassflaske for væske
	Glassflaske for pulver
	Water dispensing bottle
	1 dråpe
	1 beger
	Dosering: begre : dråper
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Ladebase



	SmartLite® Focus®: Oppladbar batteripakke
	SmartLite® Focus®: Øyevernskjerm
	SmartLite®: Hylser
	SmartLite® Focus®: Strømkontakt inkl. adap- tere
	Refill-boks

Dosering		Nivå pulver uten trykk
		2 x 25 ml pulver
		34 ml H ₂ O
		Medium skinne
Håndtering		Løsne pulveret i begeret ved å snu boksen opp ned minst to ganger
		Bland maks. 30 sek
		maks. 1 min arbeids- tid
		min. 1 min herdetid

Dentsply Sironan käyttämien symbolien merkitykset

	Valmistaja: Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen lainmukaisen valmistajan [lääkinnälliselle laitteelle]. Ilmoittaa toimenpidepakkauksen tuottajan [toimenpidepakkaukselle].
 tai	Säilytä kuivassa: Ilmoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Lämpötilan raja-arvo: Ilmoittaa lämpötilan raja-arvot, joille lääkinnällisen laitteen voi altistaa turvallisesti. Tämän symbolin ohessa ilmoitetaan lämpötila-arvot.
	Säilytä auringonvalolta suojattuna: Ilmoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava valonlähteiltä. Tämä symboli voi tarkoittaa myös „Säilytä lämmöltä suojattuna“.
	Varoitus: Ilmaisee, että varovaisuutta on noudatettava, kun laitetta tai säädintä käytetään symbolin lähellä, tai että tilanne edellyttää käyttäjältä tarkkaavaisuutta tai käyttäjän toimintaa epätoivottujen seurausten välttämiseksi.
	CE-merkintä: Laite on tämän asetuksen ja unionin muun sovellettavan, liittämistä edellyttävän harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen, luokan I lääkinnälliset laitteet.
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero: Laite on tämän asetuksen ja unionin muun sovellettavan, liittämistä edellyttävän harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen, luokan IIa, IIb, III lääkinnälliset laitteet.
	Kertakäyttöinen: Ilmoittaa, että lääkinnällinen laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran tai yhdelle potilaalle yhdessä toimenpiteessä.

 tai 	Viimeinen käyttöpäivä: Ilmoittaa päivän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää. Tämän symbolin ohessa ilmoitetaan päivä, jonka jälkeen (vuosi, kuukausi tai päivä) lääkinnällistä laitetta ei enää saa käyttää. Päivä ilmaistaan muodossa VVVV-KK-PP (tai VVVV-KK).
	Eräkoodi: Ilmoittaa valmistajan eräkoodin. Tämän symbolin ohessa on valmistajan eräkoodi.
	Luettelonumero: Ilmoittaa valmistajan luettelonumeron (SKU eli varastoyksikkö). Tämän symbolin ohessa on valmistajan luettelonumero.
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä: Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä. „XX“-n kohdalla on EU Euroopan yhteisölle, UK Yhdistyneelle kuningaskunnalle tai CH Sveitsille.
	Vain lääkärin määräyksellä: Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Katso käyttöohjeet tai sähköiset käyttöohjeet: Ilmaisee, että käyttäjän on luettava käyttöohjeet. Tämän symbolin ohessa voi olla sähköisten käyttöohjeiden verkko-osoite.
	Katso käyttöohjeet: Ilmaisee, että käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
	Käyttöohjeiden vaihto: Korvaa tämänhetkinen käyttöohje uusimmalla versiolla.






 tai 	Katso käyttöopas/käyttöohje: Ilmaisee, että käyttöopas/käyttöohje on luettava.
	Jätevirtahävittämisen tila: Älä hävitä elektroniikkatuotteita yleisessä jätevirrassa.
	Akun hävittäminen: Älä hävitä akkuayhdyskuntajätteenä. Symboli ilmaisee, että akku on kerättävä erikseen.
	Yleinen keräyksen/kierrätyksen symboli: Ilmaisee, että merkitty tuote tai sen materiaali ovat osa keräys- tai kierrätysprosessia.
	Yleinen varoitusmerkki: Merkitsee yleistä varoitusta.
	Tietoa: Ilmoittaa, mistä voi saada tietoa.
	Jakelija: Ilmoittaa tuotteen jakelijan. Tämän symbolin ohessa on oltava jakelijan nimi ja osoite.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Maahantuoja: Viittaa organisaatioon, joka tuo lääkinnällistä laitetta maahan.
	Avattuja pakkauksia ei vaihdeta: Ilmoittaa, että palautuskäyttöömme perustuen avattuja pakkauksia ei vaihdeta.
	Käsittele varoen, ei saa heittää: Ilmaisee lääkinnällisen laitteen, joka voi rikkoutua tai vaurioitua, jollei sitä käsitellä varoen, ja jota ei saa heittää.




 tai 	Särkyvää, käsittele varoen: Ilmaisee lääkinnällisen laitteen, joka voi rikkoutua tai vaurioitua, ellei sitä käsitellä huolellisesti.
	Tämä puoli ylöspäin: Ilmoittaa pakkauksen oikean asennon kuljetuksen ja/tai varastoinnin aikana.
	Lääkinnällinen laite: eurooppalaisen lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (MDR) mukaisesti.
	Sarjanumero: Valmistajan sarjanumero. Tämän symbolin ohessa on valmistajan sarjanumero.
	Määrä: Ilmaisee pakkauksen sisältämän tuotemäärän.
	Steriloitu säteilyttämällä: Lääkinnällinen laite on steriloitu säteilyttämällä.
	Röntgenpositiivinen
	Materiaalin symboli: Ilmoittaa tuotteen sisältämän materiaalin tai aineen tai materiaali, josta tuote on valmistettu. „XXX“ korvataan materiaalin kirjainkoodilla tai sanalla.
	Helposti syttyvä: Lääkinnällinen laite sisältää helposti syttyviä materiaaleja. Asianmukaista varovaisuutta on noudatettava.
	Terveyshaitta: Ilmoittaa akuutisti myrkyllisen (haitallisen) ihoa, silmiä tai hengitysteitä ärsyttävän aineen. Ihoa pehmentävä ja otsonikerrokselle vaarallinen aine.






	Vakava terveyshaista: Ilmoittaa vakavan terveyshaitan riskin.
	Tyypin BF liityntäosa: Ilmaisee tyypin BF liityntäosan, joka on IEC 60601-1 -standardin vaatimusten mukainen.
	Luokan II laitteisto: Ilmaisee laitteiston, joka täyttää luokan II turvallisuusvaatimukset IEC 61140 -standardin mukaisesti.
	Sterilointi mahdollista määritetyn lämpötilaan saakka: Ilmoittaa, että laitteen voi steriloida määritetyssä enimmäislämpötilassa.
	Sterilointi höyrysterilointilaitteessa (autoklaavissa) mahdollista määritetyssä lämpötilassa: Ilmoittaa, että instrumentin voi steriloida höyrysterilointilaitteessa (autoklaavissa) määritetyssä lämpötilassa.
	Ilmanpaineen raja-arvo: Ilmoittaa ilmanpaineen raja-arvot, joille lääkinnällisen laitteen voi altistaa turvallisesti. Tämän symbolin ohessa ilmoitetaan painearvot.
	Kosteuden raja-arvot: Ilmoittaa kosteuden raja-arvot, joille lääkinnällisen laitteen voi altistaa turvallisesti. Tämän symbolin ohessa ilmoitetaan kosteusarvot.
	Pyörivä liike: Ilmoittaa pyörivän liikkeen hallinnan tai ilmaisimen.
	PCT Gost: Ilmoittaa, että tuote on yhdenmukainen GOST-R-määräysten kanssa. Gost: Gosudarstvennyi-standardit tai ANSI-standardin venäläinen vastine.




	Nanomateriaali: Ilmoittaa, että laite sisältää nanomateriaaleja.
	CSA-logo: Ilmoittaa, että tuote on testattu sovellettavien pohjoisamerikkalaisten standardien vaatimusten mukaan. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-symboli: Ilmoittaa, että tuote on yhdenmukainen tuoteturvallisuutta koskevien UL (Underwriters Laboratories) -standardien kanssa.
	Underwriters Laboratories -yhdenmukainen: Ilmaisee, että osa täyttää Underwriters Laboratories -yhtiön asettamat laatustandardit Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
	PAP 21 (kartonki): Tämän symbolin käyttöön sovelletaan pakkauslakia, ja sillä määritellään pakkausmateriaali. Se auttaa loppukäyttäjää tunnistamaan materiaalin ja palauttamaan sen oikeaan kierrätysjärjestelmään.
	MET-sertifiointi USA:ssa ja Kanadassa.
	e-merkki: Kaikissa EU-maissa myytävien valmiiksi pakattujen (tai esipakattujen) tuotteiden pakkauksessa on oltava tieto pakkauksen sisälön nimellismäärästä (paino tai tilavuus). Esimerkkejä valmiiksi pakatuista tuotteista ovat mm.: kosmetiikka, puhdistustuotteet, juomat, elintarvikkeet.




	Kaviteetin leveyden (a) on oltava vähemmän kuin 2/3 interkuspaalista etäisyydestä (b)		Kuvitettu tekninen ohje
	Sekoita sidosainetta hie- man applikaattorikärjellä		Käyttöohje
	5 s. Poista liuotin		i-shade-merkintä
	Kovetusvaloenergian ulostulo ja kovetusaikaa koskeva ohje		Cloud-sävyt
tai $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ tai $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Kovetusvaloenergian ulostulo		Sävyopas
	Kovetusaika		Sävyopasteline
	Kovetusaika [s]		Compules® Tip Gun
	Täytemateriaalin asian- mukaiseen kovettumi- seen vaadittava kove- tusaika (s) ja kerroksen enimmäispaksuus (mm)		Compules® Tip
	Täytemateriaalin asian- mukaiseen kovettumi- seen vaadittava kerrok- sen enimmäispaksuus (mm)		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapseli
	AutoMate® III: Kiristyslaite
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Keräysalusta
	AutoMatrix®: Matriisinauhat
	Applikaattorikärki Nukkapintainen appli- kaattorikärki
	Palodent® V3: Matriisi
	Palodent® V3: Yleisrengas




	Palodent® V3: Kiila
	Palodent® V3: Kiilasuoja (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Pihdit
	Palodent® V3: Pinsetit
	X-Post®
	Paperinastat
	Imukykyiset vanurullat
	Ruisku
	Ruisku








	Ruisku
	Ruisku
	Ruisku
	Ruisku
	Conditioner-ruisku
	Sekoitusruisku
	Ruisku
	Automix-ruisku
	Suunsisäiset kärjet

	Syringe Tip
	Applikaattorineulat
	Applikaattorikärki
	Applikaattorineulat DeTrey® Conditioner 36 -tuotteelle
	Kanyyli, silikonitulpalla
	Suunsisäinen sekoitus- kärki
	Sekoituskärki
	Kanyyli
	Sormipidike
	Kapseli
	Sekoituskärki
	Sekoituskärki
	Suunsisäiset kärjet
	Kova kapseli
	Sekoituskärki

	Bajonettirengas
	Putkilo A/Putkilo B
	Applikaattorialusta
	CliXdish™
	Sekoitusalususta
	Jauhemitta
	Mittalusikka
	Perusaine/katalyytti-rasia
	Kolmikerroksinen pullo, jossa läppäkorkki
	Yksittäisannospakkaus

	Sidosaine pullo
	Nesteen lasipullo
	Jauheen lasipullo
	Vedenannostelupullo
	1 pisara
	1 mittalusikallinen
	Annostelu: mittalusikalliset : pisarat
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Latausasema



	SmartLite® Focus®: Ladattava akku
	SmartLite® Focus®: Silmäsuojus
	SmartLite®: Suojusten täyttöpakkaus
	SmartLite® Focus®: Latausmuuntaja sis. adapterit
	Täyttöpakkaus




Annostelu		Tasoita jauhe painamatta
		2 x 25 ml jauhetta
		34 ml H₂O
		Materiaalilusikka
Käsittely		Kuohkeuta jauhetta asti- assa kääntämällä rasian ylösalaisin vähintään kaksi kertaa
		Sekoita enintään 30 sekuntia
		Työskentelyaika enin- tään 1 minuutti
		Kovettumisaika vähin- tään 1 minuutti






Objaśnienie symboli używanych przez Dentsply Sirona


	Producent: Wskazuje legalnego producenta wyrobu medycznego [dla wyrobu medycznego]. Wskazuje producenta pakietu zabiegowego [dla pakietu zabiegowego].
 lub 	Chronić przed wilgocią: Wskazuje wyrób medyczny, który należy chronić przed wilgocią.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Dopuszczalna temperatura: Wskazuje wartości graniczne temperatury, na które wyrób medyczny może być bezpiecznie narażony. Obok tego symbolu podane są wartości temperatury.
	Chronić przed nasłonecznieniem: Wskazuje wyrób medyczny, który wymaga ochrony przed źródłami światła. Symbol ten może również oznaczać „Trzymać z dala od źródeł ciepła”.
	Uwaga: Wskazuje, że konieczna jest ostrożność podczas obsługi wyrobu lub sterowania w pobliżu miejsca, w którym umieszczony jest symbol, lub wskazuje, że obecna sytuacja wymaga zachowania przez operatora czujności lub podjęcia działania w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.
	Oznaczenie CE: Wyrób jest zgodny z mającymi zastosowanie wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i innym mającym zastosowanie unijnym prawodawstwie dotyczącym harmonizacji przewidującym jego umieszczenie, wyroby medyczne klasy I.
	Oznaczenie CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej: Wyrób jest zgodny z mającymi zastosowanie wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i innym mającym zastosowanie unijnym prawodawstwie dotyczącym harmonizacji przewidującym jego umieszczenie, wyroby medyczne klasy IIa, IIb, III.










	Nie używać ponownie: Wskazuje wyrób medyczny, który jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku lub do użytku u jednego pacjenta podczas jednego zabiegu.
 lub 	Data ważności: Wskazuje datę, po upływie której wyrób medyczny nie powinien być używany. Obok tego symbolu podana jest data, która wskazuje, że wyrobu medycznego nie należy używać po upływie podanego roku, miesiąca lub dnia. Data jest podana w formacie RRRR-MM-DD (lub RRRR-MM).
	Kod partii: Wskazuje kod partii producenta. Obok tego symbolu podany jest kod partii producenta.
	Numer katalogowy: Wskazuje numer katalogowy producenta (SKU). Obok tego symbolu podany jest numer katalogowy producenta.
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej: Identyfikuje upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii. „XX” zastępuje się EU dla Wspólnoty Europejskiej, UK dla Zjednoczonego Królestwa lub CH dla Szwajcarii.
	Wyłącznie na receptę: Przestroga: prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego wyrobu jedynie licencjonowanym pracownikom opieki zdrowotnej albo na ich zlecenie.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Patrz instrukcja obsługi lub patrz elektroniczna instrukcja obsługi: Wskazuje na konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcją obsługi. Obok tego symbolu może znajdować się adres strony internetowej z elektroniczną instrukcją używania.





	Patrz instrukcja obsługi: Wskazuje na konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcją obsługi.
	Wymiana instrukcji użytkownika: Należy zastąpić istniejącą instrukcję użycia jej najbardziej aktualną wersją.
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi/broszurą: Oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją obsługi/broszurą.
	Status usuwania strumienia odpadów: Nie należy wyrzucać produktów elektronicznych do ogólnego strumienia odpadów.
	Utylizacja baterii: Baterii nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Symbol ten oznacza, że wymagane jest oddzielne gromadzenie baterii.
	Ogólny symbol odzyskiwania/recyklingu: Wskazuje, że oznaczony przedmiot lub materiał został uzyskany częściowo w procesie odzysku lub recyklingu.
	Ogólny znak ostrzegawczy: Do oznaczenia ogólnego ostrzeżenia.
	Informacje: Wskazuje, gdzie można uzyskać informacje.
	Dystrybutor: Identyfikuje dystrybutora produktu. Symbol ten należy umieszczać obok nazwy i adresu dystrybutora.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importer: Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny na rynek lokalny.






	Otwarte opakowania nie podlegają wymianie: Wskazuje, że zgodnie z naszą polityką zwrotów otwarte opakowania nie podlegają wymianie.
	Ostrożnie, nie rzucać: Wskazuje urządzenie medyczne, które może zostać uszkodzone lub zniszczone w przypadku nieostrożnego postępowania i nie należy nim rzucać.
	Delikatny, należy obchodzić się ostrożnie: Wskazuje na wyrób medyczny, który może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nim.
	Trzymać pionowo: Wskazuje prawidłowe ułożenie opakowania podczas transportu i/lub przechowywania.
	Wyrób medyczny: Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o wyrobach medycznych (MDR).
	Numer seryjny: Wskazuje numer seryjny wytwórcy. Obok tego symbolu podany jest numer seryjny producenta.
	Ilość: Wskazuje ilość produktu zawartego w opakowaniu.
	Wysterylizowany promieniowaniem: Wskazuje wyrób medyczny, który został wysterylizowany promieniowaniem.
	Nieprzepuszczający promieniowania RTG
	Symbol materiału: Identyfikuje materiał lub substancję zawartą w produkcie lub materiał, z którego jest wykonany. „XXX” jest zastępowane kodem literowym materiału lub słowem.
	Wysoco łatwopalny: Wyrób medyczny zawiera materiały, które są wysoco łatwopalne. Należy zachować ostrożność.





	Zagrożenie dla zdrowia: Wskazuje ostre toksyczne (szkodliwe) działanie drażniące na skórę, oczy lub drogi oddechowe. Substancja uczulająca skórę i niebezpieczna dla warstwy ozonowej.
	Poważne zagrożenie dla zdrowia: Oznacza poważne zagrożenie dla zdrowia.
	Część aplikacyjna typu BF: Do identyfikacji części aplikacyjnej typu BF zgodnej z normą IEC 60601-1.
	Sprzęt klasy II: W celu identyfikacji sprzętu spełniającego wymagania bezpieczeństwa określone dla urządzeń klasy II zgodnie z normą IEC 61140.
	Możliwość sterylizacji do określonej temperatury: Wskazuje, że sprzęt można sterylizować do maksymalnej wskazanej temperatury.
	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym (autoklawie) w określonej temperaturze: Wskazuje, że instrument można sterylizować w sterylizatorze parowym (autoklawie) w określonej temperaturze.
	Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego: Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na które wyrób medyczny może być bezpiecznie narażony. Obok tego symbolu podane są wartości ciśnienia.
	Ograniczenie wilgotności: Wskazuje zakres wilgotności, na którą wyrób medyczny może być bezpiecznie narażony. Obok tego symbolu podane są wartości wilgotności.
	Ruch obrotowy: Identyfikuje element sterujący lub wskaźnik ruchu obrotowego.







	PCT Gost: Wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami GOST-R. Gost: Z rosyjskiego „Gosudarstwiennyj Standart” (norma państwowa) lub rosyjski odpowiednik ANSI.
	Nanomateriał: Wskazuje wyrób zawierający nanomateriały.
	Logo CSA: Wskazuje, że produkt został przetestowany pod kątem zgodności z obowiązującymi normami północnoamerykańskimi. CSA: Canadian Standard Association (Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne).
	Symbol UL: Wskazuje, że produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa UL (Underwriters Laboratories).
	Zgodność z normami Underwriters Laboratories: Wskazuje, że komponent spełnił normy jakościowe podane przez Underwriters Laboratories w USA i Kanadzie.
	PAP 21 (lita tektura): Stosowanie tego symbolu podlega ustawie o opakowaniach i określa materiał opakowania. Pomaga użytkownikowi końcowemu zidentyfikować materiał i przekazać go do właściwego cyklu recyklingu.
	Certyfikat MET dla USA i Kanady.
	Znak elektroniczny: Produkty wstępnie zapakowane (lub paczkowane) sprzedawane w dowolnym kraju UE (EU) muszą zawierać na opakowaniu informacje określające nominalną ilość (wagę lub objętość) ich zawartości. Przykłady wstępnie zapakowanych produktów to: kosmetyki, środki czystości, napoje, żywność.




	Szerokość ubytku (a) musi być mniejsza niż 2/3 odległości międzyguzkowej (b)		Ilustrowana instrukcja techniczna
	Nieznacznie wymieszać materiał adhezyjny końcówką aplikatora		Instrukcja Instrukcja użycia
	5 s Usunąć rozpuszczalnik		Etykieta i-shade
	Energia wyjściowa lampy polimeryzacyjnej i instrukcja dotycząca czasu utwardzania		Odcienie Cloud
	Energia wyjściowa lampy polimeryzacyjnej		Kolornik
	Czas utwardzania		Uchwyt kolornika
	Czas utwardzania [s]		Compules® Tip Gun
	Czas utwardzania (s) i maksymalna grubość warstwy (mm) materiału do wypełnień, umożliwiające prawidłowe utwardzenie		Compules® Tip
	Maksymalna grubość warstwy (mm) materiału do wypełnień, umożliwiająca prawidłowe utwardzenie		Compula® Tip



	Capsule Extruder 2
	Kapsułka
	AutoMate® III: Instrument zaciskowy
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Pojemnik na obcięte części
	AutoMatrix®: Paski do formówek
	Końcówka aplikatora Flokowana końcówka aplikatora
	Palodent® V3: Matryca
	Palodent® V3: Pierścień uniwersalny




	Palodent® V3: Klin
	Palodent® V3: Ośłona klina (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Kleszcze do zakładania
	Palodent® V3: Pinceta z bolcami
	X-Post®
	Sączi papierowe
	Chłonne waciki
	Strzykawka
	Strzykawka






	Strzykawka
	Strzykawka
	Strzykawka
	Strzykawka
	Strzykawka Conditioner
	Strzykawka mieszająca
	Strzykawka
	Strzykawka Automix
	Końcówki doustne

	Końcówka strzykawki
	Igły aplikatora
	Końcówka aplikatora
	Igły aplikatora do DeTrey® Conditioner 36
	Kaniuła, z silikonowym ogranicznikiem
	Doustna końcówka mieszająca
	Końcówka mieszająca
	Kaniuła
	Uchwyt na palce
	Wkład
	Końcówka mieszająca
	Końcówka mieszająca
	Igły aplikatora
	Twardy wkład
	Końcówka mieszająca


	Pierścień bagnetowy
	Tuba A/Tuba B
	Naczynie aplikacyjne
	CliXdish™
	Podkładka do mieszania
	Miarka proszku
	Łyżeczka
	Pudełko z bazą/katalizatorem
	Butelka trójwarstwowa z zamknięciem uchylnym
	Opakowanie jednodawkowe


	Butelka z materiałem adhezyjnym
	Butelka szklana na płyn
	Butelka szklana na proszek
	Butelka dozująca wodę
	1 kropla
	1 łyżeczka
	Dozowanie: łyżeczki : krople
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Stacja ładująca

	SmartLite® Focus®: Akumulator
	SmartLite® Focus®: Osłony ochronne na oczy
	SmartLite®: Rękawy
	SmartLite® Focus®: Złącze zasilania z adapterami
	Pudełko uzupełniające

Dozowanie		Wyrównać poziom proszku bez dociska- nia
		2 x 25 ml proszku
		34 ml H₂O
		Średnia łyżka
Postępowa- nie		Rozluźnić proszek w słoiku poprzez obrót pudełka co najmniej dwa razy
		Mieszać maks. 30 s
		maks. 1 minuta czasu pracy
		min. 1 minuta czasu wiązania

„Dentsply Sirona“ naudojamų simbolių paaiškinimas

	Gamintojas: Nurodo teisėtą medicinos priemonės gamintoją [medicinos prietaiso]. Nurodo procedūrinio paketo gamintoją [procedūrinio paketo].
 arba 	Laikyti sausi: Nurodo, kad prietaisą būtina saugoti nuo drėgmės.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperatūros riba: Nurodo medicinos prietaisui saugias temperatūros ribas. Prie simbolio nurodomos temperatūros vertės.
	Saugokite nuo saulės spindulių: Nurodo medicinos prietaisą, kurį reikia apsaugoti nuo šviesos šaltinių. Simbolis taip pat reiškia „Laikyti toliau nuo šilumos šaltinių“.
	Atsargiai: Nurodo, kad naudojant arba valdant prietaisą šalia vietos, kur yra simbolis, reikia elgtis atsargiai, arba nurodo, kad esamoje situacijoje valdytojas turi būti sąmoningas arba imtis veiksmų, kad išvengtų nepageidaujamų pasekmių.
	CE žyma: Prietaisas atitinka taikomus reikalavimus, nurodytus šiame Reglamente ir kituose taikomuose Sąjungos darniuosiuose teisės aktuose, numatančiuose jo ženklavinimą, I klasės medicininiai prietaisai.
	CE žymasu notifikuotosios įstai- gos identifikacijos numeriu: Prietaisas atitinka taikomus reikalavimus, nurodytus šiame Reglamente ir kituose taikomuose Sąjungos darniuosiuose teisės aktuose, numatančiuose jo ženklavinimą, IIa, IIb, III klasės medicininiai prietaisai.

	Nenaudoti pakartotinai: Medicinos prietaisas skirtas tik vienkartiniam naudojimui arba vienam pacientui vienos procedūros metu.
 arba 	Tinkamumo naudoti data: Nurodo datą, po kurios medicinos priemonės naudoti nebegalima. Prie šio simbolio pateikiama data (metai, mėnuo ar diena), po kurios medicinos priemonės nederėtų naudoti. Datos formatas: MMMM-MM-DD (arba MMMM-MM).
	Partijos kodas: Nurodo gamintojo partijos kodą. Prie šio simbolio nurodytas numeris yra gamintojo partijos kodas.
	Katalogo numeris: Nurodo gamintojo katalogo numerį (SKU). Prie šio simbolio nurodytas numeris yra gamintojo katalogo numeris.
	Igaliotasis atstovas: Nurodo įgaliotąjį atstavą Europos Bendrijoje, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje. Vietoje „XX“ nurodoma „EU“ Europos Bendrijos atveju, „UK“ Jungtinės Karalystės atveju ar „CH“ Šveicarijos atveju.
	Naudojamas tik su receptu: Atsargiai. Federaliniai įstatymai (JAV) leidžia šį prietaisą parduoti tik licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba jo nurodymu.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Skaityti naudojimo instrukcijas arba elektronines naudojimo instrukcijas: Nurodo naudotojui ieškoti informacijos naudojimo instrukcijoje. Prie simbolio gali būti nurodytas elektroninės naudojimo instrukcijos adresas.
	Skaityti naudojimo instrukcijas: Nurodo, kad naudotojas turi vadovautis naudojimo instrukcijomis.






	Naudojimo instrukcijos pakei- timas: Pakeiskite savo turimas nau- dojimo instrukcijas naujausia jų versija.
arba	Žr. naudojimo vadovą/brošiūrą: Reiškia, kad reikia perskaityti naudojimo vadovą/brošiūrą.
	Atliekųsrauto šalinimo simbo- lis: Neišmeskite elektroninių produktų bendrųjų atliekų sraute.
	Baterijos išmetimas: Neišmeskite baterijos su muni- palinėmis atliekomis. Šis simbolis nurodo, kad reikia baterija surinkti atskirai.
	Bendrasis atgavimo/perdirbimo simbolis: Nurodo, kad pažymėtasproduk- tas ar medžiaga yra atgavimo ar perdirbimo proceso dalis.
	Bendrojo įsp įėjmo ženklas: Reiškia bendrąjį įspėjimą.
	Informacija: Nurodo, kur rasti informaciją.
	Platintojas: Nurodo gaminio platintoją. Šis simbolis bus naudojamas su pla- tintojo pavadinimu ir adresu.
	Importuotojas: Nurodo juridinį asmenį, importuo- jantį medicinos priemonę į vietinę rinką.
Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	
	Atidarytos pakuotės nekeičia- mos: Nurodo, kad pagal grąžinimo politiką atidarytos pakuotės nekei- čiamos.




	Elgtis atsargiai, nemėtyti: Nurodo, kad medicininį prietaisą galima sudaužyti arba pažeisti, jei su juo nesielgiama atsargiai, jo negalima mėtyti.
arba	Trapus, elgtis atsargiai: Nurodo, kad dėl neatsargaus elgesio medicinos priemonė gali sulūžti ar būti pažeista.
	Laikyti stačiai: Nurodo tinkamą pakuotės padėtį transportuojant ir (arba) laikant.
	Medicinos priemonė: pagal Europos Medicinos priemo- nių reglamentą (MDR).
	Serijos numeris: Nurodo gamintojo serijos numerį. Prie šio simbolio nurodytas nume- ris yra gamintojo serijos numeris.
	Kiekis: Nurodo pakuotėje esančią pro- dukto kiekį.
	Sterilizuota naudojant šviti- nimą: Nurodo, kad medicinos prietai- sas buvo sterilizuotas naudojant švitinimą.
	Rentgenokontrastinis
	Medžiagos simbolis: Nurodo medžiagą ar substan- ciją, esančią gaminyje, arba medžiaga, iš kurios gaminyje pagamintas. „XXX“ pakeicia- mas medžiagos raidiniu kodu ar žodžiu.
	Ypač degus: Medicininio prietaiso sudėtyje yra ypač degių medžiagų. Reikia imtis tinkamų atsargumo priemo- nių.






	Pavojus sveikatai: Nurodo ūmų toksišką (kenksmingą) odos, akių arba kvėpavimo takų dirgiklį. Odos jautrinimo medžiaga ir kenksminga ozono sluoksniui.
	Rimtas pavojus sveikatai: Nurodo rimtą pavojų sveikatai.
	BF tipo taikomoji dalis: Nurodo BF tipo taikomąją dalį, atitinkančią IEC 60601-1.
	II klasės įranga: Nurodo įrangą, atitinkančią saugos reikalavimus, nurodytus II klasės įrangai pagal IEC 61140.
	Sterilizuojama iki nurodytos temperatūros: Nurodo, kad įrangą galima sterilizuoti iki maksimalios nurodytos temperatūros.
	Sterilizuojamas gariniame sterilizatoriuje (autoklave) esant nurodytai temperatūrai: Nurodo, kad instrumentą galima sterilizuoti gariniu sterilizavimo įrenginiu (autoklavu) nurodyta temperatūra.
	Atmosferos slėgio riba: Nurodo medicinos priemonei saugų atmosferos slėgio diapazoną. Prie simbolio nurodomos slėgio vertės.
	Drėgmės riba: Nurodo medicinos priemonei saugų drėgmės diapazoną. Prie simbolio nurodomos drėgmės vertės.
	Sukamasis judesys: Nurodo sukamojo judesio valdiklį arba indikatorius.




	Atitiktis „PCT Gost“: Nurodo, kad gaminys atitinka GOST-R reikalavimus. Gost: Valstybiniai Rusijos standartai, atitinkantys ANSI.
	Nanomedžiaga: Nurodo priemonę, kurios sudėtyje yra nanomedžiagų.
	„CSA“ logotipas: Nurodo, kad gaminys išbandytas pagal atitinkamus Šiaurės Amerikos standartų reikalavimus. CSA: Canadian Standard Association (Kanados standartų asociacija).
	„UL“ simbolis: Nurodo, kad gaminys atitinka „UL“ („Underwriters Laboratories“) gaminių saugos standartus.
	„Underwriters Laboratories“ atitiktis: Nurodo, kad komponentas atitinka „Underwriters Laboratories“ kokybės reikalavimus JAV ir Kanadoje.
	„PAP 21“ (Negofruotas kartonas): Šis simbolis naudojamas laikantis pakuočių įstatymo ir nurodo pakuotės medžiagą. Tai padeda galutiniam naudotojui identifikuoti medžiagą ir grąžinti ją į teisingą perdirbimo ciklą.
	„MET“ sertifikatas JAV ir Kanadai.
	e ženklas: Ant fasuotų (arba supakuotų) gaminių, parduodamų bet kurioje ES (EU) šalyje, pakuotės turi būti pateikiama informacija, nurodanti jos turinio vardinį kiekį (svorį arba tūrį). Fasutų gaminių pavyzdžiai būtų kosmetika, švaros prekės, gėrimai, maistas.






	Ertmės plotis (a) turi būti ne didesnis kaip 2/3 atstumo tarp gumburėlių (b)		Iliustruotas metodo vadovas
	Šiek tiek pamaišyti rišiklį aplikatoriaus antgaliu		Naudojimo instrukcija
	5 sekundės Šalinti tirpiklį		„i-shade“ etiketė
	Kietinimo šviesos energijos išvestis ir kietinimo laiko instrukcija		„Cloud“ atspalviai
	Kietinimo šviesos energijos išvestis		Atspalvių vadovas
	Kietinimo laikas		Atspalvių vadovo laikiklis
	Kietinimo laikas [s]		„Compules® Tip Gun“
	Kietinimo laikas (s) ir maksimalus užpildo medžiagos sluoksnio storis (mm) tinkamam kietinimui užtikrinti		„Compules® Tip“
	Maksimalus užpildo medžiagos sluoksnio storis (mm) tinkamam kietinimui užtikrinti		„Compula® Tip“




	„Capsule Extruder 2“
	Kapsulė
	„AutoMate® III“: Priveržimo įtaisas
	„AutoMatrix®“: „Snippers+“
	„AutoMatrix®“: Surinkimo dėklas
	„AutoMatrix®“: Matricos juostelės
	Aplikatoriaus antgalis
	Minkštas aplikatoriaus antgalis
	„Palodent® V3“: Matrica
	„Palodent® V3“: Universalus žiedas







	„Palodent® V3“: Pleištas
	„Palodent® V3“: Pleišto apsaugas (WedgeGuard)
	„Palodent® V3“: Dėjimo žnyplės
	„Palodent® V3“: Kaištinis Pincetas
	„X-Post®“
	Popieriniai kaiščiai
	Sugeriantys vatos riti- nėliai
	Švirkštas
	Švirkštas



	Švirkštas
	Švirkštas
	Švirkštas
	Švirkštas
	„Conditioner“ švirkštas
	Maišymo švirkštas
	Švirkštas
	„Automix“ švirkštas
	Intraoraliniai atgaliai

	Švirkšto antgalis
	Aplikatoriaus adatos
	Aplikatoriaus antgalis
	„DeTrey® Conditioner 36“ aplikatoriaus adatos
	Kaniulė, su silikoniniu stabdikliu
	Intraoralinis maišymo antgalis
	Maišymo antgalis
	Kaniulė
	Suėmimo įtaisas
	Kasetė
	Maišymo antgalis
	Maišymo antgalis
	Intraoraliniai atgaliai
	Standi kasetė
	Maišymo antgalis


	Kaištinis žiedas		Rišklio buteliukas
	A tūbelė/B tūbelė		Stiklinis skysčio buteliukas
	Aplikatoriaus indas		Stiklinis miltelių buteliukas
	„CliXdish™“		Vandens dozavimo buteliukas
	Maišymo padėkliukas		1 lašas
	Miltelių matas		1 porcija
	Dozavimo šaukštas (porcija)		Dozavimas: porcijos : lašai
	Bazės/katalizatoriaus dėžutė		Trijų sluoksnių buteliukas su atlenkiamuoju dangteliu
	Vienkartinė porcija		„SmartLite® Focus“
			„SmartLite® Focus“: įkroviklis

	„SmartLite® Focus“: Įkraunamų baterijų paketas
	„SmartLite® Focus“: Akių apsaugos skydeliai
	„SmartLite“: Užmovos
	„SmartLite® Focus“: Maitinimo jungtis su adapteriais
	Papildymo dėžutė

Dozavimas		Nubraukti miltelius nespaudžiant
		2 x 25 ml miltelių
		34 ml H ₂ O
		Vidutinis šaukštas
Veiksmai		Supurenti miltelius inde, ne mažiau kaip du kartus apverčiant dėžutę
		Maišyti ne ilgiau kaip 30 sekundžių
		Darbo laikas ne ilgiau kaip 1 minutė
		Kietėjimo laikas ne trumpiau kaip 1 minutė

	Ražotājs: Norāda medicīniskas ierīces juridisko ražotāju [medicīniskai ierīcei]. Norāda procedūru paketes ražotāju [procedūru paketei].
	Glabāt sausā vietā: Norāda uz medicīnisku ierīci, kas jāsargā no mitruma.
	Temperatūras ierobežojums: Norāda temperatūras ierobežojumus, kuriem var droši pakļaut medicīniskas ierīces. Šim simbolam ir pievienotas temperatūras vērtības.
	Sargāt no saules staru iedarbības: Norāda, ka medicīniskā ierīce jāsargā no gaismas avotiem. Šis simbols var nozīmēt arī "Sargāt no karstuma".
	Piesardzība: Izmanto, lai norādītu, ka, darbinot ierīci vai vadības pultī tās vietas tuvumā, kur ir izvietots šis simbols, jāievēro piesardzība, vai lai norādītu, ka konkrētajai situācijai ir nepieciešama lietotāja uzmanība vai rīcība, lai novērstu nevēlamas sekas.
	CE markējums: Ierīce atbilst piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un citos piemērojamajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos, kuri nosaka šā marķējuma izmantošanu, I klases medicīniskās ierīces.
	CE markējums ar pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru: Ierīce atbilst piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un citos piemērojamajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos, kuri nosaka šā marķējuma izmantošanu, II, Ila, IIb, III klases medicīniskās ierīces.










	Nelietot atkārtoti: Norāda uz medicīniskas ierīci, kas paredzēta tikai vienreizējai lietošanai vai izmantošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā.
	Derīguma termiņš: Norāda datumu, pēc kura medicīniskas ierīces nedrīkst lietot. Šim simbolam ir pievienots datums, kas norāda, ka medicīniskas ierīces nedrīkst lietot pēc norādītā gada, mēneša vai dienas beigām. Datums ir norādīts GGGG-MM-DD (vai GGGG-MM) formātā.
	Partijas kods: Apzīmē ražotāja partijas kodu. Šo simbolu ir papildina ražotāja partijas kods, kas atrodas blakus simbolam.
	Kataloga numurs: Apzīmē ražotāja kataloga numuru (SKU). Šim simbolam ir pievienots ražotāja kataloga numurs, kas atrodas blakus simbolam.
	Pilnvarotais pārstāvis: Norāda pilnvaroto pārstāvi Eiropas Kopienā, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē. "XX" aizstāj ar EU – Eiropas Kopiena, UK – Apvienotā Karaliste vai CH – Šveice.
	Lietošana tikai ar recepti: Uzmanību! Saskaņā ar federālajiem (ASV) tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai licencēta ārstniecības persona vai pēc šādas ārstniecības personas pasūtījuma.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju vai elektronisko lietošanas instrukciju: Norāda, ka lietotājam jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Šo simbolu var papildināt elektroniskās IFU tīmekļa vietnes adrese.
	Iepazīties ar lietošanas instrukcijām: Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar lietošanas instrukcijām.





	Lietošanas instrukcijas nomainīta: Lūdzu, aizstājiet savu pašreizējo lietošanas instrukciju ar jaunāko versiju.
 vai 	Skatīt instrukciju rokasgrāmatu/bukletu: Izmanto, lai norādītu, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar instrukciju rokasgrāmatu/bukletu.
	Atkritumu plūsmas likvidēšanas statuss: Neizmest elektroniskos izstrādājumus vispārējā atkritumu plūsmā.
 NIMH	Akumulatora utilizācija: Akumulatoru neizmest sadzīves atkritumos. Simbols norāda to, jānodrošina akumulatoru atsevišķa savākšana.
	Vispārējs reģenerācijas/pārstrādes simbols: Izmanto, lai norādītu, ka marķētais priekšmets vai tā materiāls ir daļa no reģenerācijas vai pārstrādes procesa.
	Vispārīga brīdinājuma zīme: Apzīmē vispārīgu brīdinājumu.
	Informācija: Norāda, kur var iegūt informāciju.
	Izplatītājs: Norāda izstrādājuma izplatītāju. Šo simbolu izmanto blakus izplatītāja nosaukumam un adresei.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importētājs: Norāda organizāciju, kas importē medicīnisko ierīci vietējā tirgū.
	Atvērti iepakojumi netiek nomainīti: Norāda, ka atvērtas pakotnes netiek nomainītas.



	Rīkoties uzmanīgi, nemest: Norāda, ka medicīniskā ierīce var salūzt vai tikt bojāta neuzmanīgas apiešanās gadījumā, nedrīkst mest.
 vai	Trausls, apieties uzmanīgi: Norāda, ka medicīniskā ierīce var salūzt vai tikt bojāta neuzmanīgas apiešanās gadījumā.
	Turēt vertikāli: Norāda pareizu pakotnes novietojumu transportēšanas un/vai uzglabāšanas laikā.
	Medicīnisko ierīču: Eiropas direktīvā (MDR) noteiktajam atbilstoša medicīniska ierīce.
	Sērijas numurs: Apzīmē ražotāja sērijas numuru. Šim simbolam ir pievienots ražotāja sērijas numurs, kas atrodas blakus simbolam.
	Daudzums: Norāda iepakojumā iekļauto izstrādājumu daudzumu.
	Sterilizēts, izmantojot apstarošanu: Apzīmē medicīnisko ierīci, kas sterilizēta, izmantojot apstarošanu.
	Rentgenstaru necaurlaidīgs
	Materiāla simbols: Identificē materiālu vai vielu, kas atrodas produktā, vai materiālu, no kura produkts ir izgatavots. "XXX" aizstāj ar materiāla burtu kodu vai vārdu.
	Viegli uzliesmojošs: Medicīniskā ierīce satur viegli uzliesmojošus materiālus. Nepieciešama atbilstoša piesardzība.





	Veselības apdraudējums: Norāda uz akūti toksisku (kaitīgu) ādas, acu vai elpceļu kairinājumu. Ādas kairinātājs un bīstams ozona slānim.
	Nopietns apdraudējums veselībai: Norāda uz nopietnu veselības apdraudējuma risku.
	BF tipa saskares daļa: Izmanto, lai norādītu BF tipa saskares daļu, kas atbilst IEC 60601-1.
	II klases aprīkojums: Izmanto, lai norādītu aprīkojumu, kas atbilst drošības prasībām, kuras saskaņā ar IEC 61140 noteiktas II klases aprīkojumam.
	Sterilizējams līdz norādītajai temperatūrai: Norāda, ka aprīkojumu var sterilizēt līdz maksimālai temperatūrai, kā norādīts.
	Sterilizējams ar tvaiku (autoklāvā) norādītajā temperatūrā: Norāda, ka instruments ir sterilizējams tvaika sterilizatorā (autoklāvā).
	Atmosfēras spiediena ierobežojums: Norāda atmosfēras spiediena amplitūdu, kurai var droši pakļaut medicīnas ierīci. Šim simbolam ir pievienotas spiediena vērtības.
	Mitruma ierobežojums: Norāda mitruma amplitūdu, kurai var droši pakļaut medicīnas ierīci. Šim simbolam ir pievienotas mitruma vērtības.
	Rotācijas kustība: Norāda uz vadības ierīci vai rotācijas kustības indikatoru.






	PCT Gost: Norāda, ka izstrādājums atbilst GOST-R noteikumiem. Gost: Valsts standarti jeb Krievijas ekvivalents ANSI.
	Nanomateriāls: Norāda ierīci, kas satur nanomateriālus.
	CSA logotips: Norāda, ka izstrādājums ir testēts saskaņā ar spēkā esošajām Ziemeļamerikas standartu prasībām. CSA: Canadian Standard Association (Kanādas Standartu asociācija).
	UL simbols: Norāda, ka izstrādājums atbilst UL (Underwriters Laboratories) standartiem attiecībā uz izstrādājuma drošību.
	Atbilst Underwriters Laboratories: Norāda, ka komponents atbilst Underwriters Laboratories noteiktajiem kvalitātes standartiem ASV un Kanādā.
	PAP 21 (stingrs kartons): Šī simbola lietošana ir pakļauta iepakojuma likumam un nosaka iepakojuma materiālu. Tas palīdz gala lietotājam identificēt materiālu un atgriezt to pareizajā pārstrādes ciklā.
	MET sertificēts ASV un Kanādai.
	e-marķējums: Jebkurā ES (EU) valstī pārdotajiem fasētajiem (vai iepriekš iepakotajiem) izstrādājumiem uz iepakojuma ir jābūt informācijai, kurā norādīts to satura nominālais daudzums (svars vai tilpums). Fasētu izstrādājumu piemēri ir: kosmētika, tīrīšanas līdzekļi, dzērieni, pārtika.





	Kavitātes platumam (a) ir jābūt mazākam par 2/3 starppauguru attāluma (b)		ITR Ilustrēta tehniskā karte
	Ar aplikatora uzgali viegli samaisīt adhezīvu		LI Lietošanas instrukcijas
	5 sek. Noņemt šķīdinātāju		i-shade etiķete
	Polimerizācijas lampas jauda un instrukcija par cietēšanas laiku		Cloud toņi
	Polimerizācijas lampas jauda		Toņu karte
	Cietēšanas laiks		Toņu kartes turētājs
	Cietēšanas laiks [sek.]		Compules® Tips Gun
	Cietēšanas laiks (sek.) un plombas materiāla maksimālais slāņa biezums (mm), kas nodrošina pareizu cietēšanu		Compules® Tip
	Plombas materiāla maksimālais slāņa biezums (mm), kas nodrošina pareizu cietēšanu		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Pievilkšanas ierīce
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Uztveršanas paliktnis
	AutoMatrix®: Matricas lentes
	Aplikatora uzgalis Plūksnains aplikatora uzgalis
	Palodent® V3: Matrica
	Palodent® V3: Universālais gredzens




	Palodent® V3: Ķīlis
	Palodent® V3: Ķīlsargs (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Knaibles
	Palodent® V3: Fiksējošā pincete
	X-Post®
	Papīra smailes
 Length 37 mm	Absorbējoši kokvilnas tamponi
	Šīrce
	Šīrce






	Šļirce
	Šļirce
	Šļirce
	Šļirce
	Conditioner šļirce
	Sajaukšanas šļirce
	Šļirce
	Automix šļirce
	Intraorālie uzgaļi

	Šļirces uzgalis
	Aplikatora adatas
	Aplikatora uzgalis
	Aplikatora adatas DeTrey® Conditioner 36
	Kanula ar silikona aizbāzni
	Intraorālas sajaukšanas uzgalis
	Sajaukšanas uzgalis
	Kanula
	Pirkstu satvērējs
	Kasetne
	Sajaukšanas uzgalis
	Sajaukšanas uzgalis
	Intraorālie uzgaļi
	Cieta kasetne
	Sajaukšanas uzgalis



	Bayonetes gredzens
	A caurule/B caurule
	Aplikatora trauks
	CliXdish™
	Sajaukšanas paliktnis
	Pulvera mērs
	Kausiņš
	Bāzes/katalizatora kaste
	Trīsslāņu pudele ar atvāzamu vāciņu
	Vienas vienības doza


	Adhezīva pudele
	Stikla pudele šķidrumam
	Stikla pudele pulverim
	Ūdens dispensijas pudele
	1 pilienš
	1 kausiņš
	Dozēšana: kausiņi : pilieni
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Uzlādes dokstacija



	SmartLite® Focus®: Atkārtoti uzlādējams akumulatora bloks
	SmartLite® Focus®: Acu aizsargi
	SmartLite®: Aizsarguzmavas
	SmartLite® Focus®: Barošanas savienotājs ar adapteriem
	Uzpildes kaste

Dozēšana		Pulveri izlīdzināt, neizmantojot spiedienu
		2 x 25 ml pulveris
		34 ml H ₂ O
		Vidējais paliktnis
Apstrāde		Izkustināt kastē esošo pulveri, to vismaz divas reizes apvēršot
		Maisīt ne ilgāk kā 30 sek.
		maks. darbības laiks 1 min.
		min. žūšanas laiks ir 1 min.





Dentsply Sirona poolt kasutatavate sümbolite selgitused


	Tootja: Tähistab meditsiiniseadme seas- duslikku tootjat (meditsiiniseadme puhul). Tähistab protseduuripaketi tootjat [protseduuripaketi puhul].
 või 	Hoida kuivas: Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleb kaitsta niiskuse eest.
	Temperatuuri piirang: Tähistab temperatuuri piire mediti- siiniseadme ohutuks kasutamiseks. Sümboli juures on tempera- tuuride väärtused.
	Kaitsta päikesevalguse eest: Tähistab meditsiiniseadet, mis vajab kaitset valgusallikate eest. Selle sümboli tähendus võib olla ka "Kaitsta kuumuse eest".
	Ettevaatust: Viitab sellele, et seadme või juhtseadise käitamisel tuleb olla ettevaatlik kohas, kuhu sümbol on paigutatud, või viitab see sellele, et asjakohane olukord nõuab operaatori tähelepanu või tege- vust selleks, et vältida soovima- tuid tagajärgi.
	CE-märgis: Seade vastab selles regulat- sioonis ja teistes rakenduvates ühingu ühtlustusseadusandluses toodud rakenduvatele nõuetele eeldusel, et see on kinnitatud I klassi meditsiiniseadmetele.
	CE-märgis koos teavitatud asu- tuse identifitseerimisnumbriga: Seade vastab selles regulatsioo- nis ja teistes rakenduvates ühingu ühtlustusseadusandluses toodud rakenduvatele nõuetele eeldusel, et see on kinnitatud IIa, IIb, III klassi meditsiiniseadmetele.
	Mitte korduvkasutada: Tähistab meditsiiniseadet, mis on ettenähtud ainult ühekordseks kasutamiseks või kasutamiseks ühel patsiendil ühe protseduuri ajal.










 või 	"Kõlblik kuni" kuupäev: Tähistab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada. Selle sümboli juures on kuupäev, mis näitab, et meditsiiniseadet ei tohi pärast vastavat aastat, kuud või päeva kasutada. Kuupäev on vormingus AAAA-KK-PP (või AAAA-KK).
	Partii kood: Tähistab tootja partii koodi. Selle sümboli kõrval on tootja partii kood.
	Kataloogi number: Tähistab tootja katalooginumbrit (SKU). Selle sümboli kõrval on tootja katalooginumber.
	Volitatud esindaja: Tähistab volitatud esindajat Euroopa Ühenduses, Ühend- kuningriigis või Šveitsis. "XX" asendatakse Euroopa Ühenduse puhul tähisega EU, Ühendkuning- riigi puhul UK või Šveitsi puhul CH.
	Kasutamine ainult retsepti alusel: Ettevaatust! Föderaalseadus (USA) lubab seadet müüa või tellida ainult litsentseeritud tervis- hoitöötajatele.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Tutvuge kasutusjuhendite või elektrooniliste kasutusjuhen- ditega: Tähistab kasutaja vajadust tut- vuda kasutusjuhendiga. Sümboli juures võib olla elektroonilise kasutusjuhendi veebisaidi aad- ress.
	Lugege kasutusjuhiseid: Viitab sellele, et kasutaja peab kasutusjuhiseid lugema.
	Kasutusjuhendi asendamine: Palun asendage olemasolev kasutusjuhend kõige uuema versiooniga.






 või 	Vaadake kasutusjuhendit/brošüüri: Viitab sellele, et lugeda tuleb kasutusjuhendit/brošüüri.
	Jäätmete kõrvaldusolek: Ärge visake elektroonikatooteid olmejäätmete sekka.
	Aku utiliseerimine: Ärge visake akut olmeprügisse. Sümbol viitab sellele, et akud tuleb eraldi kokku koguda.
	Üldine sümbol taaskasutatavuse kohta: Viitab sellele, et markeeritud seade või selle materjalid on osa taaskasutusprotsessist.
	Üldine hoiatusmärk: Viitab üldisele hoiatusele.
	Teave: Tähistab teabe hankimise kohta.
	Edasimüüja: Tähistab toote edasimüüjat. Seda sümbolit kasutatakse edasimüüja nime ja aadressi juures.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importija: Näitab meditsiiniseadet importivat juriidilist isikut.
	Avatud pakendeid ei asendata: Tähistab tagastuspõhimõtet, mille kohaselt avatud pakendeid ei asendata.
	Käsitseta ettevaatlikult, mitte lasta maha kukkuda: Meditsiiniseade, mis võib puruneda või kahjustuda, kui seda ei käsitseta ettevaatlikult; loopimine keelatud.



 või 	Habras, käsitseda ettevaatlikult: Meditsiiniseade, mis võib puruneda või kahjustuda, kui seda ei käsitseta hoolikalt.
	Hoida püsti: Tähistab pakendi õiget asendit transportimise ja/või ladustamise ajal.
	Meditsiiniseadmete: Vastavalt Euroopa regulatsiooni kohane meditsiiniseadmete (MDR).
	Seerianumber: Tähistab tootja seerianumbrit. Selle sümboli kõrval on tootja seerianumber.
	Kogus: Viitab pakendis oleva toote kogusele.
	Steriliseeritud kiiritusega: Tähistab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud kiiritusega.
	Kiirgust mitteläbilaskev
	Materjali sümbol: Identifitseerib tootes sisalduva materjali või ainet või materjali, millest toode on valmistatud. "XXX" asendatakse materjali tähekooriga või sõnaga.
	Äärmiselt tuleohtlik: Meditsiiniseade sisaldab materjale, mis on väga tuleohtlikud. Rakendada tuleb asjakohaseid ettevaatusmeetmeid.
	Oht tervisele: Tähistab ägedat toksilist (kahjulikku) mõju nahale, silmadele või hingamisteedele. Naha sensibiilsaator ja ohtlik osoonikihile.





	Tõsine oht tervisele: Tähistab tõsist ohtu tervisele.
	BF-tüüpi rakendusosa: Tuvastab BF-tüüpi rakendusosa, mis vastab standardile IEC 60601-1.
	II klassi seade: Tuvastamaks seadet, mis vastab II klassi kohta standardis IEC 61140 määratud nõuetele.
	Steriliseeritav kuni määratud temperatuurini: Tähistab, et seadet saab steriliseerida kuni näidatud maksimumtemperatuurini.
	Steriliseeritav aurusterilisaa- toriga (autoklaav) määratud temperatuuril: Tähistab, et instrument on steriliseeritav aurusterilisaa- toriga (autoklaaviga) määratud temperatuuril.
 XXXX hPa	Õhurõhu piirang: Tähistab õhurõhu vahemikku meditsiiniseadme ohutuks kasutamiseks. Sümboli juures on rõhkude väärtused.
 XX% XX%	Niiskuse piirang: Tähistab niiskuse vahemikku meditsiiniseadme ohutuks kasutamiseks. Sümboli juures on niiskuse väärtused.
	Pöördliikumine: Tähistab pöördliikumise juhtseadist või näidikut.
 või	PCT Gost: Tähistab toote vastavust standardi GOST-R nõuetele. Gost: riiklik standard, ANSI ekvivalent Venemaal.






	Nanomaterjal: Tähistab seadet, mis sisaldab nanomaterjale.
	CSA logo: Tähistab, et toodet on testitud Põhja-Ameerika kohaldatavate standardite nõuetele vastavuse suhtes. CSA: Canadian Standard Association.
	UL-i tähis: Tähistab toote vastavust UL-i (Underwriters Laboratories) tooteohutusstandarditele.
	Vastab labori Underwriters Laboratories nõuetele: Näitab, et komponent vastab USA ja Kanada Underwriters Laboratories'i kvaliteedistandarditele.
	PAP 21 (täispapp): Selle sümboli kasutamise suhtes kohaldatakse pakendiseadust ja see määratleb pakendimaterjali. See aitab lõppkasutajal määratleda materjali ja suunata see õigesse ringlussevõttsükklisse.
	MET on sertifitseeritud USAs ja Kanadas.
	e-märk: Mis tahes ELi (EU) liikmesriigis müüdavate eelpakendatud (või müügipakendis) toodete pakendil peab olema teave nende sisu nimikoguse (kaalu või mahu) kohta. Eelpakendatud toodete näited on: kosmeetikatooted, puhastusvahendid, joogid, toiduained.




	Kaviteedi laius (a) peab olema vähem kui 2/3 kõbrukestevahelisest kaugusest (b)		Tehnika illustreeritud suunis
	Liigutage adhesiivi kergetl aplikaatorotsa abil.		Kasutusjuhend
	5 s. Eemaldage lahusti.		i-shade'i silt
	Kõvastusvalguse energiväljund ja juhised kõvastusaja kohta		Cloud-toonid
 $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ või  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Kõvastusvalguse energiväljund	 1 x	Toonisuunis
 või 	Kõvastusaeg	 2 x	Toonisuunise hoidik
	Kõvastusaeg [s]		Compules® Tip Gun
	Kõvastusaeg (s) ja täitematerjali maksimaalne kihipaksus (mm), millega on võimalik tagada korralik kõvastumine		Compules® Tip
 või 	Täitematerjali maksimaalne kihipaksus (mm), millega on võimalik tagada korralik kõvastumine		Compula® Tip



	Capsule Extruder 2
	Kapsel
	AutoMate® III: Pingutusseade
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Kogumisalus
	AutoMatrix®: Maatrikslindid
	Aplikaatorots Vatiga kaetud aplikaatorots
	Palodent® V3: Maatriks
	Palodent® V3: Universaalne sõrmus




	Palodent® V3: Kiil
	Palodent® V3: Kiilukaitse (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Paigutustangid
	Palodent® V3: Pintsetid
	X-Post®
	Pabertihvtid
 Length 37 mm	Absorbeerivad vatrullid
	Süstal
	Süstal






	Süstal
	Süstal
	Süstal
	Süstal
	Conditioneri süstal
	Segamissüstal
	Süstal
	Automixi süstal
	Otsad suuõõnes kasuta- miseks

	Süstlaots
	Aplikaatornõelad
	Aplikaatorots
	DeTrey® Conditioner 36 aplikaatornõelad
	Silikoonestopperiga kanüül
	Suusisese segamise otsak
	Segamisotsak
	Kanüül
	Sõrmhaarats
	Kassett
	Segamisotsak
	Segamisotsak
	Otsad suuõõnes kasuta- miseks
	Kõva kassett
	Segamisotsak

	Bajonettrõngas
	Toru A/Toru B
	Aplikaatori ketas
	CliXdish™
	Segamispadi
	Pulbri mõõdik
	Mõõtelusikas
	Aluse/katalüsaatori karp
	Kolmekihiline pudel klõpsuga eemaldatava korgiga
	Üks ühikannus

	Adhesiivi pudel
	Klaaspudel vedelikule
	Klaaspudel pulbrile
	Veepudel
	1 tilk
	1 mõõtelusikatäis
	Annustamine: mõõtelusikatäit : tilka
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Laadimisalus

	SmartLite® Focus®: Laetav akupakett
	SmartLite® Focus®: Silmakaitse
	SmartLite®: Kaitsekatete täitepakk
	SmartLite® Focus®: Toitepistik kaasas. adapterid
	Täitekarp


Annustamine		Tasandage pulber survet kasutamata
		2 x 25 ml pulbrit
		34 ml H₂O
		Keskmine jäljendi-alus
Käsitsemine		Loksutage tuubis olev pulber ühtlaseks, keerates karpi vähemalt kaks korda ümber.
		Segage maksimaalselt 30 s.
		Tööaeg maksimaalselt 1 minut.
		Kõvastumisaeg minimaalselt 1 minut.





Vysvětlení symbolů používaných společnostmi Dentsply Sirona


	Výrobce: Označuje zákonného výrobce zdravotnického prostředku [pro zdravotnický prostředek]. Označuje výrobce soupravy zdravotnických prostředků [pro soupravu zdravotnických prostředků].
 nebo 	Uchovávejte v suchu: Označuje zdravotnický prostředek, který je třeba chránit před vlhkostí.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Teplotní limit: Označuje teplotní limity, jimž je možné zdravotnický prostředek bezpečně vystavit. Tento symbol je doplněn hodnotami teplot.
	Chraňte před slunečním zářením: Označuje zdravotnický prostředek, který vyžaduje ochranu před zdroji světla. Tento symbol může rovněž znamenat "Chraňte před teplem".
	Upozornění: Označuje, že při provozování prostředku je nezbytná opatrnost nebo že je třeba dávat pozor poblíž místa, kde je symbol umístěn nebo že aktuální situace vyžaduje, aby obsluha byla bdělá nebo jednala konkrétním způsobem, aby nedošlo k nežádoucím důsledkům.
	Označení CE: Zařízení je v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v tomto nařízení nebo v jiných harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho připojování, zdravotnické prostředky třídy I.
	Označení CE s identifikačním číslem oznámeného subjektu: Zařízení je v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v tomto nařízení nebo v jiných harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho připojování, zdravotnické prostředky třídy IIa, IIb, III.










	Nepoužívejte opakovaně: Označuje zdravotnický prostředek, který je určen pouze pro jednorázové použití u jednoho pacienta v průběhu jednoho zákroku.
 nebo 	Datum použitelnosti: Označuje datum, po jehož uplynutí se zdravotnický prostředek nesmí používat. Tento symbol je doplněn datem znamenajícím, že zdravotnický prostředek by se neměl používat po uplynutí uvedeného roku, měsíce nebo dne. Datum je uvedeno ve formátu RRRR-MM-DD (nebo RRRR-MM).
	Kód šarže: Označuje kód šarže výrobce. Tento symbol je doplněn kódem šarže výrobce vedle symbolu.
	Katalogové číslo: Označuje katalogové číslo výrobce (SKU). Tento symbol je doplněn katalogovým číslem výrobce vedle symbolu.
	Autorizovaný zástupce: Označuje autorizovaného zástupce v Evropském společenství, Velké Británii nebo Švýcarsku. "XX" je nahrazeno EU pro Evropské společenství, UK pro Velkou Británii nebo CH pro Švýcarsko.
	Pouze na předpis: Upozornění: Federální zákony (USA) umožňují prodej tohoto zařízení pouze od licencovaného poskytovatele zdravotní péče nebo na jeho předpis.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Přečtěte si návod k použití- nebo elektronickým návodem k použití: Znamená, že se uživatel musí řídit návodem k použití. Tento symbol může být doplněn adresou webových stránek s elektronickým návodem k použití.






	Přečtěte si návod k použití: Upozorňuje, že se má uživatel podívat do návodu k použití.
	Výměna návodu k použití: Stávající návod k použití nahradte aktuální verzí.
	Podívejte se do příručky/brožury s pokyny: Označuje, že si má uživatel přečíst příručku/brožuru s pokyny.
	Status v rámci toku odpadů: Nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
	Likvidace baterie: Nevyhazujte baterie do směsného odpadu. Symbol označuje, že baterie je třeba vyhazovat odděleně.
	Obecný symbol pro regeneraci/recyklaci: Označuje, že dané zařízení nebo jeho materiál lze zařadit do regeneračního/recyklačního procesu.
	Obecný varovný symbol: Označuje obecné varování.
	Informace: Uvádí, kde se mají informace získat.
	Distributor: Označuje distributora produktu. Tento symbol se používá spolu s názvem a adresou distributora.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Dovozce: Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.




	Otevřená balení se nevyměňují: Uvádí, že podle zásad pro výměnu produktů se otevřená balení nevyměňují.
	Manipulujte opatrně, neházejte s výrobkem: Označuje, že při neopatrném zacházení se může výrobek rozbít nebo poškodit, neházejte s výrobkem.
	Křehké, manipulujte opatrně: Označuje, že při neopatrném zacházení se může výrobek rozbít nebo poškodit.
	Udržujte ve svislé poloze: Označuje správné umístění obalu při přepravě a/nebo skladování.
	Zdravotnický prostředek: Podle evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (MDR).
	Sériové číslo: Označuje sériové číslo výrobce. Tento symbol je doplněn sériovým číslem výrobce vedle symbolu.
	Množství: Označuje, jaké množství výrobku obsahuje balení.
	Sterilizace ozářením: Uvádí, že zdravotnický prostředek byl sterilizován ozářením.
	RTG kontrastný
	Symbol materiálu: Identifikuje materiál nebo látku obsaženou ve výrobku nebo materiál, ze kterého je výrobek vyroben. "XXX" je nahrazeno písmenným kódem materiálu nebo slovem.






	Vysoce hořlavé: Zdravotnický prostředek obsahuje vysoce hořlavé materiály. Je třeba s ním nakládat se zvýšenou opatrností.
	Ohrožení zdraví: Označuje látky akutně toxické (škodlivé), nebo které dráždí kůži, oči nebo dýchací cesty. Senzibilizátor kůže a látky nebezpečné pro ozonovou vrstvu.
	Závažné zdravotní riziko: Upozorňuje na závažné zdravotní riziko.
	Příložná část typu BF: Označuje příložnou část typu BF v souladu s normou IEC 60601-1.
	Zařízení třídy II: Označuje, že zařízení splňuje bezpečnostní požadavky pro zařízení třídy II podle normy IEC 61140.
	Lze sterilizovat do uvedené teploty: Uvádí, že zařízení lze sterilizovat do vyznačené maximální teploty.
	Lze sterilizovat v parním sterilizátoru (autoklávu) při uvedené teplotě: Uvádí, že nástroj lze sterilizovat v parním sterilizátoru (autoklávu).
 XXXX hPa	Omezení atmosférického tlaku: Označuje rozsah atmosférického tlaku, jemuž je možné zdravotnický prostředek bezpečně vystavit. Tento symbol je doplněn hodnotami tlaku.
 XX% XX%	Omezení vlhkosti: Označuje rozsah vlhkosti, jemuž je možné zdravotnický prostředek bezpečně vystavit. Tento symbol je doplněn hodnotami vlhkosti.





	Rotační pohyb: Označuje ovládací prvek nebo indikátor pro rotační pohyb.
	PCT Gost: Uvádí, že produkt splňuje předpisy GOST-R. Gost: Gosudarstvennyi standards (státní normy) nebo ruský ekvivalent ANSI.
	Nanomateriál: Uvádí, že prostředek obsahuje nanomateriály.
	Logo CSA: Uvádí, že produkt byl testován v souladu s příslušnými požadavky severoamerických norem. CSA: Canadian Standard Association.
	Symbol UL: Uvádí, že produkt splňuje normy UL (Underwriters Laboratories) pro bezpečnost produktů.
	Vyhovuje laboratorům Underwriters Laboratories: Označuje, že komponent splnil normy kvality stanovené laboratorii Underwriters Laboratories v USA a Kanadě.
	PAP 21 (pevná lepenka): Použití tohoto symbolu podléhá zákonu o obaloch a stanovuje obalový materiál. Pomáhá koncovému uživateli identifikovat materiál a vrátit ho do správného recyklačního cyklu.
	S osvědčením MET pre USA a Kanadu.
	elektronická značka: Produkty v spotřebitelském balení (alebo vopred zabalené), predávané v akejkoľvek krajine EÚ, musia mať informácie na obale s uvedením nominálneho množstva (hmotnosť alebo objem) jeho obsahu. Medzi príklady produktov v spotřebitelském balení patří: kozmetika, čistiace prostriedky, nápoje, potraviny.





	Šířka dutiny (a) musí být menší než 2/3 interkuspidální vzdálenosti (b)		Ilustrovaný průvodec technikou
	Adhezivum lehce míchejte hrotem aplikátoru		IFU Návod k použití
	5 sekund Odstraňte rozpouštědlo		Štítek i-shade
	Výkon polymeračního světla a pokyny ohledně doby polymerace		Odstíny Cloud
 $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ nebo $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Výkon polymeračního světla		Průvodec odstíny
 10 sec* nebo 20-30 sec sec	Doba polymerace		Držák průvodec odstíny
	Doba polymerace [s]		Compules® Tip Gun
 sec 4 mm	Doba polymerace (s) a maximální tloušťka vrstvy (mm) výplňového materiálu, aby umožnila správnou polymeraci		Compules® Tip
 mm nebo mm	Maximální tloušťka vrstvy (mm) výplňového materiálu, aby umožnila správnou polymeraci		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Tobolka
	AutoMate® III: Napínací zařízení
	AutoMatrix® Snippers
	AutoMatrix® Snippers+: Lžící lapače
	AutoMatrix®: Matricové pásy
	Hrot aplikátoru Agregovaný hrot aplikátoru
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Univerzální kroužek




	Palodent® V3: Klínek
	Palodent® V3: Chránič klínku (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Umísťovací kleště
	Palodent® V3: Lomená zubní pinzeta
	X-Post®
	Papírové hroty
	Absorpční vatové válečky Length 37 mm
	Stříkačka
	Stříkačka






	Stříkačka
	Stříkačka
	Stříkačka
	Injekční stříkačka
	Injekční stříkačka Conditioner
	Míchací stříkačka
	Stříkačka
	Injekční stříkačka Auto-mix
	Intraorální hroty

	Hrot injekční stříkačky
	Jehly aplikátoru
	Hrot aplikátoru
	Jehly aplikátoru pro DeTrey® Conditioner 36
	Kanyla, se silikonovou zarážkou
	Intraorální míchací kanyla
	Míchací kanyla
	Kanyla
	Opěrka prstů
	Karpule
	Míchací kanyla
	Míchací kanyla
	Intraorální hroty
	Pevná karpule
	Míchací kanyla

	Bayonetový kroužek
	Tuba A/Tuba B
	Aplikační jamka
	CliXdish™
	Míchací podložky
	Odměrka na prášek
	Odměrka
	Krabička sází/katalyzátorem
	Třivrstvá lahvička s odlamovacím uzávěrem
	Jednotková dávka

	Lahvička s adhezivem
	Skleněná lahvička pro kapalinu
	Skleněná lahvička pro prášek
	Lahvička pro dávkování vody
	1 kapátko
	1 lopatka
	Dávka: lopatky : kapátko
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Nabíjecí kolébka


	SmartLite® Focus®: Dobíjecí akumulátor
	SmartLite® Focus®: Ochranné clony na oči
	SmartLite®: Pouzdra
	SmartLite® Focus®: Napájecí konektor včetně adaptérů
	Zásobník

Dávka		Zarovnejte prášek bez tlaku
		Prášek 2 x 25 ml
		34 ml H₂O
		Střední otiskovací lžíce
Zacházení		Uvolněte prášek v tubě otočením krabičky nejméně dvakrát
		Míchejte maximálně 30 sekund
		Doba zpracování max. 1 minuta
		Doba tuhnutí min. 1 minuta




Vysvetlenie symbolov používaných spoločnos- ťou Dentsply Sirona


	Výrobca: Označuje legálneho výrobcu zdravotníckej pomôcky [pre zdravotnícku pomôcku]. Označuje výrobcu procedurálneho balíčka [pre procedurálny balíček].
 alebo 	Udržiavajte v suchu: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa musí chrániť pred vlhkosťou.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Teplotný limit: Označuje teplotné limity, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená. Tento symbol je sprevádzaný hodnotami teploty.
	Uchovávať mimo dosahu slnečného svetla: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa musí chrániť pred zdrojmi svetla. Tento symbol môže znamenať tiež "Uchovávať mimo zdrojov tepla".
	Upozornenie: Označuje, že pri obsluhu pomôcky alebo ovládacieho prvku v blízkosti miesta, kde je symbol umiestnený, je potrebná opatrnosť, alebo že aktuálna situácia si vyžaduje informovanosť obsluhy alebo zásah obsluhy, aby sa zabránilo nežiaducim následkom.
	Značenie CE: Pomôcka je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a v iných uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré stanovujú jej umiestnenie, zdravotníckej pomôcky triedy I.
	Označenie CE s identifikačným číslom notifikovaného orgánu: Pomôcka je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a v iných uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré stanovujú jej umiestnenie, zdravotníckej pomôcky triedy IIa, IIb, III.








	Nepoužívajte opakovane: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená len na jednorazové použitie alebo na použitie u jedného pacienta počas jedného postupu.
 alebo 	Dátum použiteľnosti: Označuje dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nemá používať. Tento symbol je sprevádzaný dátumom, ktorý označuje, že zdravotnícka pomôcka sa nemá používať po skončení uvedeného roka, mesiaca alebo dňa. Dátum je vyjadrený vo formáte RRRR-MM-DD (alebo RRRR-MM).
	Kód šarže: Označuje kód šarže výrobcu. Tento symbol je sprevádzaný kódom šarže výrobcu podľa symbolu.
	Katalógové číslo: Označuje katalógové číslo výrobcu (SKU). Tento symbol je sprevádzaný katalógovým číslom výrobcu podľa symbolu.
	Autorizovaný zástupca: Identifikuje autorizovaného zástupcu v Európskom spoločenstve, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku. "XX" je nahradené EU pre Európske spoločenstvo, UK pre Spojené kráľovstvo alebo CH pre Švajčiarsko.
	Používanie len na lekársky predpis: Upozornenie: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky na predaj licencovaným zdravotníckym pracovníkom alebo na jeho príkaz.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Prečítajte si návod na použitie alebo prečítajte si elektronický návod na použitie: Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal návod na použitie. Tento symbol môže byť sprevádzaný webovou adresou s elektronickým návodom na použitie.






	Prečítajte si návod na použitie: Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal návod na použitie.
	Výmena návodu na použitie: Nahradíte doterajší návod na použitie aktuálnou verziou.
 alebo 	Pozrite si nvod na obsluhu/ príručku: Označenie, že je potrebné prečítať si návod na obsluhu/knižku.
	Stav likvidcie prdu odpadu: Elektronické výrobky nevyhadzujte do všeobecného odpadu.
 NiMH	Likvidácia batérie: Nevyhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Symbol označuje, že je potrebný separovaný zber pre batériu.
	Všeobecný symbol pre obnoviteľné/recyklovateľné: Označenie, že označená oploška alebo jej materiálnej súčasťou procesu zhodnocovania alebo recyklácie.
	Všeobecné výstražné znamenie: Na označenie všeobecného varovania.
	Informácie: Uvádza, kde je možné získať informácie.
	Distribútor: Identifikuje distribútora výrobku. Tento symbol sa používa spolu s názvom a adresou distribútora.
	Importér: Indikuje jednotku, ktorá importuje zdravotnícku pomôcku do lokality.
Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	




	Otvorené balenia sa nevymieňajú: Označuje zásady vrátenia tovaru, ktoré vylučujú výmenu otvorených balení.
	Zaobchádzajte opatrne, nevyhadzujte: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa pri neopatrnej manipulácii môže zlomiť alebo poškodiť, nevyhadzujte.
 alebo 	Krehké, manipulujte opatrne: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa pri neopatrnej manipulácii môže zlomiť alebo poškodiť.
	Umiestňujte vzpriamene: Označuje správnu polohu balenia počas prepravy alebo uskladnenia.
	Zdravotnícka pomôcka: Podľa Nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) EÚ.
	Sériové číslo: Označuje sériové číslo výrobcu. Tento symbol je sprevádzaný sériovým číslom výrobcu vedľa symbolu.
	Množstvo: Označuje množstvo výrobku obsiahnuté v balení.
	Sterilizované žiarením: Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná s použitím žiarenia.
	RTG kontrastný
	Symbol materiálu: Identifikuje materiál alebo látku obsiahnutú vo výrobku alebo materiál, z ktorého je výrobok vyrobený. "XXX" je nahradené písmenovým kódom materiálu alebo slovom.





	Vysoko horľavé: Zdravotnícka pomôcka obsahuje vysoko horľavé materiály. Mala by sa dodržiavať primeraná opatrnosť.
	Zdravotné nebezpečenstvo: Označuje akútne toxickú (škodlivú) alebo dráždivú látku pre pokožku, oči alebo dýchaciu sústavu. Senzibilizátor pokožky a látku nebezpečnú pre ozónovú vrstvu.
	Vážne zdravotné nebezpečenstvo: Označuje vážne riziko ohrozenia zdravia.
	Typ BF aplikovaná časť: Na identifikáciu použitej časti typu BF, ktorá je v súlade s normou IEC 60601-1.
	Zariadenie triedy II: Identifikácia zariadenia, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky špecifikované pre zariadenie triedy II podľa IEC 61140.
	Možno sterilizovať po uvedení hodnotu teploty: Označuje, že zariadenie je možné sterilizovať pri uvedenej maximálnej teplote.
	Možno sterilizovať v parnom sterilizátore (autokláve) pri stanovených teplotách: Označuje, že nástroj možno sterilizovať v parnom sterilizátore (autokláve) pri stanovenej teplote.
	Limit atmosférického tlaku: Označuje rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená. Tento symbol je sprevádzaný hodnotami tlaku.
	Obmedzenie vlhkosti: Označuje rozsah vlhkosti, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená. Tento symbol je sprevádzaný hodnotami vlhkosti.




	Otáčanie: Označuje ovládanie otáčania alebo indikátor otáčania.
	PCT Gost: Označuje, že výrobok je v súlade s požiadavkami nariadení GOST-R. Gost: Gosudarstvennyi standard, resp. ruský ekvivalent ANSI.
	Nanomateriál: Označuje, že pomôcka obsahuje nanomateriály.
	Logo CSA: Označuje, že výrobok bol podrobený testovaniu v súlade s príslušnými požiadavkami noriem platných v Severnej Amerike. CSA: Kanadské združenie pre normy.
	Symbol UL: Označuje, že výrobok je v súlade s normami bezpečnosti výrokov podľa UL (Underwriters Laboratories).
	Vyhovuje laboratóriám Underwriters Laboratories: Označuje, že komponent splnil normy kvality stanovené laboratóriami Underwriters Laboratories v USA a Kanade.
	PAP 21 (pevná lepenka): Použitie tohto symbolu podlieha zákonu o obaloch a stanovuje obalový materiál. Pomáha koncovému používateľovi identifikovať materiál a vrátiť ho do správneho recyklačného cyklu.
	S osvedčením MET pre USA a Kanadu.
	elektronická značka: Produkty v spotrebiteľskom balení (alebo vopred zabalené), predávané v akejkoľvek krajine EÚ, musia mať informácie na obale s uvedením nominálneho množstva (hmotnosť alebo objem) jeho obsahu. Medzi príklady produktov v spotrebiteľskom balení patrí: kozmetika, čistiace prostriedky, nápoje, potraviny.





	Šírka kavity (a) nesmie prekročiť 2/3 vzdialenosti medzi hrbolkami (b)		Ilustrovaný sprievodca metódou
	Adhezívum opatrne premiešajte špičkou aplikátora		Návod na použitie
	5 sekúnd Odstráňte rozpúšťadlo		Štítok i-shade
	Energetický výkon polymerizačného svetla a pokyny k dobe polymerizácie		Odtiene Cloud
 $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ alebo  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Energetický výkon polymerizačného svetla		Vzorkovník odtieňov
 alebo 	Doba polymerizácie		Držiak vzorkovníka odtieňov
	Doba polymerizácie [s]		Compules® Tip Gun
	Doba polymerizácie (s) a maximálna hrúbka vrstvy (mm) výplňového materiálu na umožnenie správnej polymerizácie		Compules® Tip
	Maximálna hrúbka vrstvy (mm) výplňového materiálu na umožnenie správnej polymerizácie		Compula® Tip




	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Pomôčka na utiahnutie
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Záchytný zásobník
	AutoMatrix®: Maticové pásy
	Špička aplikátora Špička aplikátora typu „flocked“
	Palodent® V3: Matrica
	Palodent® V3: Univerzálny krúžok






	Palodent® V3: Klin
	Palodent® V3: Klinový chránič (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Zavádzacie kliešte
	Palodent® V3: Pinzety
	X-Post®
	Papierové čapy
	Absorpčné vatové tam- póny
	Striekačka
	Striekačka

	Striekačka
	Striekačka
	Striekačka
	Striekačka
	Striekačka s produktom Conditioner
	Injekčná striekačka na miešanie
	Striekačka
	Striekačka Automix
	Intraorálne koncovky


	Špička striekačky
	Ihly aplikátora
	Špička aplikátora
	Ihly aplikátora pre DeTrey® Conditioner 36
	Kanyla so silikónovým uzáverom
	Intraorálna miešacia špička
	Miešacia špička
	Kanyla
	Držiak na prsty
	Kazeta
	Miešacia špička
	Miešacia špička
	Intraorálne koncovky
	Tvrdá kazeta
	Miešacia špička


	Bajonetový krúžok		Fľaštička na adhezívum
	Rúrka A/Rúrka B		Sklenená fľaštička na kvapalinu
	Miska aplikátora		Sklenená fľaštička na prášok
	CliXdish™		Fľaštička na vodu
	Miešacia podložka		1 kvapka
	Odmerka na prášok		1 naberačka
	Naberačka		Dávkovanie: naberačky : kvapky
	Priehradka so stojanom/ Katalyzátor		SmartLite® Focus®
	Trojvrstvová fľaša s vyk- lápacím vrchnákom		SmartLite® Focus®: Nabíjací stojan
	Jednodávkové balenie		

	SmartLite® Focus®: Dobíjateľné batérie
	SmartLite® Focus®: Ochranné štíty na oči
	SmartLite® Focus®: Návrky
	SmartLite® Focus®: Napájací konektor vrátane adaptérov
	Priehradka na dopĺňanie



Dávkovanie		Zarovnajete hladinu prášku bez vyvinutia tlaku
		2 x 25 ml prášku
		34 ml H ₂ O
		Stredná lyžica
Manipulácia		Prášok v nádobke uvoľníte prevracaním škatuľky (najmenej dvakrát)
		Miešajte max. 30 sekúnd
		max. 1 minúta pracovnej doby
		min. 1 minúta doby tuhnutia

A Dentsply Sirona által használt szimbólumok magyarázata

	Gyártó: Az orvostechnikai eszköz törvényes gyártóját jelzi [adott orvostechnikai eszköznél]. Az eljárási csomag gyártóját jelzi [adott eljárási csomag esetében].
 vagy 	Tartsa szárazon: Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amit védeni kell a nedvesség ellen.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Hőmérsékleti határérték: Azokat a hőmérsékleti határértékeket jelöli, amelyekben belül az orvostechnikai eszköz még biztonságosan használható. Ezt szimbólumot hőmérsékleti értékek kísérik.
	Napfénytől védve tárolja: Azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszközt védeni kell a napfénytől. Ez a szimbólum ezt is jelentheti: "Hőtől védve tárolja".
	Figyelem: Azt jelzi, hogy körültekintően kell eljárni az eszköz használatakor vagy a szimbólum elhelyezéséhez közeli vezérlés esetében, vagy akkor, ha az aktuális helyzet megköveteli a kezelő figyelmét vagy eljárását a nem kívánatos következmények elkerülése érdekében.
	CE-jelölés: Az eszköz megfelel a jelen rendeletben, az I. osztályú orvostechnikai eszközökre vonatkozó egyéb alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott alkalmazandó követelményeknek.
	CE-jelölés a bejelentett szervezet azonosító számával: Az eszköz megfelel a jelen rendeletben, a IIa, IIb, III. osztályú orvostechnikai eszközökre vonatkozó egyéb alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott alkalmazandó követelményeknek.










	Tilos újra felhasználni: Olyan orvostechnikai eszközt jelent, amelyet csak egyszer vagy egyetlen eljárás alatt egyetlen páciensen szabad felhasználni.
 vagy 	Lejárat dátum: Azt a dátumot jelzi, amely után nem szabad felhasználni az orvostechnikai eszközt. Ezt a szimbólumot egy dátum kíséri, ami jelzi, hogy az orvostechnikai eszköz nem szabad a megadott év, hónap vagy nap vége után felhasználni. A dátum formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN (vagy ÉÉÉÉ-HH).
	Tételkód: A gyártó tételkódját jelöli. A szimbólumot a gyártó tétele száma kíséri.
	Katalógusszám: A gyártó katalógusszámát (SKU) jelzi. A szimbólumot a gyártó katalógusszáma kíséri.
	Engedélyezett képviselő: Az Európai Közösségben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban felhatalmazott képviselőt jelzi. Az "XX" helyére EU kerül az Európai Közösség, UK az Egyesült Királyság vagy CH Svájc esetében.
	Kizárólag egyszer használatos: Vigyázat: Az Amerikai Egyesült Államok (USA) szövetségi törvényei szerint az eszköz kizárólag megfelelően engedéllyel rendelkező szakember által vagy megfelelően engedéllyel rendelkező szakember rendelvényére értékesíthető.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Olvassa el a használati utasítást vagy az elektronikus használati utasítást: Azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást. Ezt a szimbólumot az elektronikus használati utasítás weboldal-címének kell kísérnie.






	Olvassa el a használati utasítást: Azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.
	A használati utasítás cseréje: Kérjük, cserélje ki meglévő használati utasítását a legújabb verzióra.
 vagy 	Lásd a használati útmutatót/füzetet: Azt jelzi, hogy a használati útmutatót/füzetet el kell olvasni.
	Hulladékáram ártalmatlanítási állapota: Ne dobja az elektronikus termékeket az általános hulladék közé.
	Az akkumulátor ártalmatlanítása: Ne dobja ki az akkumulátort kommunális hulladékba. A szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátort külön kell gyűjteni.
	A hasznosítható/újrahasznosítható termék általános szimbóluma: Azt jelzi, hogy a megjelölt cikk vagy annak anyaga helyreállítás vagy újrahasznosítási folyamat része.
	Általános figyelmeztető jel: Általános figyelmeztetésre.
	Információ: Azt jelöli, hogy honnan szerezhető be információk.
	Forgalmazó: A termék forgalmazóját jelöli. Ezt a szimbólumot a forgalmazó neve és címe mellett kell használni.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importőr: A gazdasági szereplőt jelöli, aki az orvostechnikai eszköz helyi piacra történő importját végzi.




	A bontott csomagok nem cserélhetők: Azt jelöli, hogy a visszaküldési szabályzat alapján a bontott csomagok nem cserélhetők.
	Óvatosan kezelje, dobni tilos: Olyan orvosi eszközt jelöl, amely eltörhet vagy megsérülhet, ha nem óvatosan kezeli, dobni tilos.
	Törékeny, óvatosan kezelje: Olyan orvosi eszközt jelöl, amely eltörhet vagy megsérülhet, ha nem óvatosan kezeli.
	Függőlegesen tartandó: A csomag szállítás és/vagy tárolás alatti helyes pozícióját jelöli.
	Orvostechnikai eszköz: Az orvostechnikai eszközökről szóló európai rendelet (MDR) szerint.
	Gyártási szám: A gyártó gyártási számát jelöli. A szimbólumot a gyártó gyártási száma kíséri.
	Mennyiség: A csomagban található termék mennyiségét jelzi.
	Besugárzás használatával sterilizálva: Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely besugárzás használatával sterilizáltak.
	Röntgenát látszatlan
	Anyag szimbólum: Egy termékben található anyagot vagy szubsztanciát azonosít, vagy azt az anyagot, amelyből a termék készült. Az "XXX" jelölést az anyag betűkódja vagy egy szó helyettesíti.
	Erősen gyúlékony: Az orvosi eszköz erősen gyúlékony anyagokat tartalmaz. Megfelelő elővigyázatosság szükséges.





	Egészségügyi veszély: Azt jelöli, hogy a termék akut módon toxikus (káros), irritáló hatású a bőrre, a szemre vagy a légutakra. Bőrérzékenységet okoz, és veszélyes az ózonrétegre.
	Súlyos egészségügyi veszély: Súlyos egészségügyi veszélyt és kockázatot jelez.
	BF típusú alkalmazott alkatrész: Az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő BF típusú alkalmazott alkatrész azonosítása.
	II. osztályú berendezés: Az IEC 61140 szabvány szerinti II. osztályú berendezésekre meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő berendezések azonosítása.
	A meghatározott hőmérsékletig sterilizálható: Azt jelöli, hogy a berendezés a jelzett maximális hőmérsékletig sterilizálható.
	Gőzsterilizátorral (autoklávval) sterilizálható meghatározott hőmérsékleten: Azt jelöli, hogy a műszer sterilizálható gőzsterilizátorban (autoklávban) a meghatározott hőmérsékleten.
	Légköri nyomás korlátozása: A légköri nyomásnak azt a tartományát jelöli, amelyen belül az orvostechnikai eszköz még biztonságosan használható. Ezt szimbólumot nyomás értékek kísérik.
	Páratartalom korlátozása: A páratartalomnak azt a tartományát jelöli, amelyen belül az orvostechnikai eszköz még biztonságosan használható. Ezt szimbólumot páratartalom értékek kísérik.
	Forgómozgás: A forgómozgáshoz kapcsolódó vezérlőt, illetve indikátort jelöli.





	PCT Gost: Azt jelöli, hogy a termék megfelel a GOST-R előírásoknak. Gost: A goszudarsztvennyij standardok (állami szabványok) kifejezés rövidítése, illetve az ANSI orosz megfelelője.
	Nanoanyag: Azt jelöli, hogy az eszköz nanoanyagokat tartalmaz.
	CSA logó: Azt jelöli, hogy a terméket tesztelték a releváns észak-amerikai szabványok követelményei szerint. CSA: Canadian Standard Association (Kanadai Szabványügyi Testület).
	UL szimbólum: Azt jelöli, hogy a termék megfelel az UL (Underwriters Laboratories) termékbiztonsági szabványainak.
	Underwriters Laboratories kompatibilis: Azt jelöli, hogy az alkatrész megfelel az amerikai és kanadai Underwriters Laboratories által megadott minőségi szabványoknak.
	PAP 21 (kemény karton): Ennek a szimbólumnak a használata a csomagolási törvény hatálya alá tartozik, és meghatározza a csomagolóanyagot. Segít a végfelhasználónak azonosítani az anyagot és visszajuttatni a megfelelő újrahasznosítási ciklusba.
	MET tanúsítvánnyal rendelkezik az Egyesült Államokban és Kanadában.
	E jel: Az EU bármely országában értékesített előrecsomagolt (vagy előcsomagolt) termékek csomagolásán fel kell tüntetni a tartalom névleges mennyiségét (tömegét vagy térfogatát). Az előrecsomagolt termékek közé tartoznak például a következők: kozmetikumok, tisztítószeresek, italok, élelmiszerek.



	Az üreg szélessége (a) nem haladhatja meg az interkuspidális távolság (b) 2/3-át		Illusztrált technikai útmutató
	Kavarja fel óvatosan az adhézivet az applikátor-csúccsal		Használati utasítás
	5 mp Távolítsa el az oldószert		i-shade címke
	A polimerizációs lámpa energiateljesítményére és a polimerizációs időre vonatkozó utasítás		Cloud színek
	A polimerizációs lámpa energiateljesítménye		Fogszínek
	Polimerizációs idő		Fogszínek-tartó
	Polimerizációs idő [s]		Compules® Tip Gun
	A megfelelő kötést lehetővé tévő polimerizációs idő (s) és maximális töltőanyag-rétegvastagság (mm)		Compules® Tip
	A megfelelő kötést lehetővé tévő maximális töltőanyag-rétegvastagság (mm)		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapszula
	AutoMate® III: Meghúzóeszköz
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Felfogó tálca
	AutoMatrix®: Matricaszalagok
	Applikátorcsúcs Szálpelyhes applikátor- csúcs
	Palodent® V3: Matrica
	Palodent® V3: Univerzális gyűrű




	Palodent® V3: Ék
	Palodent® V3: Ékvédő (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Behelyezőfogó
	Palodent® V3: Tűhegyű csipesz
	X-Post®
	Papírcsúcsok
	Nedvszívó vattateker- cek
	Fecskendő
	Fecskendő






	Fecskendő
	Fecskendő
	Fecskendő
	Fecskendő
	Conditioner fecskendő
	Keverőfecskendő
	Fecskendő
	Automix fecskendő
	Intraorális csúcsok

	Fecskendőhegy
	Applikátortűk
	Applikátorcsúcs
	Applikátortűk DeTrey® Conditioner 36
	Kanül szilikon stopperrel
	Intraorális keverőcsőr
	Keverőcsúcs
	Kanül
	Ujjmarkolat
	Patron
	Keverőcsúcs
	Keverőcsúcs
	Intraorális csúcsok
	Kemény patron
	Keverőcsúcs


	Bajonettgyűrű
	„A” tubus/„B” tubus
	Applikátoredény
	CliXdish™
	Keverőtömb
	Pormérő eszköz
	Mérőkanál
	Bázis-/katalizátortároló doboz
	Háromrétegű flakon flip-top kupakkal
	Egy egységnyi adag


	Adhezív flakon
	Üvegcsé folyadékokhoz
	Üvegcsé porokhoz
	Vízadagoló flakon
	1 csepp
	1 kanál
	Adagolás: kanalak : cseppek
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Töltőalapzat


	SmartLite® Focus®: Újratölthető- akkumulátor-csomag
	SmartLite® Focus®: Szemvédő borítások
	SmartLite®: Hüvelyek
	SmartLite® Focus®: Hálózati csatlakozódugó adapterekkel együtt
	Utántöltődoboz


Adagolás		Csapott kanálnyi por nyomás nélkül
		2 x 25 ml por
		34 ml H₂O
		Közepes kanál
Kezelés		Lazítsa fel a kádban lévő port a doboz legalább kétszeri átfordításával
		Keverje max. 30 mp-ig
		max. 1 perces meg- munkálási idő
		min. 1 perces kötési idő






Explicarea simbolurilor utilizate de Dentsply Sirona


	Producător: Indică producătorul legal al dispozitivului medical [pentru un dispozitiv medical]. Indică producătorul pachetului de proceduri [pentru un pachet de proceduri].
 sau 	A se păstra la loc uscat: Indică un dispozitiv medical care trebuie protejat împotriva umezelii.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Limită de temperatură: Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță. Acest simbol este însoțit de valori de temperatură.
	A se feri de lumina soarelui: Indică un dispozitiv medical care necesită protecție împotriva surselor de lumină. Acest simbol poate însemna, de asemenea, "A se feri de căldură".
	Atenție: Indică faptul că este necesară prudență atunci când utilizați dispozitivul sau comanda aproape de locul în care este amplasat simbolul sau că situația curentă necesită conștientizarea operatorului sau acțiunea operatorului pentru a evita consecințele nedorite.
	Marcaj CE: Dispozitivul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în prezentul regulament și alte acte legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii care prevăd aplicarea acestuia, dispozitive medicale de clasa I.
	Marcaj CE cu numărul de identificare al organismului notificat: Dispozitivul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în prezentul regulament și alte acte legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii care prevăd aplicarea acestuia, dispozitive medicale de clasa IIa, IIb, III.










	A nu se reutiliza: Indică un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizări sau pentru utilizarea la un singur pacient în timpul unei singure proceduri.
 sau 	Data expirării: Indică data după care dispozitivul medical nu va mai fi utilizat. Acest simbol este însoțit de o dată care indică faptul că dispozitivul medical nu trebuie utilizat după sfârșitul anului, lunii sau zilei indicate. Data este exprimată în format AAAA-LL-ZZ (sau AAAA-LL).
	Cod lot: Indică codul de lot al producătorului. Acest simbol este însoțit de codul de lot al producătorului, adiacent simbolului.
	Număr de catalog: Indică numărul de catalog al producătorului (SKU). Acest simbol este însoțit de numărul de catalog al producătorului, adiacent simbolului.
	Reprezentant autorizat: Identifică reprezentantul autorizat din Comunitatea Europeană, Regatul Unit sau Elveția. "XX" este înlocuit de EU pentru Comunitatea Europeană, UK pentru Regatul Unit sau CH pentru Elveția.
	Nu mai pe bază de prescripție medicală: Atenție: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la comanda unui medic licențiat.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile de utilizare în format electronic: Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare. Acest simbol poate fi însoțit de adresa electronică a site-ului IFU.






	A se consulta Instrucțiunile de utilizare: Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare.
	Înlocuirea instrucțiunilor de utilizare: Vă rugăm să înlocuiți instrucțiunile de utilizare existente cu versiunea cea mai recentă.
 sau	Consultați manualul/broșura de instrucțiuni: Pentru a indica faptul că trebuie citit(ă) manualul/broșura de instrucțiuni.
	Starea privind eliminarea în deșeurile generale: A nu se elimina produsele electrice în deșeurile generale.
 NiMH	Eliminarea bateriei: A nu se elimina bateria în deșeurile municipale. Acest simbol indică faptul că este necesară colectarea separată a bateriei.
	Simbol general pentru recuperare/reciclare: Pentru a indica faptul că elementul marcat sau materialul acestuia face parte dintr-un proces de recuperare sau reciclare.
	Indicator pentru avertizări generale: Pentru a indica o avertizare generală.
	Informații: Indică de unde pot fi obținute informații.
	Distribuitor: Identifică distribuitorul unui produs. Acest simbol trebuie utilizat lângă numele și adresa distribuitorului.
	Importator: Indică entitatea care importă dispozitivul medical.
Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	




	Pachetele deschise nu se înlocuiesc: Indică faptul că, pe baza politicii noastre de returnare, pachetele deschise nu se înlocuiesc.
	A se manevra cu grijă, a nu se arunca: Indică un dispozitiv medical care poate fi spart sau deteriorat dacă nu este manipulat cu grijă; a nu se arunca.
 sau	Fragil, a se manevra cu grijă: Indică un dispozitiv medical care poate fi spart sau deteriorat dacă nu este manipulat cu grijă.
	Mențineți în poziție verticală: Indică poziționarea corectă a pachetului în timpul transportului și/sau depozitării.
	Dispozitiv medical: Conform Directivei europene privind dispozitivele medicale (MDR).
	Număr de serie: Indică numărul de serie al producătorului. Acest simbol este însoțit de numărul de serie al producătorului, adiacent simbolului.
	Cantitate: Indică cantitatea de produs inclusă în pachet.
	Sterilizat cu radiații: Indică un dispozitiv medical care a fost sterilizat utilizând iradierea.
	Radioopac
	Simbol material: Identifică un material sau o substanță conținută într-un produs sau materialul din care este fabricat produsul. „XXX” se înlocuiește cu codul literei materialului sau cu un cuvânt.





	Foarte inflamabil: Dispozitivul medical conține materiale care sunt foarte inflamabile. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de precauție.
	Pericol pentru sănătate: Indică o substanță cu o toxicitate (nocivă) acută iritantă pentru piele, ochi sau tractul respirator. Sensibilizator pentru piele și pericolul pentru stratul de ozon.
	Pericol grav pentru sănătate: Indică un risc grav pentru sănătate.
	Componentă aplicată tip BF: Pentru a identifica o componentă aplicată tip BF conform IEC 60601-1.
	Echipament de clasa II: Pentru a identifica un echipament care îndeplinește cerințele specificate pentru echipamentele de clasa II conform IEC 61140.
	Poate fi sterilizat până la temperatura specificată: Indică faptul că aparatul poate fi sterilizat la o temperatură maximă după cum este specificat.
	Poate fi sterilizat într-un sterilizator cu aburi (autoclavă) la temperatura specificată: Indică faptul că instrumentul poate fi sterilizat într-un sterilizator cu aburi (autoclavă) la temperatura specificată.
	Limită de presiune atmosferică: Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță. Acest simbol este însoțit de valori de presiune.
	Limite de umiditate: Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță. Acest simbol este însoțit de valori ale umidității.




	Mișcare rotativă: Identifică indicatorul sau comanda pentru mișcarea rotativă.
	PCT Gost: Indică faptul că produsul se supune reglementărilor GOST-R. Gost: Standardele Gosudarstvenny sau echivalentul rusesc al ANSI.
	Nanomaterial: Indică un dispozitiv care conține nanomateriale.
	Sigla CSA: Indică testarea produsului în raport cu cerințele normelor nord-americane aplicabile. CSA: Canadian Standard Association (Asociația canadiană de standardizare).
	Simbolul UL: Indică faptul că produsul se supune normelor UL (Underwriters Laboratories) pentru siguranța produselor.
	Conform cu Underwriters Laboratories: Indică faptul că componenta respectă standardele de calitate stabilite de Underwriters Laboratories din SUA și Canada.
	PAP 21 (carton solid): Utilizarea acestui simbol este supusă legii privind ambalajele și definește materialul de ambalare. Ajută utilizatorul final să identifice materialul și să îl returneze în ciclul de reciclare corect.
	Certificat MET pentru SUA și Canada.
	e-mark: Produsele preambalate (sau ambalate în prealabil) vândute în orice țară din UE (EU) trebuie să furnizeze informații pe ambalaj, care să specifice cantitatea nominală (greutatea sau volumul) conținutului lor. Exemple de produse preambalate includ cosmetice, produse de curățenie, băuturi, alimente.





	Lățimea cavității (a) trebuie să fie mai mică decât 2/3 din distanța intercuspidală (b).		GTI Ghid tehnic ilustrat
	Agitați ușor adezivul cu vârful aplicatorului.		IDU Instrucțiuni de utilizare
	5 sec Îndepărtați solventul.		Eticheta i-shade
	Energia de ieșire a lămpii de polimerizare și instrucțiuni privind timpul de polimerizare		Culori Cloud
	Energia de ieșire a lămpii de polimerizare		Cheie de culori
	Timpul de polimerizare		Suport pentru cheia de culori
	Timpul de polimerizare [s]		Compules® Tips Gun
	Timpul de polimerizare (s) și grosimea maximă a stratului (mm) materialului de obturație pentru asigurarea polimerizării adecvate		Compules® Tip
	Grosimea maximă a stratului (mm) materialului de obturație pentru asigurarea polimerizării adecvate		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Capsulă
	AutoMate® III: Dispozitiv de strângere
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Linguri de colectare
	AutoMatrix®: Benzi de matrice
	Vârf de aplicator Vârf de aplicator imprimat
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Inel universal




	Palodent® V3: Pană
	Palodent® V3: Apărător pentru pană (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Clește de aplicare
	Palodent® V3: Pensetă cu vârf ascuțit
	X-Post®
	Conuri de hârtie
	Rulouri de bumbac absorbant
	Seringă
	Seringă






	Seringă
	Seringă
	Seringă
	Seringă
	Seringă de Conditioner
	Seringă de amestecare Mixing Syringe
	Seringă
	Seringă Automix
	Vârfuri intraorale

	Vârf de seringă
	Ace de aplicator
	Vârf de aplicator
	Ace de aplicator pentru DeTrey® Conditioner 36
	Canulă cu opritor de silicon
	Vârf de amestecare intraorală
	Vârf de amestecare
	Canulă
	Mâner pentru degete
	Cartuș
	Vârf de amestecare
	Vârf de amestecare
	Vârfuri intraorale
	Cartuș solid
	Vârf de amestecare



	Inel baionetă
	Tubul A/Tubul B
	Vas de aplicator
	CliXdish™
	Bloc de amestecare
	Măsură de pulbere
	Măsură
	Cutie pentru bază/catalizator
	Flacon cu trei nivele și capac basculant
	Doză unitară

 sau 	Flacon cu adeziv
	Sticlă pentru lichid
	Sticlă pentru pulbere
	Flacon pentru distribuirea apei
 1 x	1 picătură
 1 x	1 lingură
 2 : 2	Dozare: linguri : picături
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Bază de încărcare



	SmartLite® Focus®: Pachet pentru bateria reîncărcabilă
	SmartLite® Focus®: Scuturi de protecție oculară
	SmartLite®: Huse
	SmartLite® Focus®: Conector de alimentare inclusiv adaptoare
	Cutie pentru rezerve

Dozare		Nivelați pulberea fără presiune
		2 x 25 ml pulbere
		34 ml H ₂ O
		Lingură medie
Manipulare		Afânați pulberea din tub prin răsturnarea cutiei de cel puțin două ori
		Amestecați max. 30 de sec.
		max. 1 min. timp de lucru
		min. 1 min. timp de priză





Objašnjenje simbola koje upotrebljava društvo Dentsply Sirona

	Proizvođač: Ukazuje na zakonskog proizvođača medicinskog proizvoda [za medicinski proizvod]. Ukazuje na proizvođača kompleta [za komplet].
	Držati na suhom mjestu: Ukazuje na medicinski proizvod koji treba zaštititi od vlage.
	Ograničenje temperature: Ukazuje na granice temperature kojima se medicinski proizvod može sigurno izložiti. Uz ovaj simbol stoje vrijednosti temperature.
	Zaštititi od sunčeve svjetlosti: Ukazuje na medicinski proizvod koji treba zaštititi od izvora svjetlosti. Ovaj simbol može značiti i „Zaštititi od topline“.
	Oprez: Ukazuje na potreban oprez pri rukovanju proizvodom ili upravljačkom elementom u blizini mjesta gdje se nalazi simbol ili da trenutačna situacija zahtijeva pozornost ili djelovanje operatera kako bi se izbjegle neželjene posljedice.
	Oznaka CE: Proizvod se prema primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe i drugim primjenjivim propisima Unije vezanim za usklađivanje, kojima se predviđa pričvršćivanje ove oznake, ubraja u medicinske proizvode klase I.
	Oznaka CE s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela: Proizvod se prema primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe i drugim primjenjivim propisima Unije vezanim za usklađivanje, kojima se predviđa pričvršćivanje ove oznake, ubraja u medicinske proizvode klase IIa, IIb, III.
	Nije za višekratnu uporabu: Ukazuje na medicinski proizvod koji je namijenjen samo za jednokratnu uporabu ili za uporabu na jednom pacijentu tijekom jednog postupka.








 ili 	Uporabiti do: Ukazuje na datum nakon kojeg se medicinski proizvod više ne smije rabiti. Uz ovaj simbol stoji datum kojim se označava da se medicinski proizvod ne smije rabiti nakon kraja prikazane godine, mjeseca ili dana. Datum je izražen u formatu GGGG-MM-DD (ili GGGG-MM).
	Broj serije: Ukazuje na broj serije proizvođača. Uz ovaj simbol stoji broj serije proizvođača.
	Kataloški broj: Ukazuje na kataloški broj proizvođača (SKU). Uz ovaj simbol stoji kataloški broj proizvođača.
	Ovlašteni zastupnik: Ukazuje na ovlaštenog zastupnika u Europskoj zajednici, Ujedinjenoj Kraljevini ili Švicarskoj. „XX“ se zamjenjuje s EU za Europsku zajednicu, UK za Ujedinjeno Kraljevstvo ili CH za Švicarsku.
	Samo na recept: Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog proizvoda na zdravstvene djelatnike ili po nalogu zdravstvenih djelatnika.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Pročitajte upute za uporabu ili elektroničke upute za uporabu: Ukazuje na potrebu da korisnik pročita upute za uporabu. Ovaj simbol može biti popraćen elektroničkom adresom web-mjesta na kojem se nalaze upute za uporabu.
	Pročitajte pute za uporabu: Ukazuje na potrebu da korisnik pročita upute za uporabu.
	Upute za korištenje zamjene: Zamijenite postojeće upute za uporabu s najnovijom verzijom.






	Pročitajte (kratak) priručnik za uporabu: Ukazuje da se mora pročitati (kratak) priručnik za uporabu.
	Status odlaganja otpada: Ne odlažite elektroničke proizvode u opći otpad.
	Odlaganje baterije: Ne odlažite bateriju u komunalni otpad. Simbol označava da je potrebno odvojeno prikupljanje baterija.
	Opći simbol za uporabu/recikliranje: Ukazuje da je predmet, koji nosi ovu oznaku, ili njegov materijal dio procesa oporabe ili recikliranja.
	Opći znak upozorenja: Za označavanje općeg upozorenja.
	Informacija: Ukazuje na izvor informacije.
	Distributer: Ukazuje na distributera proizvoda. Ovaj simbol treba staviti pored imena i adrese distributera.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Uvoznik: Označava subjekt koji uvozi medicinski proizvod na lokalno tržište.
	Otvorena se pakiranja neće zamijeniti: Ukazuje da se, na temelju naše politike povrata, otvoreni paketi ne zamjenjuju.
	Rukovati pažljivo, ne bacati: Označava medicinski proizvod koji se može slomiti ili oštetiti ako se njime ne rukuje pažljivo ili se naglo ispusti.




	Lomljivo, pažljivo rukovati: Označava medicinski proizvod koji se može slomiti ili oštetiti ako se njime ne rukuje pažljivo.
	Ova strana gore: Označava pravilan položaj paketa tijekom transporta i/ili skladištenja.
	Medicinski proizvod: U skladu s Europskom uredbom o medicinskim proizvodima (MDR).
	Serijski broj: Označava serijski broj proizvođača. Uz ovaj simbol stoji serijski broj proizvođača.
	Količina: Označava količinu proizvoda uključenu u pakiranje.
	Sterilizirano zračenjem: Označava medicinski proizvod steriliziran primjenom zračenja.
	Radiokontrastno
	Simbol materijala: Označava materijal ili tvar sadržanu u proizvodu ili materijal od kojeg je proizvod izrađen. „XXX“ se zamjenjuje slovnim kodom materijala ili riječju.
	Lako zapaljivo: Medicinski proizvod sadrži lako zapaljive materijale. Treba poduzeti odgovarajuće mjere opreza.
	Opasnost po zdravlje: Ukazuje na akutnu toksičnost (štetnost), nadražujuću za kožu, oči ili dišni sustav. Izaziva preosjetljivost kože i opasno za ozonski sloj.
	Ozbiljna opasnost po zdravlje: Ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje.






	Primijenjeni dio tipa BF: Za identifikaciju primijenjenog dijela tipa BF prema normi IEC 60601-1.
	Oprema klase II: Za identifikaciju opreme koja ispunjava sigurnosne zahtjeve propisane za opremu klase II prema normi IEC 61140.
	Može se sterilizirati do navedene temperature: Ukazuje da se oprema može sterilizirati do maksimalne naznačene temperature.
	Može se sterilizirati u parnom sterilizatoru (autoklavu) na navedenoj temperaturi: Ukazuje da se instrument može sterilizirati u parnom sterilizatoru (autoklavu) na navedenoj temperaturi.
	Ograničenje atmosferskog tlaka: Ukazuje na raspon atmosferskog tlaka kojem se medicinski proizvod može sigurno izložiti. Uz ovaj simbol stoje vrijednosti tlaka.
	Ograničenje vlažnosti: Ukazuje na raspon vlažnosti kojoj se medicinski proizvod može sigurno izložiti. Uz ovaj simbol stoje vrijednosti vlažnosti.
	Rotacijsko gibanje: Označava upravljački element ili indikator za rotacijsko gibanje.
	PCT Gost: Ukazuje da proizvod zadovoljava propise GOST-R. Gost: Gospodarski standardi u Rusiji ili ruski ekvivalent ANSI-ja.
	Nanomaterijal: Ukazuje na proizvod koji sadrži nanomaterijale.




	CSA Logo: Ukazuje na proizvod koji je ispitan prema važećim sjevernoameričkim standardima. CSA: Kanadsko udruženje za standarde.
	Simbol UL: Ukazuje na proizvod koji je u skladu sa standardima UL (Underwriters Laboratories) za sigurnost proizvoda.
	U skladu sa standardima tvrtke Underwriters Laboratories: Ukazuje na komponentu koja je zadovoljila standarde kvalitete koje je propisala tvrtka Underwriters Laboratories u SAD-u i Kanadi.
	PAP 21 (čvrsti karton): Primjena ovog simbola podliježe Pravilniku o ambalaži i njime se definira materijal za pakiranje. Pomaže krajnjem korisniku da identificira materijal i vrati ga u pravilan ciklus recikliranja.
	MET certifikat za SAD i Kanadu.
	Oznaka „e“: Pretpakirani proizvodi (pretpakovine), koji se prodaju u bilo kojoj zemlji EU-a, moraju na ambalaži imati podatke o nazivnoj količini (masi ili zapremini) svoga sadržaja. Primjeri pretpakiranih proizvoda uključuju: kozmetiku, sredstva za čišćenje, pića, hranu.






	Širina šupljine (a) mora biti manja od 2/3 interkuspidskog razmaka (b)		ITG Ilustrirani tehnički priručnik
	Lagano promiješajte ljepilo vrhom aplikatora		IFU Upute za uporabu
	5 s Uklonite otapalo		naljepnica i-shade
	Izlazna energija polimerizacijske lampe i upute za vrijeme stvrdnjavanja		Nijanse Cloud
 ili  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ ili $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Izlazna energija polimerizacijske lampe		Vodič nijansi
 ili  10 sec* ili 20-30 sec ili sec	Vrijeme stvrdnjavanja		Držač za vodič nijansi
	Vrijeme stvrdnjavanja [s]		Compules® Tips Gun
 4 mm	Vrijeme stvrdnjavanja (s) i maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za pravilnu polimerizaciju		Compules® Tip
 ili 	Maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za pravilnu polimerizaciju		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Instrument za stezanje
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Košarica za prikupljanje
	AutoMatrix®: Trakaste matrice
	Vrh aplikatora Četkasti vrh aplikatora
	Palodent® V3: Matrica
	Palodent® V3: Univerzalni prsten




	Palodent® V3: Klin
	Palodent® V3: Štitnik (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Kliješta za pozicioniranje
	Palodent® V3: Pinceta za pozicioniranje
	X-Post®
	Papirnat štapić
 Length 37 mm	Pamučni zubni tamponi
	Štrcaljka
	Štrcaljka







	Štrcaljka
	Štrcaljka
	Štrcaljka
	Štrcaljka
	Štrcaljka sa sredstvom za kondicioniranje
	Štrcaljka za miješanje
	Štrcaljka
	Štrcaljka za automatsko miješanje
	Intraoralni vrhovi

	Vrh štrcaljke
	Igle aplikatora
	Vrh aplikatora
	Igle aplikatora za DeTrey® Conditioner 36
	Kanila, sa silikonskim graničnikom
	Intraoralni vrh za miješanje
	Vrh za miješanje
	Kanila
	Držać za prst
	Uložak
	Vrh za miješanje
	Vrh za miješanje
	Intraoralni vrhovi
	Tvrđi uložak
	Vrh za miješanje

	Bajunetni prsten
	Tuba A/Tuba B
	Posuda aplikatora
	CliXdish™
	Podloga za miješanje
	Mjerica za prašak
	Mjerica
	Kutija s bazom/katalizatorom
	Troslojna bočica s preklapnim poklopcem
	Pojedinačna doza


	Bočica s ljepilom
	Staklena bočica za tekućinu
	Staklena bočica za prašak
	Bočica za doziranje vode
	1 kap
	1 mjerica
	Doziranje: mjerice : kapi
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Baza za punjenje


	SmartLite® Focus®: Punjiva baterija
	SmartLite® Focus®: Štitnici za oči
	SmartLite®: Navlake
	SmartLite® Focus®: Strujni priključak uklj. adaptere
	Kutija za ponovno punjenje

Doziranje		Izravnavajte prašak bez pritiska
		2 x 25 ml praška
		34 ml H ₂ O
		Srednja žlica
Rukovanje		Razrahlite prašak u spremniku okretanjem kutije najmanje dva puta
		Miješajte maks. 30 s
		Vrijeme obrade maks. 1 min
		Vrijeme stvrdnjavanja min. 1 min

Objašnjenje simbola koje koristi firma Dentsply Sirona

	Proizvođač: Označava ovlaštenog proizvođača medicinskog uređaja [za medicinski uređaj]. Označava proizvođača paketa procedura [za paket procedura].
 ili 	Držati na suvom: Označava medicinski uređaj koji treba zaštititi od vlage.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturna granica: Označava granice temperature kojima medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrednosti temperature.
	Držite dalje od sunčeve svetlosti: Označava medicinski uređaj kom je potrebna zaštita od izvora svetlosti. Ovaj simbol takođe može značiti "Čuvati od uticaja toplote".
	Oprez: Označava da je neophodan oprez pri rukovanju uređajem ili upravljačem blizu mesta gde je simbol postavljen, ili da trenutna situacija zahteva svjesnost ili meru operatera kako bi se izbegle neželjene posledice.
	CE znak: Uređaj je usklađen sa važećim zahtevima postavljenim u ovoj odredbi i ostalim harmonizovanim zakonima Unije obezbeđenim za njegovo priključivanje, medicinsko sredstvo klase I.
	CE znak sa identifikacionim brojem imenovanog tela: Uređaj je usklađen sa važećim zahtevima postavljenim u ovoj odredbi i ostalim harmonizovanim zakonima Unije obezbeđenim za njegovo priključivanje, medicinska sredstva klase IIa, IIb, III.
	Samo za jednokratnu upotrebu: Označava medicinski uređaj koji je namenjen samo za jednu upotrebu ili za upotrebu na jednom pacijentu tokom jedne procedure.











 ili 	Rok upotrebe: Označava datum nakon kog se medicinski proizvod ne sme koristiti. Ovaj simbol prati datum koji označava da se medicinski proizvod ne sme koristiti nakon isteka prikazane godine, meseca ili dana. Datum je izražen u formatu GGGG-MM-DD (ili GGGG-MM).
	Serijski kod: Označava serijski kod proizvođača. Ovaj simbol prati serijski kod proizvođača pored simbola.
	Kataloški broj: Označava kataloški broj proizvođača (SKU). Ovaj simbol prati kataloški broj proizvođača pored simbola.
	Ovlašćeni predstavnik: Označava ovlaštenog predstavnika u Evropskoj zajednici, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj. "XX" je zamenjeno EU oznakom za Evropsku zajednicu, UK za Ujedinjeno Kraljevstvo ili CH za Švajcarsku.
	Izdaje se samo na recept: Oprez: Federalni zakon (SAD) ograničava da ovo sredstvo može da prodaje samo ovlašćeni lekar, ili da se prodaje na lekarski recept.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Pogledajte uputstva za upotrebu ili konsultujte elektronska uputstva za upotrebu: Ukazuje na potrebu da korisnik konsultuje uputstva za upotrebu. Ovaj simbol može biti popraćen elektronskom adresom veb-sajta Uputstva za upotrebu.
	Pogledajte uputstvo za upotrebu: Ukazuje na potrebu da korisnik pogleda uputstvo za upotrebu.
	Uputstvo za upotrebu zamene: Zamenite postojeće uputstvo za upotrebu najnovijom verzijom.






	Vidite priručnik/brošuru sa uputstvom: Da se naglasi da priručnik/brošura sa uputstvom mora obavezno da se pročita.
	Status odlaganja u otpadnim tokovima: Ne odlagati elektronske proizvode u generalni otpadni tok.
	Odlaganje baterija: Ne odlagati bateriju u komunalni otpad. Simbol označava da je potrebno odvojenoprikupljanje za baterije.
	Generalni simbol za regeneraciju/mogućnost reciklaže: Da se naznači da označeni artikal ili njegov materijal predstavlja deo procesa regeneracije ili reciklaže.
	Opšti znak upozorenja: Da naznači opšte upozorenje.
	Informacije: Označava gde možete doći do informacija.
	Distributer: Označava distributera proizvoda. Ovaj simbol treba da se koristi pored naziva i adrese distributera.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Uvoznik: Označava tijelo koji uvozi medicinski proizvod na lokalno tržište.
	Otvorena pakovanja se ne zamenjuju: Označava politiku da zamena otvorenih pakovanja nije dozvoljena.
	Pažljivo rukovati, ne bacati: Ukazuje na medicinsko sredstvo koje može da se polomi ili ošteti ako se njime nepažljivo rukuje, ne bacati.




	Lomljivo, pažljivo rukovati: Ukazuje na medicinsko sredstvo koje može da se polomi ili ošteti ako se njime nepažljivo rukuje.
	Držati u uspravnom položaju: Označava pravilan položaj pakovanja tokom transporta i/ili skladištenja.
	Medicinsko sredstvo: U skladu sa evropskom Regulacijom o medicinskim sredstvima. (MDR).
	Serijski broj: Označava serijski broj proizvođača. Ovaj simbol prati serijski broj proizvođača pored simbola.
	Količina: Navodi količinu proizvoda obuhvaćenu paketom.
	Sterilisirano zračenjem: Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano zračenjem.
	Rendgenski vidljivo
	Simbol materijala: Označava materijal ili supstancu sadržanu u proizvodu ili materijal od kog je proizvod napravljen. "XXX" se zamenjuje slovnim kodom materijala ili rečju.
	Lako zapaljivo: Medicinsko sredstvo sadrži supstance koje su lako zapaljive. Treba primeniti odgovarajuće mere opreza.
	Opasnost po zdravlje: Označava akutno toksično (štetno) nadražujuće sredstvo za kožu, oči ili respiratorni trakt. Pojačava osetljivost kože i opasno je po ozonski omotač.





	Ozbiljna opasnost po zdravlje: Ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje.
	Deo uređaja koji dolazi u kontakt s pacijentom, tip BF: Da se identifikuje deo uređaja koji dolazi u kontakt s pacijentom, tip BF, u skladu sa IEC 60601-1.
	Oprema II klase: Da se identifikuje oprema koja ispunjava bezbednosne zahteve naznačene za opremu II klase prema IEC 61140.
	Može da se sterilise do navedene temperature: Označava da se oprema može sterilisati do maksimalne temperature koja je naznačena.
	Može se sterilisati u parnom sterilizatoru (autoklavu) na navedenoj temperaturi: Označava da se instrument može sterilisati u parnom sterilizatoru (autoklavu).
	Ograničenje atmosferskog pritiska: Označava raspon atmosferskog pritiska kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrednosti atmosferskog pritiska.
	Ograničenje vlažnosti: Označava raspon vlažnosti kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrednosti vlažnosti.
	Rotaciono kretanje: Identifikuje kontrolu ili indikator za rotaciono kretanje.
	PCT Gost: Označava da je proizvod usaglašen sa GOST-R propisima. Gost: "Gosudarstvennyi Standard" ili ruski ekvivalent standardu ANSI.





	Nanomaterijal: Označava da medicinsko sredstvo sadrži nanomaterijale.
	Logotip CSA: Označava da je proizvod testiran u skladu sa važećim severnoameričkim standardima. CSA: Canadian Standard Association.
	Simbol UL: Označava da je proizvod usaglašen sa standardima UL (Underwriters Laboratories) za bezbednost proizvoda.
	Usklađeno sa zahtevima kompanije Underwriters Laboratories: Označava da komponenta zadovoljava standarde vezane za kvalitet koje je postavila kompanija Underwriters Laboratories u SAD-u i Kanadi.
	PAP 21 (čvrsti karton): Korišćenje ovog simbola je u skladu sa zakonom o ambalaži i on definiše materijal pakovanja. Krajnjem korisniku pomaže da identifikuje materijal kako bi ga vratio radi pravilne reciklaže.
	MET sertifikovano za SAD i Kanadu.
	Oznaka e-mark: Na unapred zapakovanim proizvodima koji se prodaju u bilo kojoj državi u EU na ambalaži moraju da se nalaze informacije koje se odnose na nominalnu količinu (težinu ili zapreminu) njihovog sadržaja. Primjeri unapred zapakovanih proizvoda uključuju: kozmetiku, proizvode za čišćenje, pića, prehrambene proizvode.



	Širina kaviteta (a) mora biti manja od 2/3 interkuspalnog rastojanja (b)		Ilustrovani tehnički vodič
	Lagano mešajte adheziv nastavkom aplikatora		Uputstvo za upotrebu
	5 sek. Odstranite rastvarač		Nalepnica za i-shade
	Snaga lampe za polimerizaciju i uputstvo za vreme polimerizacije		Cloud nijanse
	Snaga lampe za polimerizaciju		Paleta nijansi
	Vreme polimerizacije		Držać za paletu nijansi
	Vreme polimerizacije [s]		Compules® Tips Gun
	Vreme polimerizacije (s) i maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za omogućavanje pravilne polimerizacije		Compules® Tip
	Maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za omogućavanje pravilne polimerizacije		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Zatezač
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Pihvatnik
	AutoMatrix®: Matrične trake
	Nastavak aplikatora Mekani nastavak aplikatora
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Univerzalni prsten




	Palodent® V3: Kočić
	Palodent® V3: Štitnik kočića (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Klešta za pozicioniranje
	Palodent® V3: Zakrivljena pinceta
	X-Post®
	Papirni štapići
	Apsorbujuće pamučne rolne
	Špric
	Špric








	Špric
	Špric
	Špric
	Špric
	Špric za Conditioner
	Špric za mešanje
	Špric
	Špric Automix
	Intraoralni nastavci

	Nastavak šprica
	Igle aplikatora
	Nastavak aplikatora
	Igle aplikatora za DeTrey® Conditioner 36
	Kanila, sa silikonskim zaustavljačem
	Intraoralni nastavak za mešanje
	Nastavak za mešanje
	Kanila
	Držać za prst
	Uložak
	Nastavak za mešanje
	Nastavak za mešanje
	Intraoralni nastavci
	Tvrđi uložak
	Nastavak za mešanje

	Bajonetni prsten
	Tuba A/Tuba B
	Sud za aplikator
	CliXdish™
	Podloga za mešanje
	Merač za prah
	Kašičica
	Kutija baze/katalizatora
	Troslojna bočica sa preklupivim čepom
	Pojedinačna doza


 ili 	Bočica za adheziv
	Staklena bočica za tečnost
	Staklena bočica za prah
	Bočica za vodu
1 x 	1 kap
1 x 	1 kašičica
 :  	Doziranje: kašičice : kapi
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Baza za punjenje

	SmartLite® Focus®: Punjiva baterija
	SmartLite® Focus®: Štitnici za oko
	SmartLite®: Rukavi
	SmartLite® Focus®: Konektor za napajanje uklj. adaptore
	Kutija za nadopunu

Doziranje		Izravnajte prah bez pritiskanja
		2 x 25 ml praha
		34 ml H ₂ O
		Srednja posuda
Rukovanje		Istresite prah u sud tako što ćete najmanje dvaput preokrenuti kutiju
		Mešajte maks. 30 sek.
		Vreme obrade maks. 1 min.
		Vreme stvrdnjavanja min. 1 min.

	Proizvođač: Označava ovlaštenog proizvođača medicinskog uređaja [za medicinski uređaj]. Označava proizvođača paketa procedura [za paket procedura].
 ili 	Držati na suhom: Označava medicinski uređaj koji treba zaštititi od vlage.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturna granica: Označava granice temperature kojima medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti temperature.
	Držite dalje od sunčeve svjetlosti: Označava medicinski uređaj kojem je potrebna zaštita od izvora svjetlosti. Ovaj simbol također može značiti "Čuvati od uticaja toplote".
	Oprez: Označava da je neophodan oprez pri rukovanju uređajem ili upravljačem blizu mjesta gdje je simbol postavljen, ili da trenutna situacija zahtijeva svjesnost ili mjeru operatera kako bi se izbjegle neželjene posljedice.
	CE oznaka: Uređaj je usklađen s važećim zahtjevima navedenim u ovoj Odredbi i drugim važećim zakonima o harmonizaciji u Evropskoj uniji a koji se tiču pričvršćivanja ove oznake na medicinske uređaje klase I.
	CE oznaka s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela: Uređaj je usklađen s važećim zahtjevima navedenim u ovoj Odredbi i drugim važećim zakonima o harmonizaciji u Evropskoj uniji a koji se tiču pričvršćivanja ove oznake na medicinske uređaje klase IIa, IIb, III.
	Samo za jednokratnu upotrebu: Označava medicinski uređaj koji je namijenjen samo za jednu upotrebu ili za upotrebu na jednom pacijentu tokom jedne procedure.









 ili 	Rok upotrebe: Označava datum nakon kog se medicinski proizvod ne smije koristiti. Ovaj simbol prati datum koji označava da se medicinski proizvod ne smije koristiti nakon isteka prikazane godine, mjeseca ili dana. Datum je izražen u formatu GGGG-MM-DD (ili GGGG-MM).
	Serijski kod: Označava serijski kod proizvođača. Ovaj simbol prati serijski kod proizvođača pored simbola.
	Kataloški broj: Označava kataloški broj proizvođača (SKU). Ovaj simbol prati kataloški broj proizvođača pored simbola.
	Ovlašteni predstavnik: Označava ovlaštenog predstavnika u Evropskoj zajednici, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj. "XX" je zamijenjeno EU oznakom za Evropsku zajednicu, UK za Ujedinjeno Kraljevstvo ili CH za Švajcarsku.
	Upotreba samo uz recept: Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja samo zdravstvenim radnicima ili po njihovom nalogu.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Pogledajte uputstva za upotrebu ili konsultujte elektronska uputstva za upotrebu: Ukazuje na potrebu da korisnik konsultuje uputstva za upotrebu. Ovaj simbol može biti popraćen elektronskom adresom web-stranice Uputstva za upotrebu.
	Konsultirajte uputstva za upotrebu: Označava potrebu da korisnik konsultira uputstva za upotrebu.
	Upute za upotrebu zamjene: Molimo zamijenite postojeće Upute za upotrebu najnovijom verzijom.






	Pogledati priručnik/knjižicu s uputstvima: Označava da se mora pročitati priručnik/knjižica s uputstvima.
	Status odlaganja tokova otpada: Elektronski proizvodi se ne smiju odlagati u opći tok otpada.
	Odlaganje baterija: Baterija se ne smije odlagati u komunalni otpad. Simbol označava da je potrebno zasebno sakupljanje baterija.
	Opći simbol za oporavak/recikliranje: Označava da je označeni artikal ili njegov materijal dio procesa oporavka ili recikliranja.
	Opći znak upozorenja: Predstavlja opće upozorenje.
	Informacije: Označava gdje možete doći do informacija.
	Distributer: Označava distributera proizvoda. Ovaj simbol treba se koristiti pored naziva i adrese distributera.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Uvoznik: Označava subjekt koji uvozi medicinski uređaj na lokalno tržište.
	Zamjena otvorenih pakovanja se ne vrši: Označava politiku da zamjena otvorenih pakovanja nije dozvoljena.
	Pažljivo rukovati, ne odmrzavati: Označava medicinski uređaj koji se može slomiti ili oštetiti ako se njime pažljivo ne rukuje; ne odmrzavati.






	Lomljivo, pažljivo rukovati: Označava medicinski uređaj koji se može slomiti ili oštetiti ako se njime pažljivo ne rukuje.
	Držati u uspravnom položaju: Označava pravilan položaj pakovanja tokom transporta i/ili skladištenja.
	Medicinsko sredstvo: Prema Evropskoj uredbi o medicinskim sredstvima (MDR)
	Serijski broj: Označava serijski broj proizvođača. Ovaj simbol prati serijski broj proizvođača pored simbola.
	Količnia: Označava količinu proizvoda navedenog na pakovanju.
	Sterilisirano zračenjem: Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano zračenjem.
	Radionepropusno
	Simbol materijala: Označava materijal ili supstancu sadržanu u proizvodu ili materijal od kojeg je proizvod napravljen. "XXX" se zamjenjuje slovnim kodom materijala ili riječju.
	Jako zapaljivo: Medicinski uređaj sadrži materijale koji su jako zapaljivi. Potrebno je poduzeti odgovarajuću oprez.
	Opasnost po zdravlje: Označava akutno toksično (štetno) nadražujuće sredstvo za kožu, oči ili respiratorni trakt. Pojačava osjetljivost kože i opasno je po ozonski omotač.









	Ozbiljna opasnost po zdravlje: Ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje.
	Primijenjeni dio tipa BF: Označava primijenjeni dio tipa BF koji je u skladu sa standardom IEC 60601-1.
	Oprema klase II: Označava opremu koja ispunjava sigurnosne standarde navedene za opremu klase II prema standardu IEC 61140.
	Može se sterilisati do navedene temperature: Označava da se oprema može sterilisati do maksimalne temperature koja je naznačena.
	Može se sterilisati u parnom sterilizatoru (autoklavu) na navedenoj temperaturi: Označava da se instrument može sterilisati u parnom sterilizatoru (autoklavu).
	Ograničenje atmosferskog pritiska: Označava raspon atmosferskog pritiska kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti atmosferskog pritiska.
	Ograničenje vlažnosti: Označava raspon vlažnosti kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti vlažnosti.
	Rotaciono kretanje: Identifikuje kontrolu ili indikator za rotaciono kretanje.
	PCT Gost: Označava da je proizvod usaglašen s GOST-R propisima. Gost: "Gosudarstvennyi Standard" ili ruski ekvivalent standardu ANSI.






	Nanomaterijal: Označava da medicinsko sredstvo sadrži nanomaterijale.
	Logotip CSA: Označava da je proizvod testiran u skladu s važećim sjevernoameričkim standardima. CSA: Canadian Standard Association.
	Simbol UL: Označava da je proizvod usaglašen sa standardima UL (Underwriters Laboratories) za sigurnost proizvoda.
	U skladu sa standardima Underwriters Laboratories: Označava da je komponenta zadovoljila standarde kvaliteta koje propisuje kompanija Underwriters Laboratories u SAD-u i Kanadi.
	PAP 21 (čvrsti karton): Upotreba ovog simbola podliježe zakonu o pakiranju i definira materijal za pakiranje. Pomaže krajnjem korisniku da identificira materijal i vrati ga u ispravan ciklus recikliranja.
	MET certifikat za SAD i Kanadu.
	Oznaka e: Unaprijed pakirani (ili prethodno pakirani) proizvodi koji se prodaju u bilo kojoj zemlji EU-a moraju na pakovanju navesti nazivnu količinu (težinu ili zapreminu) sadržaja. Primjeri unaprijed pakiranih proizvoda uključuju: kozmetiku, sredstva za čišćenje, pića, hranu.





	Širina šupljine (a) mora biti manja od 2/3 interkuspidacijskog rastojanja (b)		Ilustrovani tehnički priručnik
	Lagano promiješajte ljepilo vrhom aplikatora		Uputstvo za upotrebu
	5 s Uklonite otapalo		i-shade oznaka
	Izlazna energija lampe za stvrdnjavanje i uputstvo za vrijeme stvrdnjavanja		Cloud nijanse
	Izlazna energija lampe za stvrdnjavanje		Vodič za nijanse
	Vrijeme stvrdnjavanja		Držač za vodič za nijanse
	Vrijeme stvrdnjavanja [s]		Compules® Tips Gun
	Vrijeme stvrdnjavanja (s) i maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za pravilno stvrdnjavanje		Compules® Tip
	Maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje za pravilno stvrdnjavanje		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Uređaj za zatezanje
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Priključak
	AutoMatrix®: Trakaste matrice
	Vrh aplikatora Četkasti vrh aplikatora
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Univerzalni prsten




	Palodent® V3: Kočić
	Palodent® V3: Štitnik kočica (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Kliješta za postavljanje
	Palodent® V3: Pinceta za postavljanje
	X-Post®
	Papirnati šiljci
	Upijajući pamučni tam- poni Length 37 mm
	Šprica
	Šprica






	Šprica
	Šprica
	Šprica
	Šprica
	Šprica sa sredstvom Conditioner
	Šprica za miješanje
	Šprica
	Šprica sa sredstvom Automix
	Intraoralni vrhovi

	Vrh šprice
	Igle aplikatora
	Vrh aplikatora
	Igle aplikatora za DeTrey® Conditioner 36
	Kanila, sa silikonskim graničnikom
	Intraoralni vrh za miješanje
	Vrh za miješanje
	Kanila
	Držač za prst
	Uložak
	Vrh za miješanje
	Vrh za miješanje
	Intraoralni vrhovi
	Tvrđi uložak
	Vrh za miješanje

	Prsten za zaključavanje
	Tuba A/Tuba B
	Posuda za aplikatore
	CliXdish™
	Podloga za miješanje
	Mjerica za prašak
	Mjerica
	Kutija s bazom/katalizatorom
	Troslojna boca sa preklapnim poklopcem
	Jedna doza



	Bočica s ljepilom
	Staklena bočica za tečnost
	Staklena bočica za prašak
	Bočica za doziranje vode
	1 kap
	1 mjerica
	Doza: mjerice : kapi
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Baza za punjenje

	SmartLite® Focus®: Paket punjivih baterija
	SmartLite® Focus®: Štitnici za oči
	SmartLite®: Navlake
	SmartLite® Focus®: Priključak za napajanje uklj. adaptere
	Pakiranje za ponovno punjenje

Doziranje		Izravnajte prašak bez pritiska
		2 x 25 ml praška
		34 ml H ₂ O
		Srednja kašika
Rukovanje		Razrahlite prašak u spremniku okretanjem kutije najmanje dva puta
		Miješajte maks. 30 s
		Vrijeme rukovanja maks. 1 min
		Vrijeme stvrdnjavanja min. 1 min

	Proizvođač: Označava ovlaštenog proizvođača medicinskog uređaja [za medicinski uređaj]. Označava proizvođača paketa procedura [za paket procedura].
 ili 	Držati na suvom: Označava medicinski uređaj koji treba zaštititi od vlage.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Temperaturna granica: Označava granice temperature kojima medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti temperature.
	Držite dalje od sunčeve svjetlosti: Označava medicinski uređaj kojem je potrebna zaštita od izvora svjetlosti. Ovaj simbol također može značiti "Čuvati od uticaja toplote".
	Oprez: Označava da je neophodan oprez pri rukovanju uređajem ili upravljačem blizu mjesta gdje je simbol postavljen, ili da trenutna situacija zahtijeva svjesnost ili mjeru operatera kako bi se izbjegle neželjene posljedice.
	Oznaka CE: Sredstvo je u skladu s važećim zahtjevima utvrđenim ovim propisom i drugim zakonskim aktima Unije o usklađivanju kojim se propisuje stavljanje ove oznake, medicinska sredstva klase I.
	Oznaka CE sa identifikacionim brojem prijavljenog tijela: Sredstvo je u skladu s važećim zahtjevima utvrđenim ovim propisom i drugim zakonskim aktima Unije o usklađivanju kojim se propisuje stavljanje ove oznake, medicinska sredstva klase IIa, IIb, III.
	Samo za jednokratnu upotrebu: Označava medicinski uređaj koji je namijenjen samo za jednu upotrebu ili za upotrebu na jednom pacijentu tokom jedne procedure.










 ili 	Rok upotrebe: Označava datum nakon kog se medicinski proizvod ne smije koristiti. Ovaj simbol prati datum koji označava da se medicinski proizvod ne smije koristiti nakon isteka prikazane godine, mjeseca ili dana. Datum je izražen u formatu GGGG-MM-DD (ili GGGG-MM).
	Serijski kod: Označava serijski kod proizvođača. Ovaj simbol prati serijski kod proizvođača pored simbola.
	Kataloški broj: Označava kataloški broj proizvođača (SKU). Ovaj simbol prati kataloški broj proizvođača pored simbola.
	Ovlašćeni predstavnik: Označava ovlaštenog predstavnika u Evropskoj zajednici, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj. "XX" je zamijenjeno EU oznakom za Evropsku zajednicu, UK za Ujedinjeno Kraljevstvo ili CH za Švajcarsku.
	Prodaja samo na recept: Oprez: Prema Saveznom zakonu (SAD), ovo sredstvo može da prodaje samo ovlašćeni ljekar ili se može prodavati samo po njegovom nalogu.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Pogledajte uputstva za upotrebu ili konsultujte elektronska uputstva za upotrebu: Ukazuje na potrebu da korisnik konsultuje uputstva za upotrebu. Ovaj simbol može biti popraćen elektronskom adresom veb-sajta Uputstva za upotrebu.
	Pogledajte uputstvo za upotrebu: Znači da korisnik treba da pogleda uputstvo za upotrebu.
	Upute za korištenje zamjene: Zamijenite postojeće upute za uporabu s najnovijom verzijom.






	Pogledajte uputstvo za upotrebu/brošuru: Znači da se mora pročitati uputstvo za upotrebu/brošura.
	Status odlaganja u zajednički otpad: Ne bacajte elektronsku opremu zajedno sa ostalim otpadom.
	Odlaganje baterije: Ne bacajte bateriju u komunalni otpad. Simbol označava da je za bateriju predviđeno odvojeno sakupljanje.
	Opšti simbol za oporavak/reciklažu: Označava da se obilježeni predmet ili njegov materijal nalazi u procesu oporavka ili reciklaže.
	Opšti znak upozorenja: Označava opšte upozorenje.
	Informacije: Označava gdje možete doći do informacija.
	Distributer: Označava distributera proizvoda. Ovaj simbol koristi se pored naziva i adrese distributera.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Uvoznik: Označava subjekt koji uvozi medicinsko sredstvo na predmetno tržište.
	Zamjena otvorenih pakovanja se ne vrši: Označava politiku da zamjena otvorenih pakovanja nije dozvoljena.
	Rukujte pažljivo, ne bacajte: Označava medicinsko sredstvo koje se može polomiti ili oštetiti u slučaju nepažljivog rukovanja, ne bacajte ga.




	Lomljivo, rukujte pažljivo: Označava medicinsko sredstvo koje se može polomiti ili oštetiti u slučaju nepažljivog rukovanja.
	Držati u uspravnom položaju: Označava pravilan položaj pakovanja tokom transporta i/ili skladištenja.
	Medicinski uređaj: Prema Evropskoj uredbi o medicinskim proizvodima (MDR)
	Serijski broj: Označava serijski broj proizvođača. Ovaj simbol prati serijski broj proizvođača pored simbola.
	Količina: Označava količinu proizvoda koju sadrži pakovanje.
	Sterilisirano zračenjem: Označava medicinsko sredstvo koje je sterilisano zračenjem.
	Radiopaktnan
	Simbol materijala: Označava materijal ili tvar sadržanu u proizvodu ili materijal od kojeg je proizvod izrađen. "XXX" se zamjenjuje slovnim kodom materijala ili riječju.
	Veoma lako zapaljivo: Medicinsko sredstvo sadrži veoma lako zapaljive materijale. Potrebno je primijeniti odgovarajuće mjere opreza.
	Opasnost po zdravlje: Označava akutno toksično (štetno) sredstvo nadražujuće za kožu, oči ili respiratorni trakt. Pojačava osjetljivost kože i opasno je po ozonski omotač.





	Ozbiljna opasnost po zdravlje: Ukazuje na ozbiljnu opasnost po zdravlje.
	Primjenjeni dio tipa BF: Identifikuje primjenjeni dio tipa BF u skladu sa standardom IEC 60601-1.
	Oprema klase II: Identifikuje opremu koja ispunjava bezbjednosne zahteve definisane za opremu klase II prema standardu IEC 61140.
	Može se sterilisati do navedene temperature: Označava da se oprema može sterilisati do navedene maksimalne temperature.
	Može da se steriliše u parnom sterilizatoru (autoklavu) na navedenoj temperaturi: Označava da se instrument može sterilisati u parnom sterilizatoru (autoklavu).
	Ograničenje atmosferskog pritiska: Označava raspon atmosferskog pritiska kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti atmosferskog pritiska.
	Ograničenje vlažnosti: Označava raspon vlažnosti kom medicinski uređaj može biti izložen. Ovaj simbol prate vrijednosti vlažnosti.
	Rotaciono kretanje: Identifikuje kontrolu ili indikator za rotaciono kretanje.
	PCT Gost: Označava da je proizvod usaglašen sa propisima GOST-R. Gost: "Gosudarstvennyi Standard" ili ruski ekvivalent standardu ANSI.





	Nanomaterijal: Označava da medicinsko sredstvo sadrži nanomaterijale.
	Logotip CSA: Označava da je proizvod testiran u skladu sa važećim sjevernoameričkim standardima. CSA: Canadian Standard Association.
	Simbol UL: Označava da je proizvod usaglašen sa standardima UL (Underwriters Laboratories) za bezbjednost proizvoda.
	U skladu sa standardima Underwriters Laboratories: Označava da je komponenta ispunila standarde kvaliteta koje propisuje laboratorija Underwriters Laboratories u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
	PAP 21 (čvrsti karton): Upotreba ovog simbola je u skladu sa Zakonom o ambalaži i definiše ambalažni materijal. Pomaže krajnjem korisniku da prepozna materijal i pravilno ga odloži u odgovarajući reciklažni tok.
	MET sertifikat: Potvrđuje da proizvod ispunjava sigurnosne standarde za SAD i Kanadu.
	e-oznaka: Unaprijed upakovani (ili prethodno upakovani) proizvodi koji se prodaju u bilo kojoj zemlji Evropske unije (EU) moraju na ambalaži sadržati podatke koji navode nominalnu količinu (težinu ili zapreminu) njihovog sadržaja. Primjeri prethodno upakovanih proizvoda uključuju: kozmetiku, sredstva za čišćenje, pića, hranu.



	Širina šupljine (a) mora biti manja od 2/3 interkuspalnog rastojanja (b)		Ilustrovani tehnički priručnik
	Lagano izmješajte lijevak vrhom aplikatora		Uputstvo za upotrebu
	5 sekundi Uklonite rastvarač		i-shade etiketa
	Uputstvo za polimerizaciju svjetlosne energije i vremenu sušenja		Cloud nijanse
	Stvrdnjavanje svjetlosne energije		Vodič za nijanse
	Vrijeme polimerizacije		Držač vodiča za nijanse
	Vrijeme polimerizacije [s]		Compules® Tips Gun
	Vrijeme (s) polimerizacije i maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje kako bi se omogućila pravilna polimerizacija.		Compules® Tip
	Maksimalna debljina sloja (mm) materijala za punjenje kako bi se omogućila pravilna polimerizacija		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsula
	AutoMate® III: Uređaj za zatezanje
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Posudica za hvatanje
	AutoMatrix®: Matrične trake
	Vrh aplikatora Štampani vrh aplikatora
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Univerzalni prsten




	Palodent® V3: Klin
	Palodent® V3: Klinasti štitnik (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Hvataljke za postavljanje
	Palodent® V3: Pinceta za klinove
	X-Post®
	Papirne tačkice
	Pamučni valjčići (upija- jući)
	Špric
	Špric






	Špric
	Špric
	Špric
	Špric
	Špric za Conditioner
	Špric za miješanje
	Špric
	Špric za Automix
	Intra oralni vrhovi

	Vrh šprica
	Igle za aplikatore
	Nastavak za nanošenje
	Aplikacione igle za DeTrey® Conditioner 36
	Kanila sa silikonskim graničnikom
	Intraoralni nastavak za miješanje
	Nastavak za miješanje
	Kanila
	Držač za prste
	Kartuša
	Nastavak za miješanje
	Nastavak za miješanje
	Intra oralni vrhovi
	Čvrsta kartuša
	Nastavak za miješanje


	Bajonetski prsten
	Tuba A/Tuba B
	Posudica za nanošenje
	CliXdish™
	Podloga za miješanje
	Mjera u prahu
	Mjerica (za prah)
	Kutija sa bazom/katalizatorom
	Troslojna flaša sa poklopcem
	Jedna doza


	Lepljiva flaša
	Staklena flaša za tečnost
	Staklena flaša za prah
	Flaša za raspršivanje vode
	1 kap
	1 mjera
	Doziranje: Mjere : kapi
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Baza za punjenje


	SmartLite® Focus®: Punjivi baterijski uložak
	SmartLite® Focus®: Zaštitni štitnici za oči
	SmartLite®: Navlake
	SmartLite® Focus®: Strujni priključak sa adapterom
	Kutija za dopunu


Doziranje		Poravnaj prah bez pritiska
		2 x 25 ml praha
		34 ml H ₂ O
		Srednja kašika
Rukovanje		Rahliti prah u posudi tako što se kutija okrene najmanje dva puta
		Miješati najviše 30 sekundi
		Najviše 1 minut vremena za rad
		Najmanje 1 minut vremena za stvrdnjavanje

Shpjegim i simboleve të përdorura nga Dentsply Sirona

	Prodhuesi: Tregon prodhuesin e ligjshëm të pajisjes mjekësore [për një pajisje mjekësore]. Tregon prodhuesin e paketës së procedurës [për një paketë procedurash].
 ose 	Të ruhet në vend të thatë: Tregon një pajisje mjekësore që duhet të mbrohet nga lagështia.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Kufijtë e temperaturës: Tregon kufijtë e temperaturës në të cilët pajisja mjekësore mund të ekspozohet në mënyrë të sigurt. Ky simbol shoqërohet nga vlerat e temperaturës.
	Mbajeni larg dritës së diellit: Tregon një pajisje mjekësore që ka nevojë të mbrohet nga burimet e dritës. Ky simbol mund të ketë edhe kuptimin "Mbajeni larg nxehtësisë".
	Kujdes: Tregon se nevojitet kujdes kur përdorni pajisjen ose kontrolloni afër vendit ku është vendosur simboli apo se situata aktuale ka nevojë për ndërjegjësimin e operatorit ose veprimin e tij për të shmangur pasojat e padëshiruara.
	Markimi CE: Pajisja është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të përcaktuara në këtë Rregullore dhe me legjislacionin tjetër të harmonizimit të Bashkimit që parashikon qëllimin e saj, pajisje mjekësore të Klasit I.
	Markimi CE me numrin e identifikimit të Organit të Notifikuar: Pajisja është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të përcaktuara në këtë Rregullore dhe me legjislacionin tjetër të harmonizimit të Bashkimit që parashikon qëllimin e saj, pajisje mjekësore e Klasës IIa, IIb, III.










	Mos e ripërdorni: Tregon një pajisje mjekësore që është menduar për një përdorim të vetëm ose për përdorim të një pacient i vetëm gjatë një procedure të vetme.
 ose 	Data e përdorimit: Tregon datën pas së cilës pajisja mjekësore nuk duhet të përdoret. Ky simbol shoqërohet me një datë që tregon se pajisja mjekësore nuk duhet të përdoret pas fundit të vitit, muajit ose ditës së treguar. Data shprehet në formatin YYYY-MM-DD (ose YYYY-MM).
	Kodi i lotit: Tregon kodin e lotit të prodhuesit. Ky simbol shoqërohet nga kodi i lotit të prodhuesit ngjitur me simbolin.
	Numri i katalogut: Tregon numrin e katalogut të prodhuesit (SKU). Ky simbol shoqërohet nga numri i katalogut të prodhuesit ngjitur me simbolin.
	Përfaqësuesi i autorizuar: Identifikon përfaqësuesin e autorizuar në Komunitetin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar ose Zvicër. "XX" zëvendësohet me EU për Komunitetin Evropian, UK për Mbretërinë e Bashkuar, ose CH për Zvicrën.
	Përdorim vetëm me rekomandim: Kujdes: Sipas ligjit federal (SHBA), kjo pajisje mund të shitet vetëm nga ose me urdhër të një profesioni të licencuar të kujdesit shëndetësor.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Konsultohuni me udhëzimet e përdorimit ose konsultohuni me udhëzimet elektronike të përdorimit: Tregon nevojën që përdoruesi të konsultohet me udhëzimet e përdorimit. Ky simbol mund të shoqërohet nga adresa e faqes së internetit e udhëzimeve elektronike të përdorimit.






	Drejtojuni udhëzimeve të përdorimit: Tregon nevojën që përdoruesi t'i drejtohet udhëzimeve të përdorimit.
	Udhëzimet për zëvendësimin e përdorimit: Ndryshoni Udhëzimet që keni në përdorim me verzionin më të ri të udhëzimeve.
	Referojuni manualit/broshurës së udhëzimeve: Do të thotë se duhet të lexohet manuali/ broshura e udhëzimeve.
	Statusi i asgjësimit në ciklin e mbetjeve: Mos i asgjësoni produktet elektronike në ciklin e mbetjeve të përgjithshme.
	Asgjësimi i baterisë: Mos e asgjësoni baterinë në mbetjet komunale. Simboli tregon se kërkohet grumbullim i diferencuar për baterinë.
	Simbol i përgjithshëm për rikuperimin/riciklueshmërinë: Për të treguar se artikulli i shënuar ose materiali i tij është pjesë e një procesi rikuperimi ose riciklimi.
	Shenjë paralajmërimi të përgjithshëm: Për të treguar një paralajmërim të përgjithshëm.
	Informacion: Tregon se ku duhet të merret informacioni.
	Distributori: Identifikon distributorin e një produkti. Ky simbol duhet të përdoret pranë emrit dhe adresës së distributorit.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Importuesi: Tregon subjektin që importon pajisjen mjekësore në vendndodhje.




	Paketimet e hapura nuk zëvendësohen: Tregon që, sipas rregullores së kthimit, paketimet e hapura nuk zëvendësohen.
	Mbajeni me kujdes, mos e hidhni: Tregon një pajisje mjekësore që mund të thyhet ose dëmtohet nëse nuk mbahet me kujdes, mos e hidhni.
	Mund të thyhet, trajtojeni me kujdes: Tregon një pajisje mjekësore që mund të thyhet ose të dëmtohet nëse nuk trajtohet me kujdes.
	Mbajeni vertikalisht: Tregon pozicionimin e duhur të paketimit gjatë transportit dhe/ose magazinimit.
	Pajisje mjekësore: Në përputhje me Rregulloren Evropiane për Pajisjet Mjekësore (MDR)
	Numri serial: Tregon numri serial të prodhuesit. Ky simbol shoqërohet nga numri serial i prodhuesit ngjitur me simbolin.
	Sasia: Tregon sasinë e produktit të përfshirë në paketim.
	Sterilizuar me rrezatim: Tregon një pajisje mjekësore që është sterilizuar me rrezatim.
	Radiopak
	Simboli i materialit: Identifikon një material ose substancë në një produkt ose material nga i cili është prodhuar produkti. "XXX" zëvendësohet me kodin me shkronja të materialit ose me një fjalë.
	Tejet i ndezshëm: Pajisja mjekësore përmban materiale që janë tejet të ndezshme. Duhet të tregohet kujdesi i duhur.






	Rrezik për shëndetin: Tregon që është toksike akute (e ose dëmshme) irrituese për lëkurën, sytë ose rrugët e frymëmarrjes. Sensibilizuese ndaj lëkurës dhe e rrezikshme për shtresën e ozonit.
	Rrezik serioz për shëndetin: Tregon një rrezik serioz për shëndetin.
	Pjesë e aplikuar e tipit BF: Për të identifikuar një pjesë të aplikuar të tipit BF që përputhet me IEC 60601-1.
	Pajisje e Klasës II: Për të identifikuar pajisjet që plotësojnë kërkesat e sigurisë të specifikuara për pajisjet e Klasës II sipas IEC 61140.
	E sterilizueshme deri në temperaturën e specifikuar: Tregon se pajisja mund të sterilizohet deri në një temperaturë maksimale, siç tregohet.
	E sterilizueshme në sterilizues me avull (autoklavë) në temperaturën e specifikuar: Tregon se instrumenti është i sterilizueshëm në një sterilizues me avull (autoklavë) në temperaturën e specifikuar.
	Kufijtë e presionit atmosferik: Tregon intervalin e presionit atmosferik në të cilin pajisja mjekësore mund të ekspozohet në mënyrë të sigurt. Ky simbol shoqërohet nga vlerat e presionit atmosferik.
	Kufijtë e lagështisë: Tregon intervalin e lagështisë në të cilin pajisja mjekësore mund të ekspozohet në mënyrë të sigurt. Ky simbol shoqërohet nga vlerat e lagështisë.
	Lëvizje rrotulluese: Tregon kontrollin ose treguesin për lëvizjen rrotulluese.




	PCT Gost: Tregon se produkti është në përputhje me rregulloret e GOST-R. Gost: Standardet Gosudarstvennyy ose ekuivalenti rus i ANSI-t.
	Nanomaterial: Tregon se një pajisje përmban nanomateriale.
	Logoja CSA: Tregon se produkti është testuar sipas kërkesave të standardeve të zbatueshme në Amerikën e Veriut. CSA: Canadian Standard Association (Shoqata Kanadeze e Standardeve).
	Simboli UL: Tregon që produkti është në përputhje me standardet UL (Underwriters Laboratories) për sigurinë e produktit.
	Në pajtueshmëri me Underwriters Laboratories: Tregon se komponenti ka përmbushur standardet e cilësisë të dhëna nga Underwriters Laboratories në SHBA dhe Kanada.
	PAP 21 (Karton i fortë): Përdorimi i këtij simboli është objekt i ligjit për ambalazhimin dhe përcakton materialin e ambalazhimit. Ai ndihmon përdoruesin fundor të identifikojë materialin dhe ta kthejë atë në ciklin e duhur të riciklimit.
	I certifikuar nga MET për SHBA-në dhe Kanadanë.
	Shenja “e”: Produktet e ambalazuara paraprakisht (ose të paketuara paraprakisht) që shiten në çdo shtet të BE-së (EU) duhet të japin informacion në ambalazh, duke specifikuar sasinë nominale (peshën ose vëllimin) të përmbajtjes së tyre. Shembuj të produkteve të ambalazuara paraprakisht përfshijnë: produktet kozmetike, produktet e pastrimit, pijet, ushqimet.





	Gjerësia e kavitetit (a) duhet të jetë më e vogël se 2/3 e largësisë interkuspitale (b)		Udhëzues teknik i ilustruar
	Përzijeje adezivin lehtë me majën e spatulës		Udhëzime përdorimi
	5 sek Shpëlaje tretësin		Etiketa i-shade
	Energjia e çliruar nga llampa e polimerizimit dhe udhëzimet mbi kohën e polimerizimit		Nuanca Cloud
	Energjia e çliruar nga llampa e polimerizimit		Çelës ngjyrash
	Koha e polimerizimit		Kutia e çelësit të ngjyrave
	Koha e polimerizimit [s]		Compules® Tips Gun
	Koha e polimerizimit (s) dhe trashësia maksimale e shtresës (mm) së materialit mbushës për të përfutur polimerizim të saktë		Compules® Tip
	Trashësia maksimale e shtresës (mm) së materialit mbushës për të përfutur polimerizim të saktë		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Kapsulë
	AutoMate® III: Pajisje shtrëngimi
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Tabaka mbledhëse
	AutoMatrix®: Shirita matrice
	Furçë adezivi Grup furçash adezivi
	Palodent® V3: Matricë
	Palodent® V3: Unazë universale




	Palodent® V3: Pykë
	Palodent® V3: Mbrojtëse pyke (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Pinca për vendosje
	Palodent® V3: Pincetë për kunjë
	X-Post®
	Konë absorbentësh
	Rule pambuku përthithës
	Shiringë
	Shiringë







	Shiringë
	Shiringë
	Shiringë
	Shiringë
	Shiringë Conditioner
	Shiringë për përzierje
	Shiringë
	Shiringë Automix
	Kanjula për përdorim intraoral

	Majë shiringë
	Kanjula materialesh fluide
	Majë aplikatori
	Majë aplikatori për DeTrey® Conditioner 36
	Kanjulë, me tapë silikon
	Majë përzierëse intraorale
	Majë përzierëse
	Kanjulë
	Kapëse gishti
	Fishek
	Majë përzierëse
	Majë përzierëse
	Kanjula për përdorim intraoral
	Fishek solid
	Majë përzierëse


	Unazë me bajonetë
	Tubeti A/Tubeti B
	Enë aplikatori
	CliXdish™
	Bllok për përzierje materialesh
	Njësi matëse për pluhurin
	Lugë
	Kuti baze/Katalizator
	Shishe me tri shtresa dhe kapak flip-top
	Dozë një- përdorimëshe

	Shishe adezivi
	Shishe qelqi për likid
	Shishe qelqi për pluhur
	Shishe për aplikim uji
	1 pikë
	1 lugë
	Doza: lugë : pikë
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Baza e karikimit


	SmartLite® Focus®: Paketa e baterisë së karikueshme
	SmartLite® Focus®: Mbrojtëset okulare
	SmartLite®: Qeset mbrojtëse
	SmartLite® Focus®: Ushqyesi përfshirë përshtatësit
	Kutia e rimbushjes


Dozimi		Niveloni pluhurin pa e shtypur
		2 x 25 ml pluhur
		34 ml H₂O
		Lugë mesatare
Përdorimi		Lirojeni pluhurin duke e kthyer kutinë përmbys të paktën dy herë
		Përziejeni për maks. 30 sek.
		Koha e punimit maks. 1 min.
		Koha e forcimit min. 1 min.






Пояснение на символите, използвани от Dentsply Sirona


	Производител: Показва законния производител на медицинското изделие [за медицинско изделие]. Показва производителя на набора медицински изделия [за набор медицински изделия].
 или 	Да се пази от влага: Показва медицинско изделие, което трябва да бъде защитено от влага.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Температурно ограничение: Показва температурните граници, до които медицинското изделие може да се излага безопасно. Този символ е съпътстван от температурни стойности.
	Да се пази от слънчева светлина: Показва медицинско изделие, което трябва да бъде защитено от източници на светлина. Този символ може да означава също „Да се пази от топлина“.
	Внимание: Показва, че е необходимо внимание при работа с изделието или управление в близост до мястото, където е поставен символът, или че настоящата ситуация налага осведоменост или действие на оператора, за да се предотвратят нежелани последици.
	Европейска маркировка за съответствие (CE): Изделието съответства на приложимите изисквания, изложени в настоящия регламент, и други приложими закони на Съюза за хармонизация, предвиждащи нейното нанасяне, медицински изделия от клас I.
	Европейска маркировка за съответствие (CE) с идентификационен номер на нотификационния орган: Изделието съответства на приложимите изисквания, изложени в настоящия регламент, и други приложими закони на Съюза за хармонизация, предвиждащи нейното нанасяне, медицински изделия от клас IIa, IIb, III.









	Да не се използва повторно: Показва медицинско изделие, което е предназначено само за еднократна употреба или за употреба само върху един пациент по време на еднократна процедура.
 или 	Срок на годност: Показва датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва. Този символ е съпътстван от дата, указваща. Че медицинското изделие не трябва да се използва след края на показаните година, месец или ден. Датата е във формат ГГГГ-ММ-ДД (или ГГГГ-ММ).
	Партиден код: Показва партидният код на производителя. Този символ е съпътстван от партидният код на производителя непосредствено до символа.
	Каталожен номер: Показва каталожния номер на производителя (SKU). Този символ е съпътстван от каталожния номер на производителя непосредствено до символа.
	Упълномощен представител: Показва упълномощения представител в Европейската общност, Обединеното кралство или Швейцария. „XX“ се заменя с EU за Европейската общност, UK за Обединеното кралство или CH за Швейцария.
	Само по лекарско предписание: Внимание: Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по заявка на лицензирани здравни специалисти.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Направете справка в инструкциите за употреба или електронните инструкции за употреба: Показва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба. Този символ може да е съпътстван от адреса на уеб страницата с електронните инструкции за употреба.






	Направете справка в инструкциите за употреба: Показва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба.
	Инструкции за употреба замяна: Моля, подновете наличните инструкции за употреба с най-актуалната версия.
 или 	Направете справка с наръчника/брошурата с инструкции: Означава, че наръчникът/брошурата с инструкции трябва да се прочете.
	Статус на изхвърляне на потока отпадъци: Не изхвърляйте електронни продукти с общия поток отпадъци.
	Изхвърляне на батерията: Не изхвърляйте батерията с битовите отпадъци. Символът показва, че е необходимо разделно събиране на батерията.
	Общ символ за възстановяване/рециклируем: Показва, че маркираният артикул или неговият материал е част от процес на възстановяване/рециклиране.
	Общ знак за предупреждение: Сигнализира общо предупреждение.
	Информация: Показва къде може да се получи информация.
	Дистрибутор: Показва дистрибутора на изделието. Този символ трябва да се използва непосредствено до името и адреса на дистрибутора.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Вносител: Обозначава местния носител на медицинското изделие.



	Отворени опаковки не се заменят: Показва, че въз основа на нашата политика на връщане отворените опаковки не се заменят.
	Бъдете внимателни при боравене с продукта, не хвърляйте: Показва медицинско изделие, което може да се счупи или повреди, ако не се третира внимателно; не хвърляйте.
 или	Чупливо; бъдете внимателни при боравене с продукта: Показва медицинско изделие, което може да се счупи или повреди, ако не се третира внимателно.
	Тази страна нагоре: Показва правилното позициониране на опаковката при транспортиране и/или съхранение.
	Медицинско изделие: Съгласно европейския регламент за медицинските изделия (РМИ)
	Сериен номер: Показва серийния номер на производителя. Този символ е съпътстван от серийния номер на производителя непосредствено до символа.
	Количество: Показва количеството продукт, включено в опаковката.
	Стерилизирано с облъчване: Показва медицинско изделие, стерилизирано с облъчване.
	Рентгеноконтрастно
	Символ на материал: Идентифицира материал или вещество, съдържащо се в даден продукт, или материала, от който е произведен продуктът. „XXX“ се заменя с буквен код на материала или дума.
	Леснозапалимо: Медицинското изделие съдържа материали, които са леснозапалими. Трябва да се предприемат подходящи предпазни мерки.








	Опасност за здравето: Показва остро токсично (вредно) вещество, дразнещо кожата, очите или дихателните пътища. Сенсibiliзира кожата и опасно за озоновия слой.
	Сериозна опасност за здравето: Показва сериозен риск за здравето.
	Приложна част тип BF: За идентифициране на приложна част тип BF в съответствие с IEC 60601-1.
	Оборудване от клас II: За идентифициране на оборудване, съответстващо на изискванията за безопасност, специфицирани за оборудване от клас II съгласно IEC 61140.
	Подлежи на стерилизация до посочената температура: Показва, че оборудването може да се стерилизира до посочената максимална температура.
	Подлежи на стерилизация в стерилизатор с водна пара (автоклав) при посочената температура: Показва, че инструментът подлежи на стерилизация в стерилизатор с водна пара (автоклав) при посочената температура.
	Ограничение на атмосферното налягане: Показва границите на атмосферното налягане, до които медицинското изделие може да се излага безопасно. Този символ е съпътстван от стойности на налягането.
	Ограничение за влажност: Показва границите на влажността, до които медицинското изделие може да се излага безопасно. Този символ е съпътстван от стойности на влажността.
	Ротационно движение: Показва управлението или индикатора за ротационно движение.





	PCT Gost: Показва продукт, който съответства на руските технически нормативи ГОСТ-Р. Gost: Государственный стандарт или руският еквивалент на ANSI.
	Наноматериал: Показва, че изделието съдържа наноматериали.
	Лого CSA: Показва, че изделието е тествано съгласно изискванията на приложимите североамерикански стандарти. CSA: Canadian Standard Association (Канадска асоциация за стандарти).
	Символ UL: Показва, че продуктът съответства на стандартите на UL (Underwriters Laboratories) за продуктова безопасност.
	Съответствие с Underwriters Laboratories: Показва, че компонентът съответства на стандартите за качество на Underwriters Laboratories в САЩ и Канада.
	PAP 21 (твърд картон): Употребата на този символ подлежи на наредбата за опаковките и дефинира опаковъчния материал. Той помага на крайния потребител да идентифицира материала и да го върне правилно за рециклиране.
	Сертифицирано от MET за САЩ и Канада.
	Маркировка „e“: Предварително опаковани изделия, продавани във всяка страна от ЕС (EU), трябва да предоставят данни на опаковката относно номиналното количество (тегло или обем) на тяхното съдържание. Примерни предварително опаковани продукти са: козметика, почистващи продукти, напитки, храни.





	Ширината на кавитета (a) трябва да е под 2/3 от интеркуспидалното разстояние (b)		ИОР Илюстрирано операциялно ръководство
	Размесете леко адхезива с апликационен накрайник		ИЗУ Инструкции за употреба
	5 s Отстранете разтворителя		Етикет i-shade
	Инструкции относно интензитета на фотополимеризиращата лампа и времето за полимеризация		Цветовете Cloud
 или  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Интензитет на фотополимеризиращата лампа		Разцветка
	Време за полимеризация		Държач за разцветка
	Време за полимеризация [s]		Compules® Tips Gun
	Време за полимеризация (s) и максимална дебелина (mm) на слоя материал за запълване за надлежна полимеризация		Compules® Tip
	Максимална дебелина (mm) на слоя материал за запълване за надлежна полимеризация		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Капсула
	AutoMate® III: Инструмент за затягане
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Уловител
	AutoMatrix®: Матрични ленти
	Апликационен крайник Флокиран апликационен крайник
	Palodent® V3: Матрица
	Palodent® V3: Универсален пръстен




	Palodent® V3: Клинче
	Palodent® V3: Предпазна матрица (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Пинсети за поставяне
	Palodent® V3: Специални пинсети
	X-Post®
	Хартиени щифтове
 Length 37 mm	Абсорбиращи памучни ролки
	Шприца
	Шприца






	Шприца
	Шприца
	Шприца
	Шприца
	Шприца с кондиционер
	Смесителна шприца
	Шприца
	Автоматично смесваща шприца
	Интраорални накрайници



	Накрайник за шприца
	Апликационни канюли
	Апликационен накрайник
	Апликационни канюли за DeTrey® Conditioner 36
	Канюла, със силиконов ограничител
	Интраорална смесителна канюла
	Смесителна канюла
	Канюла
	Ръкохватка
	Картуша
	Смесителна канюла
	Смесителна канюла
	Интраорални накрайници
	Твърда картуша
	Смесителна канюла


	Байонетен пръстен
	Тубичка А/Тубичка В
	Апликаторно блокче
	CliXdish™
	Смесително блокче
	Мярка за прах
	Лъжица
	Кутия с база/катализа- тор
	Трислоен флакон с флип-топ капачка
	Единична доза


	Флакон с адхезив
	Стъклен флакон за течност
	Стъклен флакон за прах
	Флакон за дозиране на вода
	1 капка
	1 лъжица
	Дозиране: лъжици : капки
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Зарядна станция

	SmartLite® Focus®: Пакет презареждащи се батерии
	SmartLite® Focus®: Протектори за очи
	SmartLite®: Протектори
	SmartLite® Focus®: Съединител за захранване, включително адаптери
	Рефилна кутия

Дозиране		Изравнете нивото на праха без натиск
		2 x 25 ml прах
		34 ml H ₂ O
		Средна лъжица
Боравене		Разрохкайте праха в съда, като обърнете кутията наобратно минимум два пъти
		Смесете за макс. 30 s
		Време за обработка макс. 1 min
		Време за втвърдяване 1 min









	Κατασκευαστής: Υποδεικνύει τον νόμιμο κατασκευαστή ιατροτεχνολογικών προϊόντων [για ιατροτεχνολογικό προϊόν]. Υποδεικνύει τον παραγωγό της συσκευασίας προετοιμασίας [για μια συσκευασία προετοιμασίας].
	Να διατηρείται στεγνό: Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία.
	Όριο θερμοκρασίας: Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τιμές θερμοκρασίας.
	Να διατηρείται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία: Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρειάζεται προστασία από πηγές φωτισμού. Αυτό το σύμβολο μπορεί επίσης να σημαίνει "Να διατηρείται μακριά από θερμότητα".
	Προσοχή: Υποδεικνύει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής ή του χειριστηρίου κοντά στο σημείο που έχει τοποθετηθεί το σύμβολο ή ότι η τρέχουσα κατάσταση χρειάζεται ενημέρωση του χειριστή ή δράση του χειριστή προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες.
	Σήμανση CE: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπουν την τοποθέτησή του, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας I.
	Σήμανση CE με αναγνωριστικό αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπουν την τοποθέτησή του, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa, IIb, III.





	Να μην επαναχρησιμοποιηθεί: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προ ρίζεται για μία μόνο χρήση ή για χρήση σε έναν μόνο ασθενή κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης διαδικασίας.
	Τελική ημερομηνία χρήσης: Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από μια ημερομηνία που υποδεικνύει ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το τέλος του έτους, του μήνα ή της ημέρας που εμφανίζεται. Η ημερομηνία εκφράζεται σε μορφή EEEE-MM-HH (ή EEEE-MM).
	Κωδικός παρτίδας: Υποδεικνύει τον αριθμό παρτίδας του κατασκευαστή. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή δίπλα στο σύμβολο.
	Αριθμός καταλόγου: Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή (SKU). Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή δίπλα στο σύμβολο.
	Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος: Προσδιορίζει τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία. ο "XX" αντικαθίσταται από το EU για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το UK για το Ηνωμένο Βασίλειο ή το CH για την Ελβετία.
	Για χρήση μόνο με συνταγή: Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ επιτρέπει την πώληση αυτού του προϊόντος από ή κατόπιν εντολής εξουσιοδοτημένου επαγγελματία υγείας.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης: Υποδεικνύει την ανάγκη ο χρήστης να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης. Αυτό το σύμβολο μπορεί να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότ που των οδηγιών χρήσης.






	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης.
	Οδηγίες χρήσης αντικατάστασης: Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις υπάρχουσες οδηγίες χρήσης που διαθέτετε με την πιο πρόσφατη έκδοση.
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών: Δηλώνει ότι πρέπει να διαβαστεί το εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών.
	Κατάσταση διάθεσης ροής αποβλήτων: Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικά προϊόντα στη γενική ροή αποβλήτων.
	Απόρριψη μπαταρίας: Μην απορρίπτετε την μπαταρία στα αστικά απόβλητα. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή αποκομιδή για την μπαταρία.
	Γενικό σύμβολο για ανάκτηση/ανακύκλωση: Υποδεικνύει ότι το επισημασμένο είδος ή το υλικό του αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας ανάκτησης ή ανακύκλωσης.
	Γενικό προειδοποιητικό σήμα: Δηλώνει μια γενική προειδοποίηση.
	Πληροφορία: Υποδεικνύει το σημείο από το οποίο πρέπει να λαμβάνονται πληροφορίες.
	Διανομέας: Προσδιορίζει τον διανομέα ενός προϊόντος. ο σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται δίπλα στην επωνυμία και τη διεύθυνση του διανομέα.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Εισαγωγέας: Δηλώνει τον φορέα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στον τόπο.






	Οι ανοιγμένες συσκευασίες δεν αντικαθίστανται: Υποδεικνύει την πολιτική επιστροφής σχετικά με το ότι οι ανοιγμένες συσκευασίες δεν αντικαθίστανται.
	Απαιτείται προσεκτική μεταχείριση, μην πετάτε κάτω: Υποδηλώνει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί να σπάσει ή να καταστραφεί αν δεν το χειρίζεστε με προσοχή, μην το πετάτε κάτω.
	Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί να σπάσει ή να υποστεί ζημιά αν ο χειρισμός του δεν γίνει με προσοχή.
	Διατηρείται σε όρθια θέση: Υποδεικνύει τη σωστή θέση τοποθέτησης μιας συσκευασίας κατά τη μεταφορά και/ή την αποθήκευση.
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν: Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (MDR)
	Αριθμός σειράς: Υποδεικνύει τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή δίπλα στο σύμβολο.
	Ποσότητα: Υποδηλώνει την ποσότητα του προϊόντος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
	Αποστειρώνεται με ακτινοβολία: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με χρήση ακτινοβολίας.
	Ακτινοσκοπικό
	Σύμβολο υλικού: Προσδιορίζει ένα υλικό ή μια ουσία που περιέχεται σε ένα προϊόν ή το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν. Το «XXX» αντικαθίσταται από τον κωδικό γράμματος του υλικού ή μια λέξη.
	Λίαν εύφλεκτο: Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός περιέχει υλικά που είναι λίαν εύφλεκτα. Πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή.




	Κίνδυνος για την υγεία: Υποδεικνύει ερεθιστική για το δέρμα, τα μάτια ή την αναπνευστική οδό (επιβλαβή) ουσία οξείας τοξικότητας. Ουσία ευαισθητοποιήσης του δέρματος και επικίνδυνη για το στρώμα του όζοντος.		PCT Gost: Υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς GOST-R. Gost: Κρατικά (gosudarstvennyi) πρότυπα της Ρωσίας ή το ρωσικό ισοδύναμο του ANSI.
	Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία: Υποδεικνύει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.		Νανοϋλικό: Υποδεικνύει ένα προϊόν που περιέχει νανοϋλικά.
	Εφαρμοσμένο μέρος τυπου BF: Προσδιορίζει έναν τύπο εφαρμοσμένου μέρους BF που συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1.		Λογότυπο CSA: Υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις των προτύπων της Βόρειας Αμερικής. CSA: Καναδικός Οργανισμός υπ ποιότητας.
	Εξοπλισμός κατηγορίας II: Προσδιορίζει εξοπλισμό που πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες καθορίζονται για εξοπλισμό κατηγορίας II σύμφωνα με το IEC 61140.		Σύμβολο UL: Υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL (Underwriters Laboratories) για την ασφάλεια προϊόντων.
	Αποστειρώσιμο μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία: Υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός μπορεί να αποστειρωθεί στη μέγιστη θερμοκρασία όπως υποδεικνύεται.		Συμμόρφωση κατά Underwriters Laboratories: Υποδεικνύει ότι το στοιχείο πληροί τα πρότυπα ποιότητας που παρέχονται από την Underwriters Laboratories στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
	Δυνατότητα αποστείρωσης σε αποστειρωτή ατμού (αυτόκλειστο) στην καθορισμένη θερμοκρασία: Υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός μπορεί να αποστειρωθεί σε αποστειρωτή ατμού (αυτόκλειστο) στην καθορισμένη θερμοκρασία.		PAP 21 (Συμπαγές χαρτόνι): Η χρήση αυτού του συμβόλου υπόκειται στον νόμο για τις συσκευασίες και καθορίζει το υλικό συσκευασίας. Βοηθά τον τελικό χρήστη να προσδιορίσει το υλικό και να το επιστρέψει στον σωστό κύκλο ανακύκλωσης.
	Όρια ατμοσφαιρικής πίεσης: Υποδεικνύει το εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τιμές πίεσης.		Πιστοποιημένο κατά MET για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
	Όρια υγρασίας: Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αυτό το σύμβολο συνοδεύεται από τιμές υγρασίας.		Σήμανση e: Τα προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (ΕΥ) πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους πληροφορίες που να διευκρινίζουν την ονομαστική ποσότητα (βάρος ή όγκο) του περιεχομένου τους. Παραδείγματα προσυσκευασμένων προϊόντων περιλαμβάνουν: Καλλυντικά, Προϊόντα καθαρισμού, Ποτά, Τρόφιμα.
	Περιστροφική κίνηση: Προσδιορίζει τον έλεγχο ή την ένδειξη της περιστροφικής κίνησης.		



	Το πλάτος της κοιλότητας (a) πρέπει να είναι μικρότερο από τα 2/3 της απόστασης μεταξύ των φυμάτων (b)		Εικονογραφημένος οδηγός τεχνικής
	Αναδεύστε το συγκολλητικό ελαφρά με το ρύγχος εφαρμογής		Οδηγίες χρήσης
	5 δευτερόλεπτα Αφαιρέστε τον διαλύτη		Ετικέτα i-shade
	Έξοδος ενέργειας συσκευής πολυμερισμού και οδηγία χρόνου πολυμερισμού		Αποχρώσεις Cloud
 $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ ή  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Έξοδος ενέργειας συσκευής πολυμερισμού		Οδηγός αποχρώσεων
	Χρόνος πολυμερισμού		Θήκη οδηγού αποχρώσεων
	Χρόνος πολυμερισμού [s]		Compules® Tips Gun
	Χρόνος πολυμερισμού (s) και μέγιστο πάχος στρώματος (mm) εμφρακτικού υλικού για σωστό πολυμερισμό		Compules® Tip
	Μέγιστο πάχος στρώματος (mm) εμφρακτικού υλικού για σωστό πολυμερισμό		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Κάψουλα
	AutoMate® III: Εργαλείο σύσφιξης
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Δισκάρια σύλληψης
	AutoMatrix®: Ταινίες τεχνητού τοιχώ- ματος
	Ρύγχος εφαρμογής Φλοκωτό ρύγχος εφαρ- μογής
	Palodent® V3: Τεχνητό τοίχωμα
	Palodent® V3: Δακτύλιος γενικής χρή- σης




	Palodent® V3: Σφήνα
	Palodent® V3: Προστατευτικό σφήνας (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Λαβίδα τοποθέτησης
	Palodent® V3: Λαβίδα καρφίδας
	X-Post®
	Κώνιοι χάρτου
	Απορροφητικά τολύπια βάμβακος
	Σύριγγα
	Σύριγγα






	Σύριγγα
	Σύριγγα
	Σύριγγα
	Σύριγγα
	Σύριγγα Conditioner
	Σύριγγα ανάμειξης
	Σύριγγα
	Σύριγγα Automix
	Ενδοστοματικά ρύγχη

	Ρύγχος σύριγγας
	Βελόνες εφαρμογής
	Άκρο εφαρμοστή
	Βελόνες εφαρμογής για DeTrey® Conditioner 36
	Κάνουλα, με στοπ σιλικόνης
	Ενδοστοματικό ρύγχος ανάμειξης
	Ρύγχος ανάμειξης
	Κάνουλα
	Λαβή για τα δάκτυλα
	Φύσιγγα
	Ρύγχος ανάμειξης
	Ρύγχος ανάμειξης
	Ενδοστοματικά ρύγχη
	Σκληρή φύσιγγα
	Ρύγχος ανάμειξης



	Δακτύλιος μπαγιονέτ
	Σωληνάριο A/Σωληνάριο B
	Τρυβλίο εφαρμογής
	CliXdish™
	Πλακίδιο ανάμειξης
	Μεζούρα σκόνης
	Κοχλιάριο
	Κουτί βάσης/καταλύτη
	Φιάλη τριών στρωμάτων με πώμα τύπου flip-top
	Μοναδιαία δόση

	Φιάλη συγκολλητικού υλικού
	Γυάλινη φιάλη για υγρό
	Γυάλινη φιάλη για σκόνη
	Φιάλη διανομής νερού
	1 σταγόνα
	1 κοχλιάριο
	Δοσολογία: κοχλιάρια : σταγόνες
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Βάση φόρτισης


	SmartLite® Focus®: Επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας
	SmartLite® Focus®: Ασπίδες προστασίας των ματιών
	SmartLite®: Προστατευτικά καλύμ- ματα
	SmartLite® Focus®: Σύνδεσμος ρεύματος συμπεριλ. ροσαρμογέων
	Κουτί επαναπλήρωσης


Δοσολογία		Κοφτό κοχλιάριο σκόνης χωρίς πίεση
		2 x 25 ml σκόνη
		34 ml H ₂ O
		Μεσαίο δισκάριο
Χειρισμός		Αφρατέψτε τη σκόνη στο δοχείο αναποδογυρίζοντας το κουτί τουλάχιστον δύο φορές
		Αναμείξτε για μέγ. 30 δευτερόλεπτα
		μέγ. 1 λεπτό χρόνος εργασίας
		ελάχ. 1 λεπτό χρόνος πήξης





Значение символов, используемых Dentsply Sirona


	Производитель: Официальный производитель медицинского изделия [для медицинского изделия]. Изготовитель набора процедур [для набора процедур].
	Хранить в сухом месте: Указывает на необходимость оберегать медицинское изделие от влаги.
	Предел температуры: Указывает на пределы температуры, безопасные для медицинского изделия. Данный символ сопровождается значениями температуры.
	Оберегать от воздействия солнечного света: Указывает на необходимость оберегать медицинское изделие от солнечных лучей. Этот символ также может означать "Оберегать от воздействия высоких температур".
	Внимание: Указывает на необходимость осторожности при работе с изделием или элементом управления рядом с местом, где расположен символ, или указывает, что текущая ситуация требует осведомленности оператора или действий оператора во избежание нежелательных последствий.
	Маркировка CE: Изделие соответствует применимым требованиям, изложенным в данном Регламенте и другом применимом стандартизированном законодательстве Союза, предусматривающем его применение, медицинские изделия класса I.
	Маркировка CE с идентификационным номером уполномоченного органа: Изделие соответствует применимым требованиям, изложенным в данном Регламенте и другом применимом стандартизированном законодательстве Союза, предусматривающем его применение, медицинские изделия класса IIa, IIb, III.









	Не использовать повторно: Указывает на то, что медицинское изделие предназначено только для однократного применения или для применения у одного пациента в ходе одной процедуры.
	Дата истечения срока годности: Указывает на дату, после которой нельзя использовать медицинское изделие. Данный символ сопровождается датой с указанием года, месяца или дня, по истечении которой запрещается использовать медицинское изделие. Дата имеет следующий формат: ГГГГ-ММ-ДД (или ГГГГ-ММ).
	Код партии: Указывает на код партии производителя. Рядом с данным символом указывается код партии производителя.
	Каталожный номер: Указывает на каталожный номер производителя (SKU). Рядом с данным символом указывается каталожный номер производителя.
	Уполномоченный представитель: Обозначает уполномоченного представителя в Европейском сообществе, Великобритании или Швейцарии. "XX" заменяется буквами EU для Европейского сообщества, UK для Великобритании или CH для Швейцарии.
	Только по рецепту: Внимание! Федеральным законодательством США допускается продажа этого изделия только лицензированным врачам или по их заказу.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	См. инструкции по применению или электронные инструкции по применению: Указывает на необходимость пользователю обратиться к инструкции по применению. Данный символ сопровождается ссылкой на адрес электронной инструкции по применению.






	См. инструкции по применению: Указывает на необходимость ознакомления пользователя с инструкциями по применению.
	Замена инструкции по использованию: Пожалуйста, замените имеющийся у вас экземпляр инструкции по применению на последнюю версию.
 или 	См. руководство/брошюру по эксплуатации: Указывает на необходимость ознакомления с инструкцией/брошюрой по эксплуатации.
	Сортировка отходов: Не выбрасывайте электронные изделия вместе с обычными отходами.
	Утилизация аккумуляторов: Не выбрасывать батареи в бытовые отходы. Символ указывает, что батареи требуется утилизировать отдельно.
	Общий символ восстановления/переработки: Означает, что промаркированный элемент или его материал подлежат восстановлению или переработке.
	Общий предупреждающий знак: Обозначает общее предупреждение.
	Информация: Указывает на необходимость получения информации.
	Дистрибьютор: Обозначает дистрибьютора продукции. Данный символ используется рядом с наименованием и адресом дистрибьютора.
 Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	Импортер: Организация, импортирующая медицинское изделие в данный регион.




	Вскрытые упаковки замене не подлежат: Согласно нашей политике возврата вскрытые упаковки не заменяются.
	Обращаться с осторожностью; не бросать: Указывает на медицинское изделие, которое можно сломать или повредить при неаккуратном обращении. Не бросать.
 или 	Хрупкое оборудование, обращаться осторожно: Указывает на то, что медицинское изделие может быть сломано или повреждено при неправильном обращении.
	Не опрокидывать: Указывает на правильное положение упаковки при транспортировке и/или хранении.
	Медицинское изделие: Согласно Европейской директиве по медицинским изделиям (MDR)
	Серийный номер: Указывает на серийный номер производителя. Рядом с данным символом указывается серийный номер производителя.
	Количество: Указывает количество изделий, входящих в комплект.
	Стерилизовано с использованием радиации: Указывает на то, что медицинское изделие было стерилизовано с помощью радиации.
	Рентгеноконтрастное
	Символ материала: Обозначает материал или вещество, содержащееся в продукте, или материал, из которого изготовлен продукт. «XXX» заменяется буквенным кодом материала или словом.
	Легковоспламеняющиеся материалы: Медицинское изделие содержит легковоспламеняющиеся материалы. Следует соблюдать соответствующую осторожность.






	Угроза здоровью: Указывает на вещество с острой токсичностью (вредное), раздражающее кожу, глаза или органы дыхания. Вещество может вызывать сенсibilизацию кожи или наносить вред озоновому слою.
	Серьёзная угроза здоровью: Указывает на серьёзный риск для здоровья.
	Рабочая часть аппарата, находящаяся в непосредственном контакте с пациентом, типа BF: Указывает на наличие рабочей части аппарата, находящейся в непосредственном контакте с пациентом, типа BF, соответствующей требованиям IEC 60601-1.
	Оборудование класса II: Указывает, что оборудование отвечает требованиям безопасности, установленным для оборудования класса II в соответствии с IEC 61140.
	Возможность стерилизации с температурой до указанной: Указывает, что оборудование можно стерилизовать при температуре не выше указанной.
	Возможность стерилизации в паровом стерилизаторе (автоклаве) при указанной температуре: Указывает, что инструмент можно стерилизовать в паровом стерилизаторе (автоклаве) при указанной температуре.
	Ограничение атмосферного давления: Указывает на диапазон атмосферного давления, безопасный для медицинского изделия. Данный символ сопровождается значениями давления.
	Ограничение влажности: Указывает на диапазон влажности, безопасный для медицинского изделия. Данный символ сопровождается значениями влажности.
	Вращательное движение: Обозначает управление или индикатор вращения.





	ГОСТ РСТ: Указывает, что изделие соответствует положениям ГОСТ-Р. ГОСТ: Государственный стандарт или российский эквивалент ANSI.
	Наноматериал: Указывает на то, что изделие содержит наноматериалы.
	Логотип CSA: Указывает, что изделие прошло тестирование согласно требованиям Североамериканских стандартов. CSA: Канадская ассоциация по стандартизации.
	Символ UL: Указывает, что продукт соответствует стандартам UL (Underwriters Laboratories) в области безопасности продукции.
	Соответствие требованиям Underwriters Laboratories: Указывает, что компонент соответствует стандартам качества, установленным Underwriters Laboratories в США и Канаде.
	PAP 21 (твёрдый картон): Использование этого символа определяется нормативами по упаковке и определяет упаковочный материал. Он помогает конечному пользователю определить материал и вернуть его для надлежащей переработки.
	MET сертифицировано для США и Канады.
	e-mark: Предварительно упакованные (или расфасованные) изделия, продаваемые в любой стране ЕС (EU), должны содержать на упаковке информацию о номинальном количестве (весе или объёме) содержимого. Примеры предварительно упакованных изделий: косметика, чистящие средства, напитки, продукты питания.



	Ширина (a) полости должна быть менее 2/3 межбугоркового расстояния (b)		Иллюстрированное техническое руководство
	Слегка перемешайте адгезив кончиком аппликатора		Инструкция по применению
	5 сек. Удалите растворитель		Этикетка i-shade
	Указания по выходному свету фотополимеризатора и времени полимеризации		Оттенки Cloud
 $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$ или  $\text{mW/cm}^2 \geq \text{XXX}$	Выходной свет фотополимеризатора		Шкала оттенков
 10 sec* или  20-30 sec или  sec	Время полимеризации		Держатель шкалы оттенков
	Время полимеризации [с]		Compules® Tips Gun
 sec  4 mm	Время полимеризации (с) и максимальная толщина слоя (мм) пломбировочного материала для надлежащей полимеризации		Compules® Tip
 mm или  mm или 	Максимальная толщина слоя (мм) пломбировочного материала для надлежащей полимеризации		Compula® Tip


	Capsule Extruder 2
	Капсула
	AutoMate® III: Зажимное устройство
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Уловитель
	AutoMatrix®: Матричные ленты
	Наконечник апплика- тора Мягкий наконечник аппликатора
	Palodent® V3: Matrice
	Palodent® V3: Матрица




	Palodent® V3: Универсальное кольцо
	Palodent® V3: Клин
	Palodent® V3: Защита клина (Wedge Guard)
	Palodent® V3: Щипцы для установки
	Palodent® V3: Пинцет
	Бумажные штифты
	Абсорбирующие ват- ные валики Length 37 mm
	Шприц
	Шприц






	Шприц
	Шприц
	Шприц
	Шприц
	Шприц Conditioner
	Смесительный шприц
	Шприц
	Шприц Automix
	Интраоральные наконечники

	Наконечник шприца
	Аппликационные иглы
	Наконечник апплика- тора
	Аппликационные иглы для DeTrey® Conditioner 36
	Канюля, с силиконо- вым упором
	Интраоральная смеси- тельная насадка
	Смесительная насадка
	Канюля
	Упор для пальцев
	Картридж
	Смесительная насадка
	Смесительная насадка
	Интраоральные наконечники
	Твёрдый картридж
	Смесительная насадка

	Байонетное кольцо
	Трубка А/Трубка В
	Стаканчик для смешивания
	CliXdish™
	Блок для замешивания
	Дозатор порошка
	Ложка
	Контейнер база/катализатор
	Трёхслойный флакон с крышкой с откидным верхом
	Единичная унифицированная доза


	Флакон адгезива
	Стеклянная ёмкость для жидкости
	Стеклянная ёмкость для порошка
	Флакон-дозатор воды
	1 капля
	1 ложка
	Дозирование: ложки : капли
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Зарядное устройство

	SmartLite® Focus®: Аккумуляторная батарея
	SmartLite® Focus®: Защитные экраны
	SmartLite®: Защитные рукава
	SmartLite® Focus®: Разъем питания, с переходниками
	Бокс для пополнения


Дозирование		Разровнять порошок без нажима
		2 x 25 мл порошка
		34 мл H ₂ O
		Средняя ложка
Обращение		Разрыхлите порошок в ёмкости, перевернув коробку не менее двух раз
		Перемешивайте макс. 30 с
		Рабочее время не более 1 мин.
		Время полимеризации не менее 1 мин.

Dentsply Sirona tarafından kullanılan simgelerin açıklaması

	Üretici: Tıbbi cihazın yasal üreticisini gösterir [Tıbbi Cihaz için]. Prosedür paketi üreticisini belirtir [bir Prosedür Paketi için].
 veya 	Kuru tutun: Nemden korunması gereken bir tıbbi cihazı belirtir.
 XX °C XX °F X °C XX °F	Sıcaklık sınırı: Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını gösterir. Bu sembole sıcaklık değerleri eşlik eder.
	Güneş ışığından uzak tutun: Işık kaynaklarından korunması gereken bir tıbbi cihazı belirtir. Bu sembol aynı zamanda "Isıdan uzak tutun" anlamına da gelebilir.
	İkaz: Sembolün yerleştirildiği yere yakın cihaz veya kumandayı kullanırken dikkatli olunması gerektiğini veya mevcut durumun istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için operatör farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtir.
	CE işareti: Cihaz, bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir gerekliliklere ve Sınıf I tıbbi cihazların eklenmesini sağlayan diğer uygulanabilir Birlik uyum mevzuatına uygundur.
	Onaylanmış Kuruluş kimlik numaralı CE işareti: Cihaz, bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir gerekliliklere ve Sınıf IIa, IIb ve III tıbbi cihazların eklenmesini sağlayan diğer uygulanabilir Birlik uyum mevzuatına uygundur.
	Tekrar kullanmayın: Yalnızca tek bir kullanım için veya tek bir prosedür sırasında tek bir hastada kullanılmak üzere tasarlanmış bir tıbbi cihazı belirtir.










 veya 	Son kullanma tarihi: Tıbbi cihazın kullanılmaması gereken tarihi belirtir. Bu sembol, tıbbi cihazın gösterilen yıl, ay veya günün bitiminden sonra kullanılmaması gerektiğini belirtmek için bir tarihle birlikte verilir. Tarih, YYYY-MM-DD (veya YYYY-MM) biçiminde ifade edilir.
	Parti kodu: Üreticinin parti kodunu belirtir. Bu sembolün yanında üreticinin parti kodu yer alır.
	Katalog numarası: Üreticinin katalog numarasını (SKU) belirtir. Bu sembolün yanında üreticinin katalog numarası yer alır.
	Yetkili temsilci: Avrupa Topluluğu, Birleşik Krallık veya İsviçre'deki yetkili temsilciyi tanımlar. "XX" Avrupa Topluluğu için EU, Birleşik Krallık için UK veya İsviçre için CH ile değiştirilir.
	Sadece reçeteyeyle satılır: Dikkat: Federal yasalar (ABD) bu cihazın satışını lisanslı bir sağlık pratisyeni tarafından veya onun siparişi üzerine yapılacak şekilde kısıtlamaktadır.
 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu	Kullanım talimatlarına bakın veya elektronik kullanım talimatlarına bakın: Kullanıcının kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini belirtir. Bu sembole elektronik KT web sitesi adresi eşlik edebilir.
	Kullanım talimatlarına bakın: Kullanıcının kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini belirtir.
	Kullanım talimatları değişimi: Lütfen mevcut Kullanım Talimatlarınızı en güncel versiyonla değiştirin.





	Kullanım talimatlarına/kitapçığına bakın: Kullanım talimatlarının/kitapçığının okunması gerektiğini belirtir.
	Atık akışı imha durumu: Elektronik ürünleri genel atık akışına dahil etmeyin.
	Pil imhası: Pili belediye atıklarına atmayın. Sembol, pil için ayrı toplama yapılması gerektiğini gösterir.
	Geri kazanılabilir/geri dönüştürülebilir için genel sembol: İşaretili ürünün veya malzemesinin bir geri kazanım veya geri dönüşüm sürecinin parçası olduğunu belirtmek için.
	Genel uyarı işareti: Genel uyarıyı belirtir.
	Bilgi: Bilginin nereden alınacağını belirtir.
	Distribütör: Bir ürünün distribütörünü tanımlar. Bu sembol, distribütörün adı ve adresine bitişik olarak kullanılmaktadır.
	Distribütör: Tıbbi cihazı yerel bölgeye dağıtan varlığı ifade eder.
	Açılmış olan paketler yenisiyle değiştirilmez: İade politikamıza göre, açılmış paketlerin değiştirilmediğini gösterir.
	Dikkatli taşıyın, atmayın: Dikkatli kullanılmadığı takdirde kırılabilir veya hasar görebilecek bir tıbbi cihazı belirtir, atmayın.






	Kırılabilir, dikkatli taşıyın: Dikkatli kullanılmadığı takdirde kırılabilir veya hasar görebilecek bir tıbbi cihazı belirtir.
	Dik tutun: Taşıma ve/veya depolama sırasında bir paketin doğru konumlandırılma biçimini gösterir.
	Tıbbi Cihaz: Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) uyarınca Tıbbi Cihaz
	Seri numarası: Üreticinin seri numarasını belirtir. Bu sembolün yanında üreticinin seri numarası yer alır.
	Miktar: Pakete dahil olan ürün miktarını belirtir.
	Radyasyon kullanılarak sterilize edilmiştir: Işınlama kullanılarak sterilize edilmiş bir tıbbi cihazı belirtir.
	Radyoopak
	Malzeme sembolü: Bir üründe bulunan bir malzemeyi veya maddeyi ya da ürünün yapıldığı malzemeyi tanımlar. "XXX" yerine malzeme harf kodu veya bir kelime kullanılır.
	Yüksek derecede yanıcı: Tıbbi cihaz yüksek derecede yanıcı malzemeler içerir. Uygun tedbirler alınmalıdır.
	Sağlık tehlikesi: Cilt, gözler veya solunum yolları için akut toksik (zararlı) tahriş edici olduğunu gösterir. Cilt yumuşatıcıdır ve ozon tabakasına zararlıdır.









	Ciddi sağlık tehlikesi: Ciddi bir sağlık riskini belirtir.
	Tip BF uygulama parçası: IEC 60601-1. uyarınca tip BF uygulama parçasını tanımlamak içindir.
	Sınıf II ekipman: IEC 61140'a göre Sınıf II ekipman için belirtilen güvenlik gereksinimlerini karşılayan ekipmanı tanımlamak içindir.
	Belirtilen sıcaklığa kadar sterilize edilebilir: Ekipmanın belirtilen maksimum sıcaklığa kadar sterilize edilebileceğini gösterir.
	Belirtilen sıcaklıkta bir buhar sterilizatöründe (otoklav) sterilize edilebilir: Aletin belirtilen sıcaklıkta bir buhar sterilizatöründe (otoklav) sterilize edilebilir olduğunu gösterir.
	Atmosfer basıncı sınırlaması: Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği atmosferik basınç aralığını belirtir. Bu sembole basınç değerleri eşlik eder.
	Nem sınırlaması: Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği nem aralığını belirtir. Bu sembole nem değerleri eşlik eder.
	Döner hareket: Döner hareket için göstergiyi veya kontrol tanımlar.
	PCT Gost: Ürünün GOST-R yönetmeliklerine uygun olduğunu gösterir. Gost: Gosudarstvennyi standartları veya ANSI'nin Rusça karşılığı.





	Nanomalzeme: Nanomalzeme içeren bir cihazı belirtir.
	CSA logosu: Ürünün geçerli Kuzey Amerika standartları gerekliliklerine göre test edildiğini gösterir. CSA: Canadian Standard Association.
	UL sembolü: Ürünün, ürün güvenliği için UL (Underwriters Laboratories) standartlarına uygun olduğunu gösterir.
	Underwriters Laboratories Uyumlu: Bileşenin ABD ve Kanada'daki Underwriters Laboratories tarafından verilen kalite standartlarını karşıladığını gösterir.
	PAP 21 (Katı karton): Bu sembolün kullanımı ambalaj kanununa tabidir ve ambalaj malzemesini tanımlar. Son kullanıcının malzemeyi tanımlamasına ve doğru geri dönüşüm döngüsüne geri göndermesine yardımcı olur.
	ABD ve Kanada için MET sertifikalıdır.
	e-işaret: Herhangi bir AB (EU) ülkesinde satılan hazır ambalajlı (veya önceden paketlenmiş) ürünler, ambalaj üzerinde içeriklerinin nominal miktarını (ağırlık veya hacim) belirten bilgiler sunulmalıdır. Hazır ambalajlı ürünlere örnek olarak şunlar verilebilir: Kozmetikler, Temizlik ürünleri, İçecekler, Yiyecekler.





	Kavite genişliği (a), inter-kuspal mesafenin (b) 2/3'ünden az olmalıdır		Çizimli Teknik Kılavuz
	Adezivi aplikatör ucuyla hafifçe karıştırın		Kullanım Talimatları
	5 sn Çözücüyü giderin		i-shade etiketi
	Kür ışığının enerji çıktısı ve sertleşme süresi talimatları		Cloud renkleri
	Kür ışığının enerji çıktısı		Renk kılavuzu
	Sertleşme süresi		Renk kılavuzu tutucusu
	Sertleşme süresi [sn]		Compules® Tips Gun
	Düzgün bir sertleşme için dolgu malzemesinin sertleşme süresi (sn) ve maksimum tabaka kalınlığı (mm)		Compules® Tip
	Düzgün bir sertleşme için dolgu malzemesinin maksimum tabaka kalınlığı (mm)		Compula® Tip




	Capsule Extruder 2
	Kapsül
	AutoMate® III: Sıkma cihazı
	AutoMatrix® Snippers+
	AutoMatrix® Snippers+: Yakalama tepsisi
	AutoMatrix®: Matris bantları
	Aplikatör ucu
	Flok aplikatör ucu
	Palodent® V3: Matris
	Palodent® V3: Universal halka




	Palodent® V3: Kama
	Palodent® V3: Kama koruyucu (WedgeGuard)
	Palodent® V3: Yerleştirme forsepsi
	Palodent® V3: Pin cımbızları
	X-Post®
	Kağıt konlar
	Asorban pamuk rulolar
	Şırınga
	Şırınga








	Şiringa
	Şiringa
	Şiringa
	Şiringa
	Yüzey hazırlayıcı Condi-tioner
	Karıştırma şiringası
	Şiringa
	Automix şiringa
	İntraoral uçlar

	Şiringa ucu
	Aplikatör iğneleri
	Aplikatör ucu
	DeTrey® Conditioner 36 için aplikatör iğneleri
	Kanül, silikon stoplu
	Ağız içi karıştırma ucu
	Karıştırma ucu
	Kanül
	Parmak tutucu
	Kartuş
	Karıştırma ucu
	Karıştırma ucu
	İntraoral uçlar
	Sert kartuş
	Karıştırma ucu



	Bayonet halka
	Tüp A/Tüp B
	Aplikator çanağı
	CliXdish™
	Karıştırma pedi
	Toz ölçüsü
	Kaşık
	Baz/katalist kutusu
	Kaldır-aç kapaklı üç katmanlı şişe
	Tek ünitelik doz


	Adeziv şişesi
	Cam sıvı şişesi
	Cam toz şişesi
	Su dağıtma şişesi
	1 damla
	1 kaşık
	Dozaj: kaşık : damla
	SmartLite® Focus®
	SmartLite® Focus®: Şarj tabanı






	SmartLite® Focus®: Şarj edilebilir pil paketi
	SmartLite® Focus®: Göz koruma siperleri
	SmartLite®: Kılıflar
	SmartLite® Focus®: Adaptörlü güç konektörleri
	Refill kutusu

Dozaj		Tozu bastırmadan, silme ölçü alın
		2 x 25 ml toz
		34 ml H ₂ O
		Orta ölçü kaşığı
Uygulama		Kutuyu en az iki kez ters çevirerek tüpteki tozu gevşetin
		En fazla 30 saniye karıştırın
		Maks. 1 dakika çalışma süresi
		Min. 1 dakika sertleşme süresi





لا تقم بإعادة استخدامه: يشير إلى جهاز طبي معد للاستخدام مرة واحدة فقط، أو للاستخدام مع مريض واحد أثناء عمل إجراء أحادي.	
تاريخ انتهاء الصلاحية: يشير إلى التاريخ الذي لا يمكن بعده استخدام الجهاز الطبي. هذا الرمز يصحبه تاريخ يشير إلى أنه لا يجب استخدام الجهاز الطبي بعد نهاية السنة، والشهر، واليوم الموضح. التاريخ مدون بالصيغة السنة-الشهر-اليوم (أو السنة-الشهر).	
رمز الدفعة: يشير إلى رمز الدفعة الخاص بالجهاز المصنعة. هذا الرمز يصحبه رمز الدفعة الخاص بالجهاز المصنعة بجوار الرمز.	
رقم الكتالوج: يشير إلى رقم الكتالوج الخاص بالجهاز المصنعة (SKU). هذا الرمز يصحبه رقم الكتالوج الخاص بالجهاز المصنعة بجوار الرمز.	
الممثل المعتمد: يشير إلى الممثل المعتمد في المجموعة الأوروبية، والمملكة المتحدة، أو سويسرا. يتم استبدال "XX" بالرمز EU بالنسبة للمجموعة الأوروبية، UK بالنسبة للمملكة المتحدة، و CH بالنسبة لسويسرا.	
لا يباع إلا بوصفه طبية: يضع القانون الفيدرالي (الولايات المتحدة الأمريكية) قيوداً على بيع هذا الجهاز إلا لأخصائي رعاية صحية ممارس ومرخص له، أو بناء على طلب منه.	
راجع تعليمات الاستخدام، أو راجع تعليمات الاستخدام الإلكترونية: يشير هذا الرمز إلى حاجة المستخدم لمراجعة تعليمات الاستخدام. من الممكن أن يصحب هذا الرمز عنوان الموقع الإلكتروني لتعليمات الاستخدام الإلكترونية.	 www.dentsplysirona.com www.dentsplysirona.com/ifu





الجهة المصنعة: يشير إلى الجهة المصنعة القانونية للجهاز الطبي [جهاز طبي]. يشير إلى مصنع حزم الإجراءات [لحزمة إجراءات].	
يحفظ جافاً: يشير إلى جهاز طبي يحتاج إلى حمايته من الرطوبة.	
حد درجة الحرارة: يشير إلى حدود درجة الحرارة المسموح بها والتي يمكن تعرض الجهاز الطبي لها بأمان. هذا الرمز يصحبه قيم لدرجات الحرارة.	
يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس: يشير إلى جهاز طبي يحتاج إلى حمايته من مصادر الضوء. هذا الرمز يمكن أيضاً أن يعني "يحفظ بعيداً عن الحرارة".	
تنبيه: يشير إلى أن الحذر ضروري عند تشغيل الجهاز، أو التحكم قريباً من موضع الرمز، أو أن الوضع الحالي يحتاج إلى وعي الشخص المشغل للجهاز، أو إلى أن يقوم الشخص المشغل بعمل ما لتجنب التبعات غير المرغوب بها.	
علامة CE: الجهاز مطابق للمتطلبات المطبقة المعلنه في هذه اللوائح، وغيرها من التشريعات المطبقة المنسجمة مع مقاييس الاتحاد الأوروبي، التي تؤهله لحمل ختم الأجهزة الطبية من الفئة I.	
علامة CE مع رقم التعريف من الهيئة المخطرة: الجهاز مطابق للمتطلبات المطبقة المعلنه في هذه اللوائح، وغيرها من التشريعات المطبقة المنسجمة مع مقاييس الاتحاد الأوروبي، التي تؤهله لحمل ختم الأجهزة الطبية من الفئة IIa، IIb، و III.	





العبوات التي تم فتحها لا تُستبدل: يشير إلى أنه، بناءً على سياسية الإرجاع الخاصة بنا، فإن العبوات التي تم فتحها لا تُستبدل.		راجع تعليمات الاستخدام: يشير هذا الرمز إلى حاجة المستخدم لمراجعة تعليمات الاستخدام.	
تعامل مع المنتج بعناية، وينبغي عدم إلقائه: يشير إلى أن الجهاز الطبي يمكن أن يتعرض للكسر أو التلف إذا لم يتم التعامل معه بعناية، وينبغي عدم إلقائه.		استبدال تعليمات الاستخدام: يرجى استبدال تعليمات الاستخدام المتوفرة لديك حاليًا بالإصدار الأحدث.	
قابل للكسر، تعامل مع المنتج بعناية: يشير إلى أن الجهاز الطبي يمكن أن يتعرض للكسر أو التلف إذا لم يتم التعامل معه بعناية.		راجع دليل/كتيب التعليمات: هذا يشير إلى أنه يجب قراءة دليل/كتيب تعليمات الاستخدام.	
يُحفظ في وضع رأسي: يشير إلى الوضع الصحيح للعبوة أثناء النقل و/أو التخزين.		حالة التخلص من مسار النفايات: لا تتخلص من المنتجات الإلكترونية في مسار النفايات العام.	
جهاز طبي: وفقًا للأنظمة الأوروبية (MDR) الأوروبية		التخلص من البطارية: لا تتخلص من البطارية في نفايات البلديات. يشير الرمز إلى أنه مطلوب عملية تجميع منفصلة للبطارية.	
الرقم المسلسل: يشير إلى الرقم المسلسل الخاص بالجهة المصنعة. هذا الرمز يصحبه الرقم المسلسل الخاص بالجهة المصنعة بجوار الرمز.		رمز عام للاسترداد/إعادة التدوير: يشير إلى أن العنصر المميز بالعلامة، أو المادة الخاصة به، هو جزء من عملية الاسترداد أو إعادة التدوير.	
الكمية: يشير إلى كمية المنتج في العبوة.		علامة تحذير عام: يشير إلى تحذير عام.	
معقم باستخدام الإشعاع: يشير إلى جهاز طبي تم تعقيمه باستخدام الإشعاع.		معلومات: يشير إلى حيث يمكن الحصول على معلومات.	
ظليل للأشعة		الموزع: ينص على موزع المنتج. يجب أن يكون هذا الرمز بجوار اسم وعنوان الموزع.	
رمز المادة: يحدد مادة أو مادة موجودة في منتج أو المادة التي صنع منها المنتج. يتم استبدال "XXX" برمز حرفي للمادة أو كلمة.		المستورد: يشير إلى الجهة التي تستورد الجهاز الطبي للسوق المحلي.	
سريع الاشتعال: يحتوي الجهاز الطبي على مواد سريعة الاشتعال. يجب توخي الحذر بشكل مناسب.		Dentsply Sirona Europe GmbH Sirona Str. 1 5071 Wals bei Salzburg, AUSTRIA	







:PCT Gost المنتج متوافق مع لوائح GOST-R. معايير GOST: Gosudarstvennyi أو المكافئ الروسي لمعايير ANSI.		يشكل خطراً على الصحة: يشير إلى أنه حاد السمية (ضار) ومهيج للجلد، وللعينين، أو الجهاز التنفسي. مادة محسنة للجلد وتشكل خطراً على طبقة الأوزون.	
مادة نانوية: يشير إلى أن الجهاز يحتوي على مواد نانوية.		شديد الخطورة على الصحة: يشير إلى أن المنتج بالغ الخطورة على الصحة.	
شعار CSA: يشير إلى أن المنتج قد تم اختباره وفقاً لمتطلبات المعايير المطبقة في أمريكا الشمالية. CSA: هيئة المعايير الكندية.		الأجزاء التطبيقية من النوع BF: يشير إلى أن الأجزاء التطبيقية من النوع BF ومتوافقة مع معيار IEC 60601-1.	
رمز UL: يشير إلى أن المنتج يتوافق مع معايير UL (مختبرات Underwriters Laboratories) بالنسبة لسلامة المنتج.		جهاز من الفئة II: يشير إلى جهاز يستوفي متطلبات الأمان المحددة للأجهزة من الفئة II طبقاً لمعايير IEC 61140.	
متطابق مع Underwriters Laboratories: يشير إلى أن المكون متوافق مع معايير الجودة المنصوص عليها من قبل مختبرات Underwriters Laboratories في أمريكا وكندا.		يمكن تعقيمه حتى درجة الحرارة المحددة: يشير إلى أن الجهاز يمكن تعقيمه حتى درجة الحرارة المشار إليها كحد أقصى.	
PAP 21 (كرتون صلب): استخدام هذا الرمز يخضع لعملية التعبئة وينص على المادة المستخدمة في التعبئة. فهو يساعد المستخدم النهائي في التعرف على المادة وإرجاعها لدورة إعادة التدوير الصحيحة.		يمكن تعقيمه في جهاز تعقيم بالبخار (أوتوكلاف) عند درجة الحرارة المحددة: يشير إلى أن الجهاز يمكن تعقيمه في جهاز تعقيم بالبخار (أوتوكلاف) عند درجة الحرارة المحددة.	
مرخص طبقاً لمعايير MET في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.		حد الضغط الجوي: يشير إلى نطاق الضغط الجوي المسموح به والذي يمكن تعرض الجهاز الطبي له بأمان. هذا الرمز يصحبه قيم للضغط الجوي.	
e-mark: المنتجات المعبئة مسبقاً والتي يتم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي، يجب أن تقدم المعلومات الخاصة بالعبوة والتي تحدد الكمية الاسمية (الوزن أو الحجم) لمحتوياتها. أمثلة للمنتجات مسبقة التعبئة: مستحضرات التجميل، منتجات التنظيف، المشروبات، والأطعمة.		حد الرطوبة: يشير إلى نطاق الرطوبة المسموح به والذي يمكن تعرض الجهاز الطبي له بأمان. هذا الرمز يصحبه قيم للرطوبة.	
		حركة دوارة: يشير إلى التحكم أو المؤشر للحركة الدوارة.	



دليل التقنية المصور		يجب أن يكون عرض التجويف (a) أقل من 2/3 المسافة بين الحديبات (b)	
تعليمات الاستخدام		حرك المادة اللاصقة قليلاً بطرف المطباق	
i-shade ملصق		ه ثوان أزل المذيب	
Cloud درجات		مخرج طاقة ضوء التصليب وتعليمات وقت التصليب	
دليل درجات الألوان		مخرج طاقة ضوء التصليب	
حامل دليل درجات الألوان		زمن التصليب	
Compules® Tips Gun		زمن التصليب [ثانية]	
Compules® Tip		زمن التصليب (ثانية) وأقصى سُمك (مم) لطبقة مادة الحشو للسماح بالتصليب على نحو صحيح	
Compula® Tip		أقصى سُمك (مم) لطبقة مادة الحشو للسماح بالتصليب على نحو صحيح	





:Palodent® V3 وتد	
:Palodent® V3 حاجز الوتد (Wedge Guard)	
:Palodent® V3 ملقط التركيب	
:Palodent® V3 ملقط مسماري	
X-Post®	
رؤوس ورقية	
لفائف الفطن الماصة	
محقة	
محقة	








Capsule Extruder 2	 
كبسولة	
:AutoMate® III أداة الشد	
AutoMatrix® Snippers+	
:AutoMatrix® Snippers+ درج الالتقاط	
:AutoMatrix® أشرطة المسندة	
طرف المطباق طرف مطباق ذو شعيرات مجمعة	
:Palodent® V3 مساند	
:Palodent® V3 حلقة متعددة الاستخدامات	



طرف المحقنة	
إبر المطباق	
طرف المطباق	
إبر المطباق لمحقنة DeTrey® Conditioner 36	
كانيولا مزودة بسداة من السيليكون	
أطراف خلط تستخدم داخل الفم	
طرف خلط	
كانيولا	
قبضة الإصبع	
خرطوشة	
طرف خلط	
طرف خلط	
أطراف تُستخدم داخل الفم	
خرطوشة صلبة	
طرف خلط	

محقنة	
محقنة	
محقنة	
محقنة	
محقنة Conditioner	
محقنة الخلط	
محقنة	
محقنة Automix	
أطراف تُستخدم داخل الفم	

زجاجة المادة اللاصقة	
قارورة زجاجية مخصصة للسائل	
قارورة زجاجية مخصصة للمسحوق	
زجاج توزيع المياه	
قطرة واحدة	1 x 
ملعقة واحدة	1 x 
الجرعة: ملاعق : قطرات	
SmartLite® Focus®	
SmartLite® Focus® قاعدة الشحن	

حلقه Bayonet	
أنبوب A/أنبوب B	
جفنة المطباق	
CliXdish™	
لوح الخلط	
مقياس المسحوق	
ملعقة	
صندوق القاعدة/المحفز	
زجاجة من ثلاث طبقات بغطاء يُفتح لأعلى	
وحدة جرعة فردية	

الجرعة		تسوية كمية المسحوق دون ضغط
		25 x 2 مل من المسحوق
		34 مل من الماء
		طابع متوسط
طريقة التعامل		قم بتفكيك المسحوق في العلبة من خلال قلب الصندوق مرتين على الأقل
		الخلط لمدة 30 ثانية بحد أقصى
		زمن العمل دقيقة و 1 بحد أقصى
		زمن التجمد دقيقة و 1 أدنى

:SmartLite® Focus® عبوة بطارية قابلة لإعادة الشحن	
:SmartLite® Focus® واقي لحماية العينين	
:SmartLite® أغلفة	
:SmartLite® Focus® موصل الطاقة ومزود بالمحولات	
صندوق إعادة التعبئة	