

# Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost



Firmenname	
Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	Fax
E-Mail	
Kundennummer	

TiBase und ScanPost werden ohne Scanbody geliefert. Diese bitte separat bestellen!

Je nach Anschluss sind folgende Komponenten kompatibel:


Anschluss	Scanbodies für Omnicam <sup>4)</sup> <small>(können auch für Primescan verwendet werden)</small>		Scanbodies für Bluecam <sup>4)</sup>	
	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück
S	6431311		6431295	
L	6431329		6431303	

<sup>1)</sup> 1x Titanbasis, 1x Abutmentschraube, <sup>2)</sup> 2x Abutmentschraube, <sup>3)</sup> 1x ScanPost, 1x Abutmentschraube, <sup>4)</sup> 36x Scanbody

<sup>5)</sup> Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land verfügbar.

Beachten Sie auch die Übersicht „TiBase-Material-Compatibility“ auf [my.cerec.com](http://my.cerec.com).











Hersteller / Implantat	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss	TiBase <sup>1),5)</sup>			Abutment Screw <sup>2),5)</sup>			ScanPost <sup>3),5)</sup>		
				REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück		
<b>Dentsply Sirona Implants</b> PrimeTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262	AT EV 3.0 S	6586353	
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270	AT EV 3.6 S	6586361	
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288	AT EV 4.2 L	6586379	
	4.8 / 5.4		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296	AT EV 4.8 L	6586387	
<b>Dentsply Sirona Implants</b> OmniTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262	AT EV 3.0 S	6586353	
	3.4		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270	AT EV 3.6 S	6586361	
	3.8		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288	AT EV 4.2 L	6586379	
	4.5		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296	AT EV 4.8 L	6586387	
	5.5		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346		AT EV 5.4	6593714	AT EV 5.4 L	6586395	
<b>Dentsply Sirona Implants</b> Astra Tech Implant EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262	AT EV 3.0 S	6586353	
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270	AT EV 3.6 S	6586361	
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288	AT EV 4.2 L	6586379	
	4.8		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296	AT EV 4.8 L	6586387	
	5.4		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346		AT EV 5.4	6593714	AT EV 5.4 L	6586395	

Hersteller / Implantat				TiBase <sup>1),5)</sup>			Abutment Screw <sup>2),5)</sup>			ScanPost <sup>3),5)</sup>				
Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss	REF	Anzahl in Stück	Anzugsmoment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück					
<b>Dentsply Sirona Implants</b> AstraTech Osseospeed TX	3.0		3.0	S	AT TX 3.0 S	6598085		25 Ncm	AT TX 3.0	6598051		AT TX 3.0 S	6598119	
	3.5 S / 4.0 S		3.5 / 4.0	L	AT TX 3.5/4.0 L	6598093			AT TX 3.5/4.0	6598069		AT TX 3.5/4.0 L	6598127	
	4.5 / 5.0 / 5.0 S		4.5 / 5.0	L	AT TX 4.5/5.0 L	6598101			AT TX 4.5/5.0	6598077		AT TX 4.5/5.0 L	6598135	
<b>Dentsply Sirona Implants</b> Ankylos	A, B, C, D	C/X	S		ANK C/GH1 S	6586528		15 Ncm	nicht erhältlich		ANK S	6586569		
					ANK C/GH2 S	6586536								
					ANK /X GH1 S	6586544								
					ANK /X GH2 S	6586551								
<b>Dentsply Sirona Implants</b> Xive	3.0		3.0	S	Xive 3.0 S	6597319		25 Ncm	Xive 3.0	6597434		Xive 3.0 S	6597368	
	3.4		3.4	S	Xive 3.4 S	6597327			Xive 3.4 S	6597376				
	3.8		3.8	S	Xive 3.8 S	6597335			Xive 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	6597442	Xive 3.8 S	6597384		
	4.5		4.5	L	Xive 4.5 L	6597343					Xive 4.5 L	6597392		
	5.5		5.5	L	Xive 5.5 L	6597350					Xive 5.5 L	6597400		



Hersteller / Implantat	Implantat			TiBase <sup>1),5)</sup>				Abutment Screw <sup>2),5)</sup>			ScanPost <sup>3),5)</sup>					
	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment		REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück			
<b>Biomet 3i</b> Certain* (Innenverbindung)	3.4		3.4	S	BC 3.4 S	6308048		20 Ncm	BC 3.4, 4.1, 5.0	6460450		BC 3.4 S	6431212			
	4.1		4.1	L	BC 4.1 L	6308097						BC 4.1 L	6431220			
	5		5.0	L	BC 5.0 L	6308121						BC 5.0 L	6431238			
<b>Biomet 3i</b> Außen Sechskant	3.4		3.4	L	BO 3.4 L	6282557	35 Ncm	BO 3.4, 4.1, 5.0	6460468			BO 3.4 L	6431089			
	4.1		4.1		BO 4.1 L	6282565						BO 4.1 L	6431105			
	5		5.0		BO 5.0 L	6282573						BO 5.0 L	6431113			
<b>BioHorizons</b> Innenverbindung	3.0 / 3.8		3.0	S	BH 3.0 S	6532779	30 Ncm	BH 3.0	6561240			BH 3.0 S	6532761			
	3.0/3.5/3.8/4.0/4.6		3.5	L	BH 3.5 L	6532894						BH 3.5 L	6532886			
	4.0/4.6/5.0/5.8		4.5	L	BH 4.5 L	6532951						BH 3.5, 4.5, 5.7	6561257	BH 4.5 L	6532944	
	5.0/5.8/6.0		5.7	L	BH 5.7 L	6536242						BH 5.7 L	6536234			
<b>Nobel Biocare</b> Replace (Drei Kanal Innenverbindung)	3.5		NP	L	NB RS 3.5 L	6282474	35 Ncm	NB RS 3.5	6460526			NB RS 3.5 L	6430933			
	4.3		RP		NB RS 4.3 L	6282482						NB RS 4.3 L	6430941			
	5		WP		NB RS 5.0 L	6282490						NB RS 4.3, 5.0, 6.0	6460534	NB RS 5.0 L	6430958	
	6		6.0		NB RS 6.0 L	6282508						NB RS 6.0 L	6430982			
<b>Nobel Biocare</b> Nobel Active (konische Innenverbindung)	3.5		NP	L	NB A 4.5 L	6308188	25 Ncm	NB A 4.5	6460484			NB A 4.5 L	6431279			
	4.3 / 5.0		RP		NB A 5.0 L	6308253	35 Ncm	NB A 5.0	6460492		NB A 5.0 L	6431287				
<b>Nobel Biocare</b> Bränemark*	3.3		NP	L	NB B 3.4 L	6282516	35 Ncm	NB B 3.4	6460500			NB B 3.4 L	6431006			
	3.75 / 4.0		RP		NB B 4.1 L	6282524						NB B 4.1	6460518	NB B 4.1 L	6431022	



Hersteller / Implantat	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss	TiBase <sup>1),5)</sup>				Abutment Screw <sup>2),5)</sup>			ScanPost <sup>3),5)</sup>					
				REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück						
<b>Osstem (USA: Hiossen)</b> Osstem TS (USA: Hiossen ET)	3.5	 Mini	L	O TS 3.5 L	6527035		20 Ncm	O TS 3.5	6561208		O TS 3.5 L	6534197				
	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	 Standard		O TS 4.0 L	6527043		30 Ncm	O TS 4.0	6561232		O TS 4.0 L	6536846				
<b>Straumann</b> Standard Tissue Level	3.3 / 4.1 / 4.8	RN (4.8 mm)	L	S SO 4.8 L	6284249		35 Ncm	S SO 4.8, 6.5	6460567		S SO 4.8 L	6431170				
	4.8	WN (6.5 mm)		S SO 6.5 L	6284256						S SO 6.5 L	6431196				
<b>Straumann</b> Bone Level	3.3	NC (3.3 mm)	L	S BL 3.3 L	6308154		35 Ncm	S BL 3.3, 4.1	6460542		S BL 3.3 L	6431246				
	4.1 / 4.8	RC (4.1 mm / 4.8 mm)		S BL 4.1 L	6308337						S BL 4.1 L	6431253				
<b>Thommen Medical</b> SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3.5	 3.5	S	TM 3.5 S	6531854		15 Ncm	TM 3.5	6561265		TM 3.5 S	6544386				
	4	 4		TM 4 S	6532829						TM 4 S	6544394				
	4.5	 4.5		TM 4.5 S	6532837						25 Ncm	TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0		6561273	TM 4.5 S	6544402
	5	 5		TM 5 S	6544360										TM 5 S	6544410
	6	 6		TM 6 S	6544378										TM 6 S	6544428
<b>Zimmer</b> Tapered Screw-Vent	3.7 / 4.1	 3.5	L	Z TSV 3.5 L	6282581		30 Ncm	Z TSV 3.5, 4.5, 5.7	6460575		Z TSV 3.5 L	6431139				
	4.7	 4.5		Z TSV 4.5 L	6282599						Z TSV 4.5 L	6431147				
	6	 5.7		Z TSV 5.7 L	6282607						Z TSV 5.7 L	6431154				