



의료기기 회수 안내문

(위해 정도 3)

2026.01.26

안녕하세요.

덴츠플라이시로나코리아(유)입니다.

항상 저희 제품을 신뢰하고 사용해 주시는 고객 여러분께 깊이 감사드립니다.

아래와 같은 사유로 일부 제품에 대해 회수를 진행하게 되어 안내드립니다.

1. 관련 제품: 부가중합형폴리비닐실리콘인상재 (수인 23-4878 호)

제품명: Aquasil® Soft Putty

모델명: 60578320_KR

2. 제조번호 및 유효기간:

제조번호	2406445640	2410454726	2411458909	2411458910
유효기간	2027년 6월 02일	2027년 10월 06일	2027년 11월 28일	2027년 11월 29일

3. 회수사유: 일부 제품에서 경화 시간이 라벨에 명시된 시간보다 길게 경화되었기 때문입니다.

4. 회수방법 및 판매업자/소비자 협조사항 등: 해당 제품을 보유하고 계신 경우, 즉시 사용 및 판매를 중지해 주시고 구매처를 통해 반품해 주시기 바랍니다.

5. 회수개시일: 2026년 1월 26일.

6. 연락처: 본 건과 관련하여 궁금하신 점이나 문의사항이 있으실 경우, 아래의 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

덴츠플라이시로나코리아(유)

서울특별시 송파구 법원로 135 (소노타워 7 층, 문정동)

Tel : 02-2008-7600 / Mail : SeoulKOR-Recall@dentsplysirona.com

위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매 및 사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.

이번 회수로 인해 불편을 드리게 된 점에 대해 깊이 사과드리며, 앞으로도 더욱 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

덴츠플라이시로나코리아(유) 드림

